



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.DZP.24.3.(DAM/19).2025.E.HR.

Poznań, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej „1”, nr rejestru:
DZP/DAM/19/2025.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024. poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie papieru do Mortara Eli 210x250/280 o wymiarach 210mmx300mm x250 arkuszy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe parametry techniczne bez zmian, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Pytanie nr 2

Pakiet 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie papieru do Farum E-60, E-600 o wymiarach 110mm x 35m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe parametry techniczne bez zmian, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Pytanie nr 3

Pakiet 10 poz. 4

Prosimy o wskazanie czułości wymaganego papieru Sony 110HA, Sony 110HD, Mitsubishi K91HG, Mitsubishi K95HG.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż czułość papieru jest typu Sony 110HG.

Pytanie nr 4

Pakiet 10 poz. 4

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony bądź Mitsubishi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zaoferować przedmiot zamówienia spełniający wymagania wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Pytanie nr 5

Pakiet 10 poz. 5

Prosimy o wskazanie czułości wymaganego papieru Sony 210SE, Sony 210HD.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż czułość papieru jest typu Sony 210HD.

Pytanie nr 6

Pakiet 10 poz. 6,7

Prosimy o podanie czy powyższe papiery mają być gładkie czy w kratkę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poz. 6 i 7 formularza asortymentowo cenowego wymaga zaoferowania papieru w kratkę. Jednocześnie

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie części nr 10 poz. 6 i 7. W załączeniu **zmieniony** załącznik.

Pytanie nr 7

Pakiet 10 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak 15 o wymiarach 1077x23m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wymiarach 107 mm x 23 m. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe parametry techniczne bez zmian, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski

Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: E. Hendzelewska-Redo

Sporządzono w 1 egzemplarzu

1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa