

Lublin, dnia 19.11.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym: **Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie”**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności defibrylatora AED o następujących parametrach:

Zewnętrzny defibrylator półautomatyczny dwufazowy.

Dwa przyciski: zasilania i wyzwolenia impulsu.

Defibrylacja dwufazowa: 150J dorośli, 50J dzieci.

Komunikaty głosowe w języku polskim.

Fala defibrylacyjna odcięta wykładniczo, dopasowana do oporności tkanek pacjenta.

System analizy kardiologicznej pacjenta.

Urządzenie analizuje, informuje oraz decyduje czy wstrząs jest zalecany oraz czy elektrody są podłączone prawidłowo.

Bateria o przydatności 7 lat i gwarancji 4 lata, pozwalająca na 300 defibrylacji.

Bateria pomocnicza 9V, służąca do autotestów.

Czas ładowania poniżej 6 sekund.

Wbudowany metronom.

Masa urządzenia: około 2 kg.

Stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529 - IP54.

Odporność na wstrząsy i upadek z 1m według normy MIL-STD-810F 516.5.

Praca na wysokości od -150m do 4500m n.p.m. według normy MIL-STD-810F 500.4.

Środowisko pracy: wilgotność 5-95%, temperatura 0-50°C.

Gwarancja na urządzenie 8 lat.

Elektrody jednorazowe, przyklejane, bez konieczności wymiany baterii.

Długość przewodu elektrod – 122 cm.

Graficzne instrukcje użycia na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie z osobna.

Okres trwałości elektrod 24 miesiące.

Automatyczna konwersja do trybu pediatrycznego, po podłączeniu elektrod pediatrycznych.

Dioda kontrolna autotestów migająca na zielono lub czerwono.

Autotesty przeprowadzane codziennie, co tydzień, co miesiąc i co kwartał.

Autotest przy każdym uruchomieniu.

Oprogramowanie zgodne z Europejską radą Resuscytacji, z możliwością aktualizacji bez wymiany urządzenia.

Odpowiednik urządzenia w wersji treningowej.

Możliwość przeniesienia danych o zdarzeniu za pomocą karty pamięci.

Deklaracja zgodności CE.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki zamykanej na zamek patentowy, bez konieczności zakładania plombowania, pasującej do oferowanego defibrylatora AED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.13 "Bilirubinometr bezinwazyjny 1 szt." z formularza asortymentowego do oddzielnej części? W znaczącym stopniu zwiększy to zasadę konkurencyjności w postępowaniu umożliwiając złożenie oferty innym firmom co spowoduje otrzymanie przez Państwa więcej ofert korzystniejszych cenowo. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o umożliwienie składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 13 do osobnego pakietu z powodów technicznych. W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia BZP nie ma możliwości dodania nowej części.

Pytanie Nr 4

Dotyczy poz. 13 Bilirubinometr bezinwazyjny 1 szt. Czy Zamawiający wymaga, aby pomiary TCB oferowanego bilirubinometru wykazywały udokumentowaną w badaniu klinicznym korelację z TSB (aby przedstawione badanie kliniczne cechowało się wystarczającą mocą statystyczną do porównania pomiarów próbę powinno stanowić co najmniej 400 noworodków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Wzór umowy § 6 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

Wzór umowy § 6 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie Nr 7

Wzór umowy § 6 ust.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

