



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 rękawic o gładkiej i chlorowanej powierzchni zewnętrznej bez silikonu i grubościach na palcu 0.21 ± 0.02 mm, na dłoni 0.20 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 rękawic o grubości na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 3

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach i we wnętrzu dłoni, silikonowanej, bez chloru i o grubości na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 4

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 rękawic o mankiecie rolowanym z opaską adhezyjną zapobiegającą zwijaniu się mankieta, zgodnych z normą EN ISO 21420, która zastąpiła EN 420, o sile zrywu przed starzeniem min. 16N i po starzeniu min. 13N, o grubości na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 rękawic o powierzchni zewnętrznej silikonowanej ale niechlorowanej, o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 20

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 rękawic o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 20

Proszę o informację, czy na potwierdzenie, że oferowane produkty w pakiecie 1, 2, 3, 4, 5, 20 spełniają określone wymagania, Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty kart technicznych wystawionych przez producenta w 2025 roku, które stanowią pewne i wiarygodne źródło informacji o produkcie?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty kart technicznych wystawionych przez producenta w 2025 roku, które stanowią pewne i wiarygodne źródło informacji o produkcie.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

