



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 25.03.2025r.

EZP 80/2025



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr PM-7/EZP/2025 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Anatomii Patologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu przez okres 24 miesięcy.

Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

PYTANIA TECHNICZNE

Pozycja 1-2

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00




producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku blochków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, np. Plasma Blade Slee Medical GmbH, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obciążone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: „Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach: 8 mm x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworu)” oraz dopuszczenie ostrzy równoważnych, spełniających wymogi dotyczące ich przeznaczenia oraz wymiarów ostrzy, wykonanych ze stali nierdzewnej.

Pozycja 1-2

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Wskazanie sposobu wykonania noża to jest „platerowane patyną z dodatkową powłoką żywiczną” jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta, oraz jednego dostawcy noży w Polsce to jest Firmy Mar-Four. Zawracamy uwagę na fakt iż taki zapis stanowi ograniczenie konkurencji i jest niezgodny z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozycja 1-2

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez każde ostrze nazwy producenta na produkcie. Jest to parametr ograniczający konkurencję, który absolutnie nie ma żadnego wpływu na parametry użytkowe oferowanych ostrzy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Załącznika Nr 2 do Zaproszenia w sposób, iż z pozycji opisu przedmiotu zamówienia zamieniamy na 4 Pakiety – Patrz Załącznik Nr 2 do Zaproszenia formularz asortymentowo – cenowy POPRAWIONY.

Pytanie nr 4

Pozycja 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie barwników w butelkach z aplikatorem typu „wyciskacz” umożliwiających bezpośrednie dozowanie barwnika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 5


Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza szybki test diagnostyczny - Silver Impregnation jak w opisie ?

Odczynniki do diagnostyki in vitro. Gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący.

Czas postępowania ok. 25 min.

Zestaw do wykrywania włókien retikulinowych. Włókna retikulinowe są obecne w tkance łącznej lub innych narządach, takich jak śledziona; tworzą cienką siateczkową strukturę, która podtrzymuje każdą pojedynczą komórkę. Włókna siatkowe różnią się od włókien kolagenowych cienką strukturą oraz tym, że się nie barwią, stosując plamy włókien kolagenowych.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zestaw odczynników do wykonania ok. 100 testów składający się z:

Nadmanganian potasu 0,05% zol, wg Mallory'ego 1x30 ml

Kwas siarkowy 0,5% wg Mallory'ego 1x30 ml

Kwas szczawiowy wg Mallory'ego 1x30 ml

Roztwór srebra amonowego.2% 1x30 ml

Roztwór amoniaku 1x30 ml

Roztwór formaliny 1x30 ml

Tiosiarczan sodu 2% 1x30 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza szybki test diagnostyczny - Masson Trichrome jak w opisie ?

Masson Trichrome z błękitem anilinowym .

Odczynniki do diagnostyki in vitro. Gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący.

Czas postępowania ok. 35 min.

Zestaw zawiera odczynniki do barwienia Masson Trichrome, stosowane do wykrywania tkanki łącznej, kolagenu, włókien retikuliny i mięśniowych. Masson Trichrome barwi włókna kolagenowe na niebiesko, a włókna mięśniowe na kolor jaskrawoczerwony. Używany do wykrywania kolagenu nowotworach gładkomięśniowych; identyfikuje również możliwy wzrost tkanki w chorobach, takich jak marskość wątroby.

Zestaw odczynników do wykonania ok. 100 testów składający się z:

Hematoksylina żelazowa wg Weigerta- Odczynnik A 1x30 ml

Hematoksylina żelazowa wg Weigerta- Odczynnik B 1x30ml

Alkoholowy roztwór nasyconego kwasu pikrynowego 1x30 ml

Szkarłat Biebricha Fuksyna wg Massona 1x30 ml

Kwas fosfomolibdenowy wg. Masson'a 1x30 ml

Błękit aniliny wg. Masson'a 1x30 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuszcza szybki test diagnostyczny - Pas Hotchkiss McManus jak w opisie ?

Odczynniki do diagnostyki in vitro. Gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czas postępowania ok. 50 min.

Zestaw przeznaczony do barwienia w kierunku obecności glikogenu oraz glikoprotein.

Dedykowany do badań histopatologicznych lub cytologicznych.

W skład zestawu wchodzi odczynniki do barwienia typu P.A.S. (Periodic acid, Schiff reagent acc. Hotchkiss – McManus, Mayer hematoxylin).

Zestaw odczynników do wykonania ok. 100 testów składający się z:

Kwas nadjodowy 1x30 ml

Odczynnik – Schiffa Hotchkiss – McManus 1x30ml

Hematoksylina Mayera 1x30ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Pozycja 9 -13

Wnosimy o wydzielenie pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu. Niniejsze produkty są charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta, oraz jednego dostawcy w Polsce to jest Firmy Mar-Four. Zawracamy uwagę na fakt iż taki zapis stanowi ograniczenie konkurencji i jest niezgodny z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie Nr 3

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiet ŻYLETKI MIKROTOMOWE S-35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na żyłetki mikrotomowe do skrawania rutynowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek miękkich. Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35°. 2 otwory mocujące wewnątrz żyłetki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłetki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłetki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłetki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk. Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza. Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednej żyłetce można skroić co najmniej 20 bloczków parafinowych z zatopionym wycinkiem tkankowym do badania histopatologicznego.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

-Załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiet ŻYLETKI MIKROTOMOWE N-35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na noże mikrotomowe do skrawania rutynowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



twardych. Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35°. 2 otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk. Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza. Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednej żyłce można skroić co najmniej 20 bloczków parafinowych z zatopionym wycinkiem tkankowym do badania histopatologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 11

-Załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiet BARWNIK DO TKANEK 59ML

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na tusz do trwałego znakowania materiału tkankowego nie wymagający utrwalenia, konfekcjonowanego w 50 ml transparentne opakowanie– 50 ml. Butelka zamknięta nakręcaną zakrętką. Tusz zawierający alkohol izopropylowy na poziomie <4% oraz amoniak na poziomie <1%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

-Załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiet SZYBKI TEST DIAGNOSTYCZNY - SILVER IMPREGNATION

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na rozwiązanie równoważne, zestaw w którego skład wchodzi:

4% formaldehyd, roztwór alkoholowy Siarczan amonu i żelaza, roztwór Kwas szczawiowy, 1% roztwór Nadmanganian potasu, roztwór 0,5% Roztwór amoniaku srebra Tiosiarczan sodu, roztwór 5% oraz kwas siarkowy, roztwór 3%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 13

-Załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiet SZYBKI TEST DIAGNOSTYCZNY - MASSON TRICHROME

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na rozwiązanie równoważne, zestaw w którego skład wchodzi:

Kwas octowy, 1% roztwór Odczynnik Aniline Blue, Odczynnik Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin, roztwór Bouina

Odczynnik Ferriego, Weigert B Hematoxylin, Weigert A Odczynnik PTA-PMA

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 14

-Załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiet SZYBKI TEST DIAGNOSTYCZNY - PAS HOTCHKISS MCMANUS





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na rozwiązanie równoważne, zestaw w którego skład wchodzi:

Odczynnik BioSchiffa Odczynnik HCL, PAS Hematoksylina ML Kwas nadjodowy, roztwór 0,8% Pirosiarczyn sodu, roztwór

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający dokonują przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na :

Składanie ofert: 01.04.2025r. godz. 10:00

Otwarcie ofert: 01.04.2025r. godz. 10:05



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz