



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 14 marca 2025 r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania
platforma zakupowa***

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy testów alergologicznych i autoimmunologicznych wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 9/PN/2025).

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty oddzielnie na każde zadanie zgodnie z załącznikiem 2.1- 2.2. do SWZ?

Zamawiający w pkt. 3 SWZ, ppkt. 3.2. oraz 3.3. wskazał, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz, że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Tak sformułowany opis zamówienia przeczy zasadzie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zgodnie z art. 99 Pzp. Zamawiający co prawda opisuje w SWZ w ppkt. 3.14. zasady zaoferowania produktów równoważnych, jednak odnosząc to do opisu przedmiotu zamówienia sądzić należy, że przywołane zapisy nie mają zastosowania.

Zamawiający nie dopuszczając możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania ogranicza konkurencję tylko do jednego wykonawcy – firmy EMMA MDT Sp. z o.o., która jako jedyna na rynku oferuje test ALEX do diagnostyki molekularnej alergii, umożliwiający równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec minimum 250 alergenów oraz IgE całkowitego, który Zamawiający opisał w zakresie zadania 2. Ponadto umożliwiając złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy, Zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych ograniczając możliwość uzyskania korzystniejszych cen w zakresie zadania 1.

2. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na złożenie oferty oddzielnie na każde zadanie zgodnie z załącznikiem 2.1- 2.2. do SWZ, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający do dokumentacji postępowania załączył oddzielne wzory umowy dla zadania 1 oraz dla zadania 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający precyzuje zapis w SWZ. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania zgodnie z Formularzem cenowym- Załącznik 2.1 do 2.2. Za ofertę częściową Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pozycje.

Pytanie 2:

Pytanie nr 1

Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela 1; Rodzaj oznaczenia poz. 8-9.

Czy zamawiający dopuści połączenie w jednym panelu wątrobowo-nerkowym składu: AMA-M2, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SP 100, gp 210, MPO, PR3, GBM?

Pytanie nr 2

Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela 1; Rodzaj oznaczenia poz. 6

Czy zamawiający dopuści panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA (surowicza albumina wołowa), nie zawierający CCD?

Krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe (CCD) są nieobecne w mleku. Występują w różnych roślinach, owadach i mięczakach.

Pytanie nr 3

Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela 1; Rodzaj oznaczenia poz. 4

Czy zamawiający dopuści panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie: panel zawierający w składzie białko jaja kurzego, nGal d2 – Owoalbumina, nGal d1 – Owomukoid, nGal d3 – Konalbumina, nGal d4 – Lizozym, nie zawierający CCD?

Krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe (CCD) są nieobecne w jajku. Występują w różnych roślinach, owadach i mięczakach.

Pytanie nr 4

Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela: Wymagane parametry dla testów alergicznych; poz. 6.

Czy zamawiający dopuści wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (RAST)?

Pytanie nr 5

Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela: Wymagane parametry dla testów alergicznych; poz. 6.

Czy zamawiający wymagając testu ilościowego / półilościowego w myśl dobrej praktyki laboratoryjnej oczekuje aby posiadał minimum 1 kontrolę pozytywną i 1 kontrolę negatywną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1 - Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela 1; Rodzaj oznaczenia poz. 8-9.

Tak, zamawiający dopuści połączenie w jednym panelu wątrobowo-nerkowym składu: AMA-M2, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SP 100, gp 210, MPO, PR3, GBM.

Pytanie nr 2- Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela 1; Rodzaj oznaczenia poz. 6

Tak, zamawiający dopuści panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA (surowicza albumina wołowa), nie zawierający CCD.

Pytanie nr 3- Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela 1; Rodzaj oznaczenia poz. 4

Tak, zamawiający dopuści panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie: panel zawierający w składzie białko jaja kurzego, nGal d2 – Owoalbumina, nGal d1 – Owomukoid, nGal d3 – Konaalbumina, nGal d4 – Lizozym, nie zawierający CCD.

Pytanie nr 4- Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela: Wymagane parametry dla testów alergicznych; poz. 6.

Tak, zamawiający dopuści wynik podawany w standardowej skali sześciu klas RAST lub EAST.

Pytanie nr 5- Załącznik 2.1- 2.2 do SWZ- Formularze cenowe; Zadanie 1; Tabela: Wymagane parametry dla testów alergicznych; poz. 6.

Zamawiający oczekuje, że na każdym pasku testu znajduje się pole kontrolne, stanowiące element wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, wskazujące, że poszczególne etapy inkubacji testu zostały wykonane prawidłowo.