



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 11 luty 2025 r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania  
platforma zakupowa***

***Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego VIII dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 72/PN/2024).***

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie:

**Pytanie 1:**

Zadanie Nr 1- Czy Zamawiający dopuści test w poz. 1 o czułości 95,3%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści test w Zadaniu 1 poz. 1 o czułości 95,3%

**Pytanie 2:**

1. Czy w Zadaniu 1 poz. 1, 3 i 4 Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w opakowaniach x 25 testów (po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę)?
2. Czy w Zadaniu 3 poz. 1-4 i 6-9 Zamawiający dopuści test o wyższej czułości (THC - 25 ng/ml, MET, MDMA- 300 ng/ml, AMP – 300 ng/ml, COC - 100 ng/ml, BZO – 200 ng/ml )? Wyższa czułość testów ułatwi wykrycie narkotyków w moczu osób używających ich sporadycznie lub jednorazowo.
3. Czy w Zadaniu 3 poz. 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu panelowego (zanurzeniowego), którego wykonanie jest jednoetapowe (wymaga tylko zanurzenia końcówek pasków testowych w próbce moczu – nie jest wymagane stosowanie pipetek), co pozwala na uniknięcie błędów polegających na pominięciu wprowadzenia próbki do którejś ze studzienek testu kasetkowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Tak, w Zadaniu 1 poz. 1, 3 i 4 Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w opakowaniach x 25 testów (po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę).
2. Tak, w Zadaniu 3 poz. 1-4 i 6-9 Zamawiający dopuści test o wyższej czułości (THC - 25 ng/ml, MET, MDMA- 300 ng/ml, AMP – 300 ng/ml, COC - 100 ng/ml, BZO – 200 ng/ml)
3. Tak, w Zadaniu 3 poz. 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu panelowego (zanurzeniowego), którego wykonanie jest jednoetapowe (wymaga tylko zanurzenia końcówek pasków testowych w próbce moczu – nie jest wymagane stosowanie pipetek).