

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 6/25

Lublin, dnia 28.02.2025 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa asortymentu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Cześć 2 poz. 1.

Czy zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner głowy (z gąbki) 240x265x180 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. Załączam zdjęcie poglądowe.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Cześć 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 800 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Część 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 400 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Część 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 230x210x100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie Nr 6

Dot. zad nr 3, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie Worka laparoskopowego o pojemności 500ml (średnica rozwarcia 8mm).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

Dot. zad nr 3, Poz.2

Worek laparoskopowy o pojemności 1000ml lub 1500ml (średnica rozwarcia 110mm).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający w części 3 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy o pojemności 800ml (prowadnica 10mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający w części 3 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy o pojemności 1200ml (prowadnica 10mm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 10

Ad par. 3 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że nie dotyczy to sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.