

Dreźnie, dnia 25 lutego 2025 roku

Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/4/2025

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

Odp. do pytania 1

Wymaga się złożenia oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe a`100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość podania ceny w pakiecie 1 poz. 1 za op. handlowe a`100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Zamawiający zwraca uwagę, aby w formularzu cenowym (dodatek nr 2 do zapytania ofertowego) w kolumnie „stawka VAT” wpisywać odpowiednią stawkę VAT w formacie „8” nie „8%”, ponieważ wyliczona cena z zastosowaniem wprowadzonych formuł będzie niepoprawna.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe a`50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?


Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość podania ceny w pakiecie 1 poz. 2 za op. handlowe a`50szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Pytanie 4

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym z kolorowym nadrukiem, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji. Dostęp do 3 rozmiarów: 7 cm x 7,1 cm dla dorosłych, 5,9 cm x 6,2 cm dla dzieci, 3,6 cm x 4 cm dla noworodków. Spełnia pozostałe wymagania.



Odp. do pytania 4

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 1 na opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym z kolorowym nadrukiem, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji, dostęp do 3 rozmiarów: 7 cm x 7,1 cm dla dorosłych, 5,9 cm x 6,2 cm dla dzieci, 3,6 cm x 4 cm dla noworodków, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 5

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe a`50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. do pytania 5

Dopuszcza się możliwość podania ceny w pakiecie 7 poz. 1 za op. handlowe a`50szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Pytanie 6

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie nr 6 poz.1, w jaki rozmiarze oczekuje zaoferowania wchłanialnej hemostatycznej utlenionej celulozy?

Odp. do pytania 6

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga złożenia oferty co najmniej na rozmiar 7.5x10cm.

Pytanie 7

Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z wchłanialnej hemostatycznej utlenionej regenerowanej celulozy?

Odp. do pytania 7

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 6 poz. 1 na produktu z wchłanialnej hemostatycznej utlenionej regenerowanej celulozy.

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest założenia oferty na produkt wchłanialny, bez dodatkowych cech.

Pytanie 8

Pakiet 6 poz.1

Zwracam się z prośbą o podanie rozmiaru produktu, którego oczekuje Zamawiający.

Odp. do pytania 8

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga złożenia oferty co najmniej na rozmiar 7.5x10cm.

Pytanie 9

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów do preparowania w rozmiarze 8 cm x 8 cm? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.

Odp. do pytania 9

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 1 na tupfery w rozmiarze 8x8cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 10

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów do preparowania w rozmiarze 12 cm x 12 cm? Pozostałe parametry tupferów bez zmian.

Odp. do pytania 10

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 2 na tupfery w rozmiarze 12x12cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych tzn.: zaoferowanie dla danej pozycji asortymentowej więcej niż jednego produktu spełniającego wymagane parametry, który Wykonawca będzie realizował w okresie obowiązywania umowy.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.