

PAKIETY

| 37 SYSTEM DOKUMENTOWANIA I KONTROLI STERYLIZACJI | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m- cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i dwukrotnie przyklepanych etykiet ze wskaźnikami do pary wodnej z możliwością opatrzenia ich nadrukiem potrzebnych danych posiadanie systemu pozwoli na dokumentowanie procedur aseptycznych przy użyciu etykiet ze sterylnych, użytych do wykonania procedury pakietów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | etykiety wymagania: - etykiety ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną, - etykiety dwukrotnie/ podwójnie przyklepane, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, - treść etykiet z nadrukiem po procesie sterylizacji w 134 st./do 30 minut i 121 st./ do 20 minut będzie czytelna, - etykiety z możliwością łatwego przyklejania na folii i papierze, - każda rolka z datą ważności - etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą Blitz T 222 opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem | Printex | n/d | S.ETY3PARA.W12 (opak. 12 rolek po 750 etykiet plus wałek barwiący do metkownicy) | 40 | op. | 325,00 | 13 000,00 | 8% | 1 040,00 | 14 040,00 |
| | | | | | | | | 13 000,00 | | 1 040,00 | 14 040,00 |

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj etykiet o parametrach wskazanym opisie z wyłączeniem (etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą BLITZ T222) z jednoczesnym nieodpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy 2 sztuk metkownicy

| 39 TESTY DO KONTROLI DZIAŁANIA CZYSZCZĄCEGO I DEZYNFEKCJI W AUTOMATACH MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m- cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika z substancją testową. | Terragene | 779816467CI5L | TR.CDWA4 (opak. 200 szt.) | 60 | OP | 185,00 | 11 100,00 | 8% | 888,00 | 11 988,00 |
| 2 | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 90°C w 5min w myjniach myjąco-dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika. | Terragene | 779816467CI5L | TR.IT27W-5 (opak. 200 szt.) | 60 | OP | 234,00 | 14 040,00 | 8% | 1 123,20 | 15 163,20 |
| | | | | | | | | 25 140,00 | | 2 011,20 | 27 151,20 |

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.

| 40 TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m- cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Wymagania: -forma testu arkusz /blaszka (jeżeli wymagana rama lub nośnik należy ją wliczyć do ceny oferty) określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz uchwyty/ przyrząd testowy (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów - normy PN EN ISO 15883 konieczne dla testów do kontroli skuteczności dezynfekcji myjni ultradźwiękowej | Getinge | n/d | G.503865200 (opak. 50 szt.) | 1 000 | szt. | 5,60 | 5 600,00 | 23% | 1 288,00 | 6 888,00 |
| | | | | | | | | 5 600,00 | | 1 288,00 | 6 888,00 |