

PAKIETY

37	SYSTEM DOKUMENTOWANIA I KONTROLI STERYLIZACJI										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m- cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i dwukrotnie przylepnych etykiet ze wskaźnikiem do pary wodnej z możliwością opatrzenia ich nadrukiem potrzebnych danych posiadanie systemu pozwoli na dokumentowanie procedur aseptycznych przy użyciu etykiet ze sterylnych, użytych do wykonania procedury pakietów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	etykiety wymagania: - etykiety ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną, - etykiety dwukrotnie/ podwójnie przylepne, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, - treść etykiet z nadrukiem po procesie sterylizacji w 134 st./do 30 minut i 121 st./ do 20 minut będzie czytelna, - etykiety z możliwością łatwego przyklejania na folii i papierze, - każda rolka z datą ważności - etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą Blitz T 222 opakowanie zawiera 42 18 rolek (1 rolka = 500 etykiet) + wałek z tuszem*	SEMIGAT	—	KTG-LS	40	op.	301,06	12 042,40	23%	2 769,75	14 812,15
								12 042,40			14 812,15

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj etykiet o parametrach wskazanym opisie z wyłączeniem (etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą BLITZ T222) z jednoczesnym nieodpłatnym użyciem na czas trwania umowy 2 sztuk metkownic

39	TESTY DO KONTROLI DZIAŁANIA CZYSZĄCEGO I DEZYNFEKCJI W AUTOMATACH MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m- cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika z substancją testową.	TERRAGENE	—	CDWA4	60**	OP	204,20	12 252,00	23%	2 817,96	15 069,96
2	Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 90°C w 5min w myjniach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika.	TERRAGENE	—	IT27W-5	60**	OP	157,50	9 450,00	23%	2 173,50	11 623,50
								21 702,00			26 693,46

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.

40	TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m- cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Wymagania: -forma testu arkusz /blaszka (jeżeli wymagana rama lub nośnik należy ją wliczyć do ceny oferty) określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz uchwyt/ przyrząd testowy (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów - normy PN EN ISO 15883 konieczne dla testów do kontroli skuteczności dezynfekcji myjni ultradźwiękowej	4a Medical	—	4AUS-ALU	1 000	szt.	3,94	3 940,00	23%	906,20	4 846,20
								3 940,00			4 846,20

* dopuszczone w odpowiedziach Zamawiającego.

** na podstawie odpowiedzi Zamawiającego Wykonawca w poz. 1 i 2 oferuje testy w opakowaniach po 200 szt.