



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 26.02.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr 2025.03.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy zużywalnych części i akcesoriów medycznych na okres 12 miesięcy**”

Pytanie 1

poz. 1-4

Proszę Zamawiającego o podanie numerów katalogowych aktualnie używanych czujników, co umożliwi prawidłowe dopasowanie.

Odpowiedź

1. U103-49R
2. U543-49
3. U403-49R
4. U708M-87

Pytanie 2

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polskim zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, których użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników z najnowszą końcówką RD w technologii Masimo SET oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski? Zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie adaptory, które zapewnią kompatybilność oferowanych czujników z posiadanymi przez Zamawiającego kablami. Tym samym Zamawiający otrzyma czujniki w technologii Masimo SET najnowszej generacji.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczania czujników zgodnych z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. Dopuszcza się zaoferowanie ww. czujników, pod warunkiem, że będą spełniały wymagania SWZ. Zamawiający nie wymaga aby wykonawca posiadał autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.

Pytanie 3

Dotyczy część 1 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy czujnik SpO2 ma być podłączany bezpośrednio do defibrylatora czy poprzez adapter?

Odpowiedź

Czujniki są przewidziane do podłączania przez adapter

Pytanie 4

Dotyczy część 1 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy czujnik SpO2 ma być podłączany bezpośrednio do defibrylatora czy poprzez adapter?

Odpowiedź

Czujniki są przewidziane do podłączania przez adapter

Pytanie 5

Dotyczy część 1 poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy czujnik SpO2 ma być podłączany bezpośrednio do defibrylatora czy poprzez adapter?

Odpowiedź

Czujniki są przewidziane do podłączania przez adapter

DYREKTOR
Z-ca DYREKTORA
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie
mgr Zbigniew Michalczuk