



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 01.04.2025r.

EZP 87/2025



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu D-8/2025 na usługi przeglądów i serwisu dla aparatów produkcji Siemens przez okres 48 miesięcy dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. przedstawia wyjaśnienia do zadawanych pytań.

Pytanie nr 1

Pytanie dot. SWZ, Rozdział II, pkt 3, lit. a)

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany dokument ma dotyczyć jedynie urządzeń głównych, a nie urządzeń peryferyjnych tj. stacji opisowych klient syngo.via.

Odpowiedź:

TAK. Rozdział II, pkt 3, lit. a) nie dotyczy stacji opisowych klient syngo.via.

Pytanie nr 2

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 4, ust. 1

Prosimy o rezygnację z wymogu dla urządzenia: Serwer Siemens Syngo.via i Stacja lekarska, klient Syngo.via. Producent nie przewiduje przeprowadzania przeglądów technicznych wskazanych urządzeń. Dodatkowo stacje lekarskie są zwykłymi komputerami klasy PC o szczególnych parametrach technicznych, ale bez opisanej koniecznej procedury przeglądowej.

Odpowiedź:

TAK. Modyfikacja tabeli z § 4, ust. 1 poprzez wykreślenie wierszy „Serwer Siemens Syngo.via” i „Stacja lekarska, klient Syngo.via”, oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji załącznika nr 2b do SWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 4, ust. 4, lit. h)

Prosimy o rezygnację z wymogu dla: Stacja lekarska, klient syngo.via, usg Acuson X300 i Acuson X700 oraz Siremobil Compact L.

Uprzejmie informujemy, że dla wskazanych urządzeń producent nie przewiduje możliwości przeprowadzenia oczekiwanych przez zamawiającego czynności; oczekiwana usługa jest niedostępna.

Odpowiedź:

TAK, Modyfikacja § 4, ust. 4, lit. h): „wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na wersje aktualnie instalowane fabrycznie w danym urządzeniu medycznym, o ile producent przewiduje przeprowadzenie powyższych czynności dla danego urządzenia.”

Pytanie nr 4

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 5, ust. 3, pkt 1

Celem doprecyzowania prosimy o dodanie: „lub normę kolejnej edycji” w przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat już na nową edycję normy ISO/IEC 27001:2022.

6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

TAK, Modyfikacja § 5, ust. 3, pkt 1 poprzez dodanie „lub normę nowszej edycji.”

Pytanie nr 5

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 5, ust. 4

Prosimy o rezygnację z wymogu dla: Stacja lekarska, klient syngo.via, usg Acuson X300 i Acuson X700 oraz Siremobil Compact L.

Uprzejmie informujemy, że dla wskazanych urządzeń producent nie przewiduje możliwości przeprowadzenia oczekiwanych przez zamawiającego czynności z zastrzeżeniem, że aktualizacje typu update/hotfix/poprawki bezpieczeństwa, jeżeli takie są udostępnione przez producenta, będą dostarczane i instalowane.

Odpowiedź:

W § 5, ust. 4 Zamawiający dodaje pkt. 3 o następującej treści:

„Jeżeli producent urządzenia medycznego to umożliwi, Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie przeprowadzał aktualizacje oprogramowania sterującego/diagnostycznego (update/hotfix)”

Pytanie nr 6

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 7, ust. 4

Prosimy o usunięcie - SWZ daje możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa § 7, ust. 4 z projektu umowy.

Pytanie nr 7

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 9, ust. 8 oraz Załącznika nr 2a do SWZ lp. 5

Prosimy o rezygnację. Przedmiot umowy stanowią urządzenia medyczne, **których instalacja w nowym miejscu nie jest możliwa w ciągu kilku dni**. Dodatkowo do umożliwienia pracy na urządzeniu zastępczym niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury związanej z poinformowaniem odpowiednich służb.

Natomiast konieczność dostarczenia zastępczego tomografu komputerowego czy rezonansu magnetycznego jest fizycznie niemożliwa do zrealizowania w określonym przez zamawiającego terminie.

Wystarczającym narzędziem dyscyplinującym dla wykonawcy są natomiast kary umowne za niewywiązanie się z umownych terminów związanych z naprawami.

Wnosimy o usunięcie wskazanego zapisu jako zapisu, który realnie jest niemożliwy do zrealizowania i pozostanie jedynie w obszarze życzeniowości zamawiającego bez niesienia żadnej realnej korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający w pierwszej kolejności wymaga realizacji naprawy w określonych w umowie terminach, w § 9, ust. 8 projektu umowy Zamawiający daje szansę Wykonawcy na uniknięcie kar z § 15 oraz skrócenie czasu wyłączenia urządzenia z eksploatacji. Zamawiający rozumie, że dostarczenie i instalacja zastępczego tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego może być utrudniona, a instalacja mobilnego aparatu RTG wymaga odpowiedniego dopuszczenia do użytku. Ale nie ma przeszkód aby na czas diagnozowania i naprawy, w celu skrócenia czasu niedostępności urządzenia i przerwy w świadczeniu usług medycznych, użyć np. zastępczej cewki jako elementu pozwalającego na dalszą pracę aparatu – zgodnie z zapisem ust 8. w § 9.



g



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie nr 8

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 15, ust. 1, lit. a)

Prosimy o powiązanie kary z wartością urządzenia, którego dana sytuacja dotyczy, a nie z całkowitą wartością umowy.

Zwracamy uwagę, że przy takiej konstrukcji umowy może okazać się, że kara za jeden dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy danego urządzenia będzie przewyższała roczną opłatę, którą zamawiający ponosi za świadczone usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 15, ust. 1, lit. a) i b) w następujący sposób:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu Przeglądu Urządzenia medycznego, ponad termin określony Harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 2, w wysokości 0,1 % całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 1,

b) za zwłokę w wykonaniu naprawy Urządzenia medycznego zgodnie z § 5, ponad termin określony w § 7 ust. 2, w wysokości 0,1 % całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 1,”
Pozostałym zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 16, ust. 4

Celem doprecyzowania, że regres do wykonawcy będzie miał oparcie w zasadach odpowiedzialności przewidzianych przez KC prosimy o modyfikację zapisu:

„Na zasadach obowiązujących w KC Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na żądanie Zamawiającego wszelkie poniesione przez niego wydatki w celu zadośćuczynienia roszczeniom i obowiązkom, o których mowa w niniejszym paragrafie.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy § 16, ust. 4 i nadaje mu następujące brzmienie: „Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na żądanie Zamawiającego wszelkie poniesione przez niego wydatki w celu zadośćuczynienia roszczeniom i obowiązkom, o których mowa w niniejszym paragrafie”

Pytanie nr 10

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:


„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź:

TAK Zamawiający w par. 9 dodaje ust. 11: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych."

Pytanie nr 11

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy, § 9

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający **wyrazi zgodę na dodanie** do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający w **par. 9 dodaje ust. 12:** *Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.*

Pytanie nr 12

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (*dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności*) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza umożliwienie łączności przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Jednocześnie zgodnie, z regulacjami wewnętrznymi, w celu przygotowania dostępu dedykowanego VPN dla obsługi serwisowej, potrzebne będzie wskazanie przez Wykonawcę osób, dla których zostaną przygotowane loginy, imię i nazwisko, bezpośredni kontakt (tel.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



komórkowy), adres mailowy.

WZÓR NOWEGO ZAŁĄCZNIKA DO SWZ (załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz - DODATKOWY) do złożenia przed podpisaniem umowy:

Wykaz osób wykonujących zdalną diagnostykę i naprawy:

L.p.	Login	Imię i nazwisko	bezpośredni kontakt (tel. komórkowy)	adres mailowy

Pytanie nr 13

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz cenowy

Mając na uwadze, że Zamawiający zakłada płatność za realizację przedmiotu zamówienia w równych comiesięcznych ratach, uprzejmie prosimy o modyfikację formularza cenowego, celem uzyskania większej przejrzystości w wartościach miesięcznych przypisanych do danego urządzenia.

W formularzu zaproponowanym przez Zamawiającego dla jednego urządzenia należy wypełnić dwie tabele: obrazującą wartość przeglądów oraz wartość pełnej obsługi serwisowej, a także wartość dostarczanego ciekłego He do rezonansu magnetycznego.

Propozycją Wykonawcy jest, aby podać tylko jedną wartość (miesięczną, roczną, za cały okres obowiązywania umowy) za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwanym zakresem obsługi.

Tym samym Zamawiający od razu widziałby, że np. wartość miesięczna obsługi rezonansu magnetycznego wynosi konkretną kwotę (nie będzie konieczności dodawania wartości z jednej, drugiej i trzeciej tabeli).

Dodatkowo dla rezonansu magnetycznego Zamawiający przewiduje dodatkową usługę tj. dolewka ciekłego He, która także ma być rozliczona w równych comiesięcznych ratach. Tym samym punktem wyjścia do uproszczenia tabeli będą nie tyle części składowe zakresu obsługi (przeгляд, praca, części, He), a wartość miesięcznej odpłatności za cały przedmiot realizacji umowy, który jest precyzyjnie opisany w innych miejscach SWZ przypadający dla danego urządzenia.

Po odpowiedniej modyfikacji tabela formularza cenowego mogłaby przedstawiać się następująco:

Tabela A1 – usługi serwisowe w okresie 48 miesięcy

Lp.	Nazwa urządzenia / typ / nr fabryczny	Miejsce użytkowania	Wartość netto za jeden miesiąc usługi serwisowej	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowej	Łączna wartość netto za usługi serwisowe w okresie 48 miesięcy	Łączna wartość netto za usługi serwisowe w okresie 48 miesięcy
1	2	3	4	5	6	7



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
 województwo kujawsko-pomorskie
 Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494



Dział Zamówień Publicznych
 tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00

1.	Rezonans Magnetyczny Magnetom Aera sn.141990	Pracownia Rezonansu Magnetyczn ego				
2.	RTG z ramieniem C Siremobil Compact L sn.30168	Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć				
3.	Echokardiograf Acuson X700 sn.360628	Pracownia Echokardiog raficzna dla dzieci				
4.	Ultrasonograf ACUSON X300 sn.321446	I Oddział Chorób Wewnętrzny ch				
5.	stacja opisowa klient syngo.via HPZ2 mini 2 sn.CZC8407DMN	Pracownia Rezonansu Magnetyczn ego				
6.	stacja opisowa klient syngo.via HPZ2 mini 2 sn.CZC8407DMN	Pracownia Rezonansu Magnetyczn ego				
Suma wartości (brutto)						

Tabela A2 – usługi serwisowe dla urządzeń po okresie gwarancji od dnia 2025-08-23

Lp.	Nazwa urządzenia / typ / nr fabryczny	Miejsce użytkowania	Wartość netto za jeden miesiąc usługi serwisowej	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisow wej	Łączna wartość netto za usługi serwisowe po okresie gwarancji od dnia 2025 08 23	Łączna wartość netto za usługi serwisowe po okresie gwarancji od dnia 2025 08 23
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tomograf komputerowy Somatom go.Top sn.172796	Pracownia Tomografii Komputero wej				
2.	SYNGO.VIA CONFIG L HP sn.CZ22210KB0					



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



3.	stacja opisowa klient syngo.via HP Z2 TOWER G5 WORKSTATION sn.CZC222B769	Pracownia Tomografii Komputerowej				
4.	stacja opisowa klient syngo.via HP Z2 TOWER G5 WORKSTATION sn.CZC222B76T	Pracownia Tomografii Komputerowej				
5.	stacja opisowa klient syngo.via HP Z2 TOWER G5 WORKSTATION sn.CZC222B76X	Pracownia Tomografii Komputerowej				
Suma wartości (brutto)						

	Suma dla całego okresu	Suma dla w kwocie miesięcznego wynagrodzenia
Suma wartości z tabel A1, A2, (brutto)		

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do SWZ, Formularz cenowy i załącza poprawiony nowy formularz pod nazwą „Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz cenowy – poprawiony 01.04.2025”

Pytanie nr 14

Pytanie dot. Załącznika nr 2b do SWZ, Wykaz urządzeń

Czy dla urządzeń: stacja opisowa klient syngo.via przewiduje się także obsługę monitorów diagnostycznych? Jeżeli tak prosimy o podanie danych identyfikacyjnych jak model, typ, nr seryjny oraz wskazanie ilości monitorów przypisanych do danej stacji.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający modyfikuje załącznik 2b poprzez dodanie danych identyfikacyjnych monitorów diagnostycznych

stacja opisowa klient syngo.via z 2szt. monitorów diagnostycznych	HPZ2 mini 2 2 x Eizo RadiForce RX250	CZC8407DMN 35718098 35780098
stacja opisowa klient syngo.via z 2szt. monitorów diagnostycznych	HPZ2 mini 2 2 x Eizo RadiForce RX250	CZC8407DMN 35707098 35734098



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



stacja opisowa klient syngo.via z 2szt. monitorów diagnostycznych	HP Z2 TOWER G5 WORKSTATION 2x BARCO MDNC-2221	CZC222B769 9385443922 9385443924
stacja opisowa klient syngo.via z 2szt. monitorów diagnostycznych	HP Z2 TOWER G5 WORKSTATION 2x BARCO MDNC-2221	CZC222B76T 9385443850 9385443852
stacja opisowa klient syngo.via z 2szt. monitorów diagnostycznych	HP Z2 TOWER G5 WORKSTATION 2x BARCO MDNC-2221	CZC222B76X 9385443925 9385443926

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy – poprawiony 01.04.2025
- Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy modyfikacja_01-04-2025
- Załącznik nr 2b do SWZ - Wykaz urządzeń-Siemens_modyfikacja_01-04-2025
- Załącznik nr 2a do SWZ - warunki i kryteria_modyfikacja_01-04-2025
- Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz - DODATKOWY doc