

Opis wymagań dotyczących wykonania zadania.

1. Prace muszą być zrealizowane bez wyłączenia instalacji odbiorczych
2. Do każdej pompy próżni należy dostarczyć zapas oleju dedykowanego dla danej pompy w ilości 5 litrów dla każdej pompy osobno, koszt należy uwzględnić w ofercie cenowej.
3. Wykonawca winien w odpowiednim czasie przed przystąpieniem do prac serwisowych opracować i uzgodnić z zamawiającym procedurę przeprowadzenia serwisu.
4. Wykonawca dokona przeglądu wg DTR producenta urządzeń
5. Do kosztów przeglądu serwisowego należy doliczyć koszt wszystkich elementów przewidzianych przez producenta do wymiany przy przeglądzie serwisowym.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów przedstawiających autoryzację producenta pomp próżniowych do wykonania prac serwisowych urządzeń
7. Wykonawca uwzględni utrudnienia wynikające z wykonywania prac na czynnym obiekcie.
8. W czasie wykonywania zadania, miejsce prowadzenia prac należy zabezpieczyć tak, aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia - prace wykonywane w czynnym obiekcie.
9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pracę z należytą starannością oraz zgodnie z sztuką.
10. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego będzie podpisanie protokołu przeglądu serwisowego „Bez Uwag”
11. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób oraz sporządzenie ich dokumentacji.
12. Przekazanie miejsca pracy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie dwudniowy okres uprzedzenia o zamiarze przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji prac.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, udzielając gwarancji niezawodności na min. 12 miesięcy.
14. Odbioru wykonanej usługi dokona wyznaczony przez Zamawiającego przedstawiciel w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty.
15. Wszystkie oferowane materiały, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego.
16. Pozostałe podczas prowadzenia prac odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023.1587 ze zm.) o odpadach i jej koszty uwzględnić w ofercie.
17. Wykonawca dysponuje, personelem, który został przeszkolony w zakresie wykonywania serwisu

Zakres czynności podczas przeprowadzania przeglądu:

1. Wymiana filtra mgły olejowej

2. Wymiana filtra przeciwbakteryjnego
3. Wymiana filtra olejowego
4. Wymiana oleju
5. Kontrola oraz czyszczenie wszystkich układów pomp próżni
6. Kontrolę zbiorników podciśnienia
7. Wymiana elementów eksploracyjnych podlegających naturalnemu okresowemu zużyciu.
8. Sprawdzenie parametrów pracy oraz zabezpieczeń
9. Przegląd i konserwacja układów zasilania i sterowania
10. Uruchomienie pompy próżni po przeglądzie okresowym.