



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 135/03/2025

Chrzanów, 24.03.2025 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców do postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu medycznego pozostałego, materiałów do badań diagnostycznych oraz woreczków do poczy pneumatycznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 29/2025.

1. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm oraz natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

3. Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o budowie jak na zdjęciu:



?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

5. Pakiet 10 poz. 3,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy, z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

6. Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

7. Pakiet 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

8. Pakiet 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,5l?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

9. Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc wykonany z folii PET?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

10. Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 43mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

11. Pakiet 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

12. Pakiet 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą bez języczka o średnicy 30mm do wyboru podłoże z włókniny lub pianki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Pakiet 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą bez języczka o średnicy 36mm z języczkiem do wyboru podłoże z włókniny lub pianki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14. Pakiet 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 215x25m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Pakiet 14 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 210x280x180 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. Pakiet 14 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 106x25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

17. Pakiet 14 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 100x22 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Pakiet 14 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 108x23 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Pakiet 14 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 50x30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

20. Pakiet 16 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

21. Pakiet 16 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kubek o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892