



Poznań, dnia 17.04.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-29/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Część 1, pkt 35

Czy, biorąc pod uwagę, że obecny zapis punktuje parametry gorsze niż wymagane (co może być omyłkowe), Zamawiający dopuści stół umożliwiający bezpieczną zmianę ułożenia blatu przy obciążeniu minimum 180 kg? Czy punktacja w tym zakresie zostanie zmodyfikowana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.

