



INFORMACJA NR 10 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.„, *Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożenia pola operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej, powierzchnia wewnętrzna pokryta hydrofobową powłoką polimerową (poliuretan). Grubość rękawicy na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni wewnętrznej pokrytej hydrofobową powłoką polimerową; rękawica nie posiadająca powłoki ułatwiającej nawilżanie skóry/technologii Hydra Soft. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej, powierzchnia wewnętrzna pokryta hydrofobową powłoką polimerową (poliuretan). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze jasnobrązowym, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej. Mankiet rolowany z opaską adhezyjną; sterylizacja rękawic radiacyjna E-beam. Grubość rękawicy na palcu 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic wykonanych z poliizoprenu, kolor jasnobrązowy. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna





pokryta hydrofobową powłoką polimerową (poliuretan). Grubość rękawicy na palcu 0,18 mm, na dłoni 0,17 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej. Mankiet rolowany z opaską adhezyjną; rozmiar od 5,5 do 9,0. Rękawice przebadane na przenikanie 18 cytostatyków, w tym 16 cytostatyków o czasie przebicia >240 minut oraz Carmustine 3.3 mg/ml > 11 minut. Sterylizacja radiacyjna E-beam. Grubość rękawicy na mankiecie min. 0,15 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie alternatywnie fartuchów zgodnych z poniższym opisem:

Sterylny fartuch ze wzmocnieniami. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze ciemnoniebieskim. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na 3/4 rękawów. Rozmiar fartucha oznaczony w jeden sposób: literowo M – XXXL.

Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na 3/4 rękawów: 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 1,5 cm x 10 cm i min. 1,5 cm x 10 cm, mankiety rękawów o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetkę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia posiadające etykietę zawierającą nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności oraz dwie samoprzylepne naklejki transferowe umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Fartuch zgodny z normą EN 13795-1 wymagania wysokie; 1 klasa palności wg 16 CFR część 1610. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m², zgodnych z normą EN 13795-1. Fartuch zapinany standardowo na „rzep” na szyi (w miejsce taśmy wielokrotnego użytku umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu otolaryngologicznego o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego - polietylenu i włókniny polipropylenowej o



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Wytrzymałość na rozerwanie - na sucho / na mokro min. 344/206 kPa.

Skład :

- 1 x niebieska osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 x serweta główna 200x290cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x65cm
- 1 x serweta-turban 100x150cm, z zakładką na dłoń oraz z wewnętrzną wzmocnioną serwetą do owinięcia głowy o wymiarze 80x130cm z przyłepkami (wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m²)
- 1 x kieszeń jednokomorowa z folii PE na instrumenty chirurgiczne 30x40cm

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nierepozycjonowalnym (zgodnie z zasadami aseptyki) o szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normą EN 13795-1 wymagania wysokie. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Kierunek otwierania opakowania zaznaczony na opakowaniu jednostkowym. Zestawy pakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cystoskopii o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego - polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Wytrzymałość na rozerwanie - na sucho / na mokro min. 344/206 kPa.

Skład :

- 1 x wzmocniona, dwuwarstwowa serweta na stół instrumentariuszki 100 x 150 cm
- 1 x główna serweta 90 x 75 cm, z owalnym otworem o wymiarach 8 x 6 cm otoczonym taśmą
- 2 x osłona na kończynę o obwodzie 70 cm i wysokości 120 cm

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nierepozycjonowalnym (zgodnie z zasadami aseptyki) o szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normą EN 13795-1 wymagania wysokie. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Kierunek otwierania opakowania zaznaczony na opakowaniu jednostkowym. Zestawy pakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego - polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Wytrzymałość na rozerwanie - na sucho / na mokro min. 344/206 kPa.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Skład :

- 1 x niebieska osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę $\varnothing 7$, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm
- 1 x osłona na kończynę 35x80cm
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm
- 2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nierepozycjonowalnym (zgodnie z zasadami aseptyki) o szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normą EN 13795-1 wymagania wysokie. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Kierunek otwierania opakowania zaznaczony na opakowaniu jednostkowym. Zestawy pakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o składzie i parametrach jak poniżej:

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego - polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Pozostałe serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego - polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Wytrzymałość na rozerwanie - na sucho / na moko min. 344/206 kPa.

Skład :

- 1 x niebieska osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 x nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 x nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 x serweta przylepna 180x300cm, przylepieć na dłuższym boku
- 1 x włókninowa osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nierepozycjonowalnym (zgodnie z zasadami aseptyki) o szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normą EN 13795-1 wymagania wysokie. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Kierunek otwierania opakowania zaznaczony na





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

opakowaniu jednostkowym. Zestawy pakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Baraszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**