



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 11.04.2025r.

EZP 96/2025



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu D-7/2025 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. przedstawia wyjaśnienia do zadawanych pytań.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 9 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.-50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 9 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podania ceny jednostkowej netto i brutto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 9 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Schiller AT2 o rozmiarze 210 x 280 mm x 180 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 60 składanek (sztuk=180 kartek), ponieważ producent zmienił w oryginalnym papierze ilość kartek w składance z 215 szt. na 180 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 9 poz. 9



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do kontroli sprawności defibrylatora REANIBEX – 700 w rolce, szer. 49 mm (przeznaczonego do drukarek 50 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 9 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 87 składanek (sztuk=150 kartek).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 9 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 9 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 x 70 mm x 314 kartek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 9 poz. 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 20 Zamawiający oczekuje żelu do USG 250 ml (czyli 0,25 lit.) czy żelu do USG0,25 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje żelu do USG 250 ml.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 9 poz. 20

Jeśli w poz. 20 Zamawiający oczekuje żelu do USG o pojemności 250 ml prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości wyceny żelu do USG o pojemności 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 600 szt. (szt.=500 ml).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 9 poz. 20

Jeśli w poz. 20 Zamawiający oczekuje żelu do USG o pojemności 0,25 ml prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości wyceny żelu do USG o pojemności 20 ml (20g) z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 1500 szt. (szt.=20g).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza żelu do USG o pojemności 0,25 ml, ani żelu do USG o pojemności 20 ml (20g).

Pytanie nr 12

Zadanie nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 16 cewników do HD w poz. 1- rozm. 13F długość 15 cm,



46



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



w poz. 2- rozm. 13F długość 18 cm
w poz. 3 -rozm. 13F długość 20 cm
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 1- rozm. 13F długość 15 cm, oraz w poz. 3 -rozm. 13F długość 20 cm, ale nie dopuszcza w poz. 2- rozm. 13F długość 18 cm.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 dopuści zestaw z rurką tracheostomijną z najnowszej serii BLUselect, która zastąpiła serię Blue Line Ultra; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ (powyższy zestaw jest już stosowany przez Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 mógłby potwierdzić, czy zestaw jest oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do metody Griggsa (peana wielorazowego użytku), który nie jest elementem opisanego zestawu uzupełniającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 15

Pytanie do pakietu 16 Cewniki do hemodializy

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne i tym samym stworzy OPZ z warunkami zachowania konkurencyjności :

Cewnik czasowy do hemodializy, dwuświatłowy wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętki zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.



W pozycji 1: Cewnik 12F x15cm lub 14Fx 15cm
W pozycji 2: Cewnik 12Fr x 20cm lub 14Fx 20cm
W pozycji 3: Cewnik 12Fr x 24cm

które spełniają określone normy jakościowe i użytkowe, ale różnią się od tradycyjnych produktów wskazanych w dokumentacji przetargowej.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 1,2,3 nie dopuszcza średnicy 12F, ale dopuszcza średnicę 14F.

Pytanie nr 16

do zadania 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do hemodializy brandu Arrow wg następującego opisu:

Poz.1 Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z poliuretanu prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronnny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadła, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml z otworem w tłoku z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki od igły, skrzydełka mocujące.

Poz. 2

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z poliuretanu prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronnny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadła, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, z otworem w tłoku z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki od igły, skrzydełka mocujące

Poz. 3

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/25cm wykonane z poliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną (sulfadiazyna srebra+ chlorcheksydyna), prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronnny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadła, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml z otworem w tłoku z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki od igły, skrzydełka mocujące

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17

do zadania 16

Czy Zamawiający w zadaniu 16 poz. 3 będzie wymagał powłoki antybakteryjnej o udowodnionej klinicznie skuteczności, opartej na chlorcheksydynie i sulfadiazynie bowiem długość 25cm sugeruje miejsce wkłucia jako żyłę udową w związku z tym, że dostęp udowy jest dostępem „brudnym” czy będzie wymagana ochrona w kierunku bakterii gram dodatnich, gram ujemnych oraz grzybów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał powyższego.

Pytanie nr 18



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie 16

Czy Zamawiający w Zadaniu 16, w poz. 1, dopuści zestawy cewników wysokoprzepływowych o średnicy zewnętrznej 13 Fr, długość cewnika 15 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 19

Zadanie 16

Czy Zamawiający w Zadaniu 16, w poz. 2, dopuści zestawy cewników wysokoprzepływowych o średnicy zewnętrznej 13 Fr, długość cewnika 20 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 20

Zadanie 16

Czy Zamawiający w Zadaniu 16, w poz. 3, dopuści zestawy cewników wysokoprzepływowych o średnicy zewnętrznej 13 Fr, długość cewnika 25 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 21

zwracamy się z prośbą o podanie ilości produktów wymaganych w zadaniu 35 w pozycjach 1 - 3.

Odpowiedź:

Poz. 1 – 3500 sztuk

Poz. 2 – 500 sztuk

Poz. 3 – 500 sztuk

Pytanie nr 22

Pakiet 16 Pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoznaczności cewnik o długości 16cm Reszta zapisów zgodna z SW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 23

Pakiet 16 Pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoznaczności cewnik o długości 24cm Reszta zapisów zgodna z SW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści produkt równoważny do użytej nazwy handlowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25

Zadanie nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dreny w rozmiarze 24CH-25CH?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26

46



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 10, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- Rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27

Zadanie nr 10, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28

Zadanie nr 10, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 12, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne z mankietem, przeźroczyste?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 12, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści przeźroczyste rurki intubacyjne z mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 12, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 12, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem) – Czy zamawiający dopuści rozmiary od 3,0 do 9,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 12, pozycja nr 2 (Rurki intubacyjne bez mankieta) – Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 34



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 12, pozycja nr 5 (Rurki tracheostomijne) – Czy zamawiający dopuści rozmiary od 6,0 do 9,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 12, pozycja nr 6 (Prowadnica do ukształtowania poz. 2) – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 3,3mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 12, pozycja nr 6 (Prowadnica do ukształtowania poz. 4) – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 4,7mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 15, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 15, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 10 – 20kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 15, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 50 – 70kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 15, pozycja nr 10-11 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe >70kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 15, pozycja nr 11-17 (maski twarzowe) – Czy zamawiający dopuści maski bez kodowanej kolorem etykiety?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 42



46



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 15, pozycja nr 11-17 (maski twarzowe) – Czy zamawiający dopuści maski z nadrukowanym rozmiarem na etykiecie (cyfrowo)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 43


Zadanie nr 15, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści resuscytator z PCV o objętości 1650ml, dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg, z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H₂O, z rezerwuaem o objętości 2000ml oraz drenem o długości 2,1m, maska twarzowa dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 19, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej: 99,9999%, z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa: 70ml, waga: 36g, objętość oddechowa: 150-1500ml, skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, wyposażony w port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, możliwość stosowania do 24h, powierzchnia filtracji 315cm², pakowany pojedynczo w opakowanie: papier/folia, jałowy?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 19, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny (rodzaj filtracji: elektrostatyczno-mechaniczna), o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej: 99,999%, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa: 40ml, waga: 30g, objętość oddechowa: 150-1500ml, skuteczność nawilżania: 32mg przy 500VT, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, wyposażony w port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, możliwość stosowania do 24h, powierzchnia filtracji 22,05cm², pakowany pojedynczo w opakowanie: papier/folia, jałowy?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 19, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej: 99,9999%, z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa: 70ml, waga: 36g, objętość oddechowa: 150-1500ml, skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, wyposażony w port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, możliwość stosowania do 24h, powierzchnia filtracji 315cm², pakowany pojedynczo w opakowanie: papier/folia, jałowy?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 19, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny (rodzaj filtracji: elektrostatyczno-mechaniczna), o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej: 99,999%, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa: 40ml, waga: 30g, objętość oddechowa: 150-1500ml, skuteczność nawilżania: 32mg przy 500VT, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, wyposażony w port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, możliwość stosowania do 24h, powierzchnia filtracji 22,05cm², pakowany pojedynczo w opakowanie: papier/folia, jałowy?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 19, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści wagę ok. 60g (bez opakowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 49





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00




Zadanie nr 19, pozycja nr 7 – Czy zamawiający wymaga kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I z funkcją pomiarową (potwierdzone dołączeniem do oferty certyfikatu CE)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 19, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści kranik z dwoma portami bezigłowymi, zawory do infuzji dożylniej FlowArt Needle Free IV posiadają całkowicie przezroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosy tor przepływu, kompatybilne ze strzykawkami typu luer slip i luer lock, objętość wypełnienia: 0,40 ml, przepływ: 320 ml/min, nadaje się na 7 dni / 600 aktywacji, nie zawiera PVC, lateksu i metali, zgodność z normą ISO 80369 oraz ISO 80369-7, przeznaczony do transfuzji krwi, lipidów, może być stosowany w onkologii oraz podczas badań MRI, produkt sterylny, pakowany pojedynczo?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 51

Zadanie nr 19, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści pojemność 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 52

Zadanie nr 19, pozycja nr 16-17 – Czy zamawiający wymaga masek bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 53

Zadanie nr 19, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz, przeznaczony dla dzieci i dorosłych, kolor granatowy, chrakteryzujący się prostą, intuicyjną obsługą, specjalnie ostrzone, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem, sterylizowany promieniami gamma, wyposażony w mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia, aktywowany poprzez docięnięcie do opuszka palca, rozmiar 25G x 1,5mm, opakowanie 200 sztuk?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 54

Zadanie nr 19, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych wykonaną z pianki obłożonej miękkimi materiałami nie powodującymi podrażnień oraz odleżyn (bawełna), o długości ok. 47 cm i szerokości 3,5 cm, opaska wyposażona w 2 rzepy (4 cm x 6 mm) zgrzane po obu stronach w głąb opaski na ok. 1 cm, dostępna w wersji z otworem na środku opaski, kolor beżowy, niejałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 55

Zadanie nr 19, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 115mm, średnicy górnej 140mm oraz średnicy dolnej 102mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 56

Zadanie nr 19, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm i wymiarach 100mm x 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 19, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm oraz średnicy dolnej 102mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 19, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 160mm, średnicy górnej 165mm oraz średnicy dolnej 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 59

Zadanie nr 19, pozycja nr 32 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4l, o wysokości 155mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 60

Zadanie nr 19, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4l, o wysokości 155mm, średnicy górnej 240mm oraz średnicy dolnej 200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 61

Zadanie nr 19, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?

Odpowiedź:



b



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62

Zadanie nr 19, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 63

Zadanie nr 19, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści jednorazową, przyjazną dla skóry opaskę do mocowania rurki intubacyjnej, zapewniającą jej bezpieczną stabilizację zapobiegając przypadkowej ekstubacji, wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem (bawełna + welur), z powodzeniem może być stosowana u pacjentów zaintubowanych zarówno długoterminowo jak i w nagłych przypadkach, opaski te nie wymagają użycia przylepców, jednocześnie, pozwalająca na szybkie i komfortowe założenie, z możliwością indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta oraz wielokrotnej zmiany ułożenia rurki, posiada wygodne mocowanie na rzep, otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki, dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski, neutralne dla bakterii, pakowane pojedynczo, kolor beżowy, występująca w dwóch długościach: 72cm oraz 85cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 64

Zadanie nr 19, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek, dwuświatłowy, przeznaczone do wielokrotnych aspiracji, wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm, możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin, nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających, pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock, w pełni szczelne i bezpieczne połączenie, możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi, specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki, płaska powierzchnia membrany, dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem, bez lateksu, PCV oraz DEHP, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie papier-folia?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 65

Zadanie nr 19, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



z filtrem antybakteryjnym 0,2 μ , mała objętość napełniania, nieznaczne siły nakłucia, dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem zielonym, wolny od lateksu i PCV, możliwość obsługi przy pomocy jednej ręki, odporność na alkohole i tłuszcze?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 66

Zadanie nr 19, pozycja nr 44 – Czy zamawiający dopuści przyrząd wykonany z PS (obudowa), HDPE (kulki, ustnik) oraz PP (rurka)?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 67

Zadanie nr 19, pozycja nr 47 – Czy zamawiający dopuści pojemność 550ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 68

Zadanie nr 19, pozycja nr 47 – Czy zamawiający dopuści pojemność 450ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 69

Zadanie nr 19, pozycja nr 52-53 – Czy zamawiający dopuści torebki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 70

Zadanie nr 19, pozycja nr 52-53 – Czy zamawiający dopuści gramaturę 65 g/m² (+/-10%)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 71

Zadanie nr 19, pozycja nr 58 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 72

Zadanie nr 19, pozycja nr 62 – Czy zamawiający dopuści zaciskacz do pępownicy

6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



o parametrach:

- Jednorazowego użytku
- Wykonany z polipropylenu
- Długość: ok. 55mm
- Pakowany pojedynczo, w opakowaniu papier-folia
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie zbiorcze 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 73

Zadanie nr 19, pozycja nr 63 – Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 74

Zadanie nr 23, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami karbowanymi, rozciągliwymi o długości 200cm, wykonanymi z PP i EVA?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 75

Zadanie nr 23, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z PP i EVA, z dodatkową rurą o długości 120cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 76

Zadanie nr 29, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną, suchą, sterylną, bez detergentów, sterylizowaną tlenkiem etylenu, wymiary: 9 x 4 x 3,5 cm, miękka i elastyczna, ale na tyle twarda by dobrze spełnić swoje zadanie, gąbka umożliwia namydlenie i czyszczenie obszarów między palcowych i delikatnych powierzchni, przedramienia i wyczyszczenie paznokci, szczotka zapobiega uszkodzeniom naskórka i umożliwia optymalne mycie, w części środkowej są one niższe i twardsze umożliwiając dokładne umycie paznokci?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 77

Zadanie nr 29, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, o wymiarach: 24,5 x 17 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt i zwężenie w nadgarstku - zapobiegają zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, a nie zszywana – dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z obu stron z poliestru o gramaturze 100g/m2 (część przednia) + 70g/m2



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



(część tylna), nie zawiera lateksu, pakowane w opakowanie foliowe po 20 sztuk, wyrób oferowany na 23% VAT?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ oczekuje myjki wykonanej z obu stron z podkładów watolinowych o gramaturze 100g/m².

Pytanie nr 78

Zadanie nr 29, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym oraz nawilżającym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, o wymiarach: 24,5 x 17 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt i zwężenie w nadgarstku - zapobiegają zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, a nie zszywana – dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z obu stron z poliestru o gramaturze 100g/m² (część przednia) + 70g/m² (część tylna), nie zawiera lateksu, pakowane w opakowanie foliowe po 20 sztuk, wyrób oferowany na 23% VAT?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ oczekuje myjki wykonanej z podkładów watolinowych a nie z poliestru.

Pytanie nr 79

Zadanie nr 29, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści golarki pakowane indywidualnie w folię, o długości całkowitej 6,6 cm, szerokość ostrza ok. 3,6 cm, głębokość 0,01 cm, reszta zgodna z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 80

Zadanie nr 30, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści, tak jak dotychczas stosowany, zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz chropowatą gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce z perforacją, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku, każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu opakowania zewnętrznego, poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 81



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 30, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści, tak jak dotychczas stosowany, czepek z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund przy mocy 700W, produkt na stawce VAT 23%?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 82

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki sterylizowane EO, o wymiarach 80 x 50 x 37 mm (+/- 2,5 mm), z miękkimi włoskami, które są rozmieszczone w ok. 40 rzędach, o jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

Obecnie ww. produkt jest dostarczany do Państwa szpitala i sprawdza się bez zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 83

Zadanie 11, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego – o następujących cechach: wkłady z saszetką z proszkiem żelującym, posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Data przydatności i nr serii umieszczone na każdym wkładzie. Pojemniki wielorazowe wyposażone są w zaczep do mocowania (identyczny, jak w opisanym w SWZ systemie); nie posiadają innych przyłączy (brak króćca przy pojemniku - próżnia podłączana bezpośrednio do wkładu, by uzyskać lepsze parametry ssania). Wymiana wkładów (bez odłączania od źródła próżni) po wyciągnięciu drenu z wtyku próżni na pokrywie wkładu. Pozostałe jak w SIWZ.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów anty bakteryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 84

Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę o większej powierzchni całkowitej, ale nieco innych wymiarach, tj. 90x116 cm, opakowanie zbiorcze 23 szt.? Pozostałe jak w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 85



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści matę o większej powierzchni całkowitej, ale nieco innych wymiarach, tj. 90x150 cm, opakowanie zbiorcze 18 szt.? Pozostałe jak w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 86

Pakiet 19 poz. 18 - Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy we krwi typ GI201 HemoCue, pakowane pojedynczo, (op. 4 x25 szt).

Zarówno transport jak i przechowywanie tego wyrobu medycznego wymaga specjalnej monitorowanej temperatury. W związku z tym nie może gwarantować, czy pośrednik wywiąże się z obowiązku monitorowania oraz przechowywania mikrokuwet w odpowiedniej temperaturze zalecanej przez producenta. Wystartowanie w tak skonstruowanym pakiecie zarówno innej firmie jak i Naszej nie jest możliwe, dlatego zwracamy się z prośbą jako jedyny dystrybutor w Polsce mikrokuwety HemoCue z prośbą o wykreślenie pozycji 18 z pakietu 19.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 87

Zadanie 25, poz.1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z medycznego PVC bez DEHP (oznaczenie na opakowaniu indywidualnym), 20 kropli/min. z filtrem 15 µm, Dwukanałowy - trójścienne, ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, w kształcie stożka. Komora kroplowa: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie zestawu do pojemnika z płynem lub bez skrzydełek za to kołec posiadający kryzę ograniczającą wklucie. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorną, opcjonalnie zaczep do podwieszenia drenu lub bez zaczepu. Na opakowaniu indywidualnym umieszczona nazwa producenta a nie bezpośrednio na przyrządzie. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylne, opakowanie typu papier-folia; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – min.2 lata od daty produkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 87a

Zadanie 25, poz.1

Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia miniej niż 5 lat, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 5 lat. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający dopuszcza termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.

Pytanie nr 88

Zadanie 25, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych grawitacyjny, wyposażony w filtr, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, bez dodatkowego miejsca na kolec na zaciskaczu rolkowym, posiada osłonę igły w celu zabezpieczenia po użyciu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym a nie na przyrządzie, kolec ścięty trój płaszczyznowo, dwukanałowy, elastyczna komora kroplowa: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm). Przyrząd wyposażony w kryzę ograniczającą wklucie i ułatwiająca aplikację przyrządu, bez skrzydełek dociskowych, długość drenu min.150 cm, dren bez osłony na palce, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie typu blister papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 89

Zadanie 25, poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi ; igła biorcza 2 – kanałowa, pierścień lub skrzydełka lub inny element ułatwiający wbicie przyrządu do pojemnika z płynem, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora kroplowa dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory 8,5 cm , 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, powierzchnia filtracyjna min. 10Cm2, wielkość oczek filtra do krwi 200µm, długość drenu min. 150cm, rolkowy regulator przepływu, bez dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu – w zestawie osłona igły biorczej, bez zaczepu na dren; łącznik luer = lock, opakowanie jednostkowe typu folia-papier, całość wolna od plastyfikatorów ftalanowych- z informacją na opakowaniu indywidualnym; nazwa producenta wytłoczona na opakowaniu indywidualnym a nie bezpośrednio na przyrządzie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 90

Dotyczy § 2 ust. 8, 9 Załącznika nr 5 do swz.

„8. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania sprzętu j.u. dostarczonych po uzgodnionym terminie dostawy.

9. Odmowa odbioru dostawy winna być każdorazowo potwierdzona na piśmie z podaniem powodów.”

Mając na względzie powyższe wnosimy o wskazanie i wyjaśnienie, o powodach które mogą być przyczyną odmowy odbioru przedmiotu umowy oraz o wskazanie, marginesu czasowego po którym Zamawiający odmówi odbioru towaru, tym bardziej, że terminy wykonania dostaw określone są w godzinach.

Odpowiedź:

Powodem jest dostawa po przekroczeniu terminu zawartego w umowie, tj. po przekroczeniu 5 dni od dnia, w którym powinna nastąpić dostawa.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie nr 91

Dotyczy § 3 ust. 1-3 Załącznika nr 5 do swz.

1. W przypadku, w którym Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy z jego wyłącznej winy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego sprzedawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym niezrealizowanej części dostawy.
2. Zakup interwencyjny, o którym mowa w ust. poprzedzającym skutkuje zmniejszeniem ilości objętych przedmiotem niniejszej Umowy o wielkość tego zakupu i Strony dopuszczają w tym zakresie odpowiednie ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną ustaloną w niniejszej Umowie niewykonanej części dostawy, tytułem odszkodowania.

Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o „zakupie interwencyjnym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu?

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „zakup interwencyjnego”?

Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający określił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania zakupu interwencyjnego na przekazanie w tym czasie odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż zakup interwencyjny (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego.

Pytanie nr 92

Dotyczy § 1 ust. 5 i 9, § 10 Załącznika nr 5 do swz.

§ 1

„... 5. Ilość przedmiotu umowy podana w Załączniku nr 2 stanowi szacunkowe zużycie. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego, w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 2, Kupujący może ograniczyć zakres zamówienia, nie więcej jednak niż o 20% na co Sprzedawca wyraża zgodę.

9. Ogólna wartość umowy wynosi: zł netto + Vat..... = zł brutto (słownie:...../100).”

§ 10

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne za:
 1. odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę – w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy,
 2. za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Kupującego, w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie.
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn

zawinionych przez Kupującego - w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy.

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, na podstawie





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494



Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej Umowy.

4. W przypadku naliczenia kar umownych Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty

naliczonych kar z należnego Sprzedawcy wynagrodzenia netto.

5. Niezależnie od kar umownych Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych."

Mając na względzie powyżej powołane zapisy specyfikacji warunków zamówienia, oraz mając na względzie, że Zamawiający prowadzi postępowanie w częściach (zadania, pakietach), prosimy o odpowiednie dostosowanie powołanych zapisów aby każda z tych części stanowiła przedmiot oddzielnej Umowy lub w jakiś logiczny sposób odnosiła się do sytuacji wskazanej w ogłoszeniu? Powyższe wynika również z faktu, że na etapie przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, nie ma wiedzy w zakresie jakich części jego oferta może zostać uznana za najkorzystniejszą a tym samym na etapie wykonania zamówienia brak wykonania dostaw dla jednej części nie może stanowić podstawy do naliczenia kar od całkowitej wartości tej Umowy.

Dodatkowo wnosimy o zmianę ust. 4, poprzez dodanie procedury odwoławczej w przypadku naliczenia kar umownych, gdyż w obecnym stanie prawnym Zamawiający uzurpuje sobie prawo do arbitralnego decydowania o zasadności jak i podstaw naliczania kar umownych.

Mając na względzie powyższy zapis, czy zasadnym byłoby aby Zamawiający przekazał Wykonawcy informację z odpowiednim terminem pozwalającym na zajęcie stanowiska w przypadku naliczenia kar umownych, przed dokonaniem czynności potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź:

W przypadku dokonania wyboru na więcej niż jeden pakiet, Zamawiający zawrze jedną umowę z Wykonawcą.

W przypadku kar umownych zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 93

Pakiet 35 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd mini spike z portem bezigłowym, z filtrem 0,2 mikrona, port bezigłowy z przezroczystą obudową i membraną, co umożliwi kontrolę wizualną toru przepływu? Płaska powierzchnia portu z możliwością łatwej dezynfekcji. Możliwość stosowania do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 94

Pakiet 35 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania cytostatyków z 5 portami bezigłowymi, 4 porty do podłączenia leków, 1 do podaży bolusa, umieszczony pod koniec drenu, możliwość przepłukania linii? Filtr 0,2 mikrona w igle biórczej. Dren zabezpieczony nasadką z filtrem hydrofobowym, umożliwiającą wypełnienie drenu bez zdejmowania korka. Przyrząd do podaży w systemie grawitacyjnym. Wersja pomarańczowa (z ochroną UV). Dren wykonany z poliuretanu, Cały zestaw wolny od PCV i DEHP). Oświadczenie producenta, że linia spełnia warunki systemu zamkniętego w myśl definicji NIOSH. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie nr 95

Pakiet 35 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania cytostatyków z 3 portami bezigłowymi, 2 porty do podłączenia leków, 1 do podaży bolusa, umieszczony pod koniec drenu, możliwość przepłukania linii? Filtr 0,2 mikrona w igle biorczej. Dren zabezpieczony nasadką z filtrem hydrofobowym, umożliwiającą wypełnienie drenu bez zdejmowania korka. Przyrząd do podaży w systemie grawitacyjnym. Wersja pomarańczowa (z ochroną UV). Dren wykonany z poliuretanu, Cały zestaw wolny od PCV i DEHP). Oświadczenie producenta, że linia spełnia warunki systemu zamkniętego w myśl definicji NIOSH. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 96

Pakiet 35 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przygotowywania cytostatyków z możliwością przyłączania do linii do podawania cytostatyków? Dren zakończony zatyczką z filtrem, która pozwala wypełnić dren bez zdejmowania korka i wycieku płynu. Zastawka bezigłowa do podaży leku chroniąca przed kontaktem z lekiem z portem bezigłowym otwierającym drogę tylko w momencie przyłączenia strzykawki (bez PCV). Potwierdzenie producenta że linia stanowi system zamknięty zgodnie z NIOSH. Wersja do leków światłoczułych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 97

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej G24, G26 Z 4 wykonaną z PTFE, bez dodatkowego otworu na końcu igły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 98

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej G24, G26 bez systemu 3 -krotnego potwierdzenia wypływu krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od posiadania badań klinicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100

ZADANIE 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej G24, przepływ 13 ml/min. G26 – 13 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 101

ZADANIE 7, poz. 1-2



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznych z 2 paskami radiocienującymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 102

ZADANIE 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od posiadania w kaniulach bezpiecznych badań klinicznych lub badań o biokompatybilności przedklinicznej oceny bezpieczeństwa toksykologicznego zgodnie z ISO 10993 i zgodnie z GLP dołączonymi do oferty)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 103

ZADANIE 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ramp z 3 i 5 kranikami, i drenami o długości 140 cm pakowanymi oddzielnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 104

ZADANIE 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od przedstawienia wykazu badań klinicznych producenta i źródła ich publikacji do ewentualnej weryfikacji)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 105

ZADANIE 25, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego standardową przezroczystą komorę kroplową o dł. 62 mm (55 mm w części przezroczystej) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 106

Pakiet 25, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 107

Pakiet 25, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie posiadania przez przyrząd filtra bakterii (BFE) 99,99 % i filtra wirusów (VFE) min. 99,99 % i dopuszczenie przyrządu posiadającego filtr zgodny z obowiązującymi standardami i normami? W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 108

Pakiet 25, poz. 2

Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 109

Pakiet 25, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odstępnie od wymogu definicji NIOSH jest to (National Institute for Occupational Safety and Health) to Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który jest federalną agencją USA odpowiedzialną za prowadzenie badań i wydawanie zaleceń dotyczących zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą. Jednocześnie należy zauważyć i wymagana przez Państwa definicja odnosi się do Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH): opisuje również Protokół testów wydajnościowych dla wyrobów do transferu w systemie zamkniętym stosowanych w przemyśle farmaceutycznym przy przygotowaniu i podawaniu leków niebezpiecznych, dlatego też nie ma zastosowania w przypadku przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępnie od wymogu definicji NIOSH.

Pytanie nr 110

Pakiet 25, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 111

Pakiet 25, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego elastyczną komorę kroplową, wolną od PVC, i ftalanów (do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta), przystosowany do infuzji grawitacyjnej, z dodatkowym łącznikiem Y, długość drenu 180 cm. Posiadający specjalny zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta, i utrzymujący stały poziom płynu. Przyrząd wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu. Pomaga zapobiegać zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Pomaga zmniejszać straty w płynach infuzyjnych poprzez ograniczeniu do zera niekontrolowaną utratę płynu poprzez kapanie.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 112

Pakiet 25, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 113

Zadanie nr 15 poz. 1,2,3,4


Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne z drenem ze standardową końcówką?



[Handwritten signature]



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 114

Zadanie nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do nebulizatora o dł. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 115

Zadanie 15 poz. 7-11

Prosimy o dopuszczenie zakresów wagowych

- dla pozycji 7: 10-20 kg
- dla pozycji 8: 30-50 kg
- dla pozycji 9: 50-70 kg
- dla pozycji 10: 70-100 kg
- dla pozycji 11: >100 kg

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 116

Zadanie 15 poz. 6-11

Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis: „Maski krtaniowe ... posiadające mankiet zabezpieczający przed wywijaniem się podczas zakładania” oznacza, że koniuszek mankieta ma posiadać widoczne zgrubienie (fałd) chroniący mankiet przed podwijaniem się podczas zakładania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 117


Zadanie nr 15 poz. 12-18

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną z oznakowaniem rozmiaru cyfrą od 1 do 6 (1,2,3 – rozmiar pediatryczny, 4,5,6 – rozmiar dla dorosłych)?
lub

Czy Zamawiający dopuści maski kodowane kolorowym pierścieniem założony na złączu maski widocznym przez przeźroczyste opakowanie zamiast kodu na etykiecie, z oznakowaniem rozmiaru cyfrą od 0 do 5 (0,1,2- rozmiary pediatryczne, 3,4,5 – rozmiary dla dorosłych)?



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 118

Zadanie nr 15 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora z workiem o objętości 1547 ml, umożliwiającym podanie objętości oddechowej do 1000 ml oraz z drenem o długości 2,15m? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 119

Zadanie nr 23 poz. 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP (polipropylenu)? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, poz. 2 dopuści układ rozciągliwy, karbowany wykonany z PP (polipropylenu)?

PE(polietylen) jest materiałem z którego produkowane są układy karbowane nierozciągliwe, natomiast rozciągliwe produkowane są z PP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 121

Zadanie 15 poz. 6-11

Czy Zamawiający zgodzi się na maski krtaniowe w następujących rozmiarach:

- 5-10 kg
- 10-20 kg
- 20-30 kg
- 30-50 kg
- 50-70 kg
- >70 kg

Zamawiający kiedyś korzystał z takich masek.

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający wyraża zgodę na rozmiary masek, z wyłączeniem poz.11- maska dla pacjentów o wadze pow. 100 kg.

Pytanie nr 122

Zadanie 15 poz. 11-17

Czy Zamawiający nie popełnił błędu w numeracji masek? Brakuje masek w rozmiarze 3, natomiast wyjątkowo pojawiły się maski w rozmiarze 6.

Odpowiedź:

Numeracja masek pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 123

Zadanie 15 poz. 18

Czy Zamawiający zgodzi się na resuscytator o poniższych parametrach (zamawiający kiedyś korzystał z takiego resuscytatora)

Przeznaczenie >40 kg

Zawór bezpieczeństwa 60 cm H₂O

Objętość worka 1650 ml

Objętość wyrzutowa 800 ml

Objętość rezerwuaru tlenu 2000 ml

Maska twarzowa dla dorosłych

Dren tlenowy o długości 2,13 m

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 124

Zadanie 23 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód wykonany z polipropylenu (zamawiający kiedyś korzystał z takiego obwodu)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 125

Zadanie 23 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dodatkową rurą do worka rozciągliwą do 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 126

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga strzykawkę wpisanych w menu posiadanych pomp co jest gwarantem poprawności ich działania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 127

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający może podać jakie pompy jakich producentów są używane w Szpitalu?

Odpowiedź:

Producent	Model
Kwapisz	Duet 20/50; Mono 20/50
Ascor	AP 14
B.Braun	Perfusor Compact; Perfusor Space



8



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Fresenius Vial Agilia; TIVA Agilia
Medima S300
BD Alaris CC PLUS

Pytanie nr 128

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kołnierza i prostopadłego wcięcia na tłoku gdyż tego rodzaju strzykawki zostały już dawno wycofane. Używane były w bardzo starych modelach pomp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 129

Zadanie 5 poz. 4-7

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem skalowania do 20% pojemności nominalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 130

Zadanie 5 poz. 4-7

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania strzykawek z podwójną kryzą ograniczającą wypadnięcie tłoka ze strzykawki. Podwójna kryza daje bardzo wysoką skuteczność zabezpieczenia przed niekontrolowanym wysunięciem tłoka z cylindra strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 131

Zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule o opisie jak poniżej :

Kaniula dożylna bezpieczna z zaworkiem do wstrzykiwania

- Cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula wykonana z termoplastycznego biomateriału PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z zastawką do wstrzyknięć

- Zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- Możliwe podawanie wielokrotne iniekcji podczas trwającego

wlewu dożylnego (tylko strzykawką)

- Skrzydełka mocujące kaniulę

- Męska zatyczka Luer - Lock

- Silikonowy zaworek

- Kaniule są cieniujące w rentgenie (wtopione 4 paski kontrastujące w Rtg)

- Kaniule wyposażone są w samodomykający , obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem według standardów ISO

- Kaniule wyposażone są w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia

(zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, wyposażona w kapilary, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły,

pozbawiona elementów metalowych (środowisko rezonansu magnetycznego),

opakowanie wielowarstwowe nierozrywne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty)

Wszystkie produkty:



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 132

Zadanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie kaniul bez badań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 132a

Zadanie nr 19 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr hydrofobowy, mechaniczny, ze skutecznością klasy HEPA 13.

Posiadający skuteczność przeciwbakteryjną 99,99999%, przeciwwirusową 99,9999%, przeciwpłatkową 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm².

Posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; przestrzeń martwa 80ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 1.1 cm H₂O oraz przy 60 l/min. 2.6 cm H₂O: filtr walidowany do prątek gruźlicy, HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany, posiadający port kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, standardowe złącze 22/15.

Waga filtra 52g, Pakowany po 25 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 133

Zadanie nr 19 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylny filtr hydrofobowy mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999%, przeciwpłatkowej 99.999%, o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o przestrzeni martwej 74ml;

z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml;

filtr walidowany do prątek gruźlicy, HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 134





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 19 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie kraników z systemem o opisie jak poniżej

VADSITE posiada całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada łatwą do dezynfekcji, podzielną membranę silikonową (typu Split Septum), (dezynfekcja musi być przeprowadzona przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie, gdy przewód

do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone. Urządzenie posiada prosty tor przepływu.

Zapobiega cofaniu się krwi po odłączeniu strzykawki lub linii.

VADSITE jest odporny na tłuszczowe emulsje, cytotoksyczne leki oraz na antyseptyki.

To łatwe do użycia urządzenie chroni zarówno personel medyczny jak i pacjenta (zamknięty system

redukuje ryzyko zatoru powietrznego oraz utraty krwi). Możliwość podawania krwi i preparatów krwiopochodnych.

VADSITE służy do podłączenia do urządzeń (strzykawkami, drenami przedłużającymi, itp.) posiadających

męską końcówkę Luer-Lock, której średnica jest $\geq 1,7\text{mm}$ (większość urządzeń) oraz do wszystkich

urządzeń z żeńską końcówką Luer Slip. Objętość wypełnienia (przestrzeń martwa) 0,07 ml. Wypływ wsteczny 0,03 ml.

Przepływ nielimitowany do 600 ml/min (przepływ grawitacyjny 170 ml/min),

wytrzymałość na ciśnienie do 24 barów (350 psi).

VADSITE może być używany w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej.

Okres używania gwarantowany przez producenta wynosi 7 dni lub 360 użyc (720 aktywacji).

Produkt jest zgodny z normą PN - En ISO 10555-5: 2002/AC: 2006.

Pakowany pojedynczo, sterylny, jednorazowego użytku..

- Nie zawiera części metalowych
- Nie zawiera Lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Nie zawiera pirogenu
- Nie zawiera żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 135

Zadanie nr 19 poz.21

Prosimy o dopuszczenie nakłuwaczy w rozmiarze 30 G głębokość nakłucia 1.5 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 136

Zadanie nr 19 poz.28

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o poj. 150 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 137

Zadanie nr 19 poz. 29

Prosimy o dopuszczenie pojemnika:

Tworzywo Polipropylen



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Wysokość wewnętrzna 116 mm

Wysokość całkowita 121 mm

Otwór wrzutowy 80x55 mm

Szerokość podstawy górnej 109 mm

Szerokość podstawy dolnej 80 mm

Lub

Pojemnik owalny o wymiarach dł. góra 108 mm, dł. dół 97 mm, szerokość 58 mm, otwór wrzutowy 40 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 138

Zadanie nr 19 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie pojemnika:

Tworzywo Polipropylen

Wysokość wewnętrzna 110 mm

Wysokość całkowita 120 mm

Otwór wrzutowy 100 x 70 mm

Szerokość podstawy górnej 130 mm

Szerokość podstawy dolnej 110 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 139

Zadanie nr 19 poz. 31

Prosimy o dopuszczenie pojemnika:

Tworzywo Polipropylen

Wysokość wewnętrzna 200 mm

Wysokość całkowita 210 mm

Otwór wrzutowy 100 x 70 mm

Szerokość podstawy górnej 130 mm

Szerokość podstawy dolnej 110 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 140

Zadanie nr 19 poz. 33

Prosimy o dopuszczenie pojemnika:

Pojemność 3,0L

Tworzywo Polipropylen

Wysokość wewnętrzna 198 mm

Wysokość całkowita 210 mm

Otwór wrzutowy 100x70 mm

Szerokość podstawy górnej 163 mm

Szerokość podstawy dolnej 130 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 141

Zadanie nr 19 poz. 33



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 100 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 142

Zadanie nr 19 poz. 35

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 150 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 143

Zadanie nr 19 poz. 35

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 150 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 144

Zadanie nr 19 poz. 42

Prosimy o dopuszczenie jednoczęściowej opaski do rurek intubacyjnych:

- delikatny materiał zapobiegający odleżynom
- laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania
- nie przykleja się do skóry pacjenta
- łatwa w ponownym dopasowaniu
- może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów
- w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę aby opaska była pewnie zamocowana
- bez lateksu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.


Pytanie nr 145

Zadanie nr 19 poz. 43

Prosimy o dopuszczenie:

Kaniula do wielokrotnego pobierania płynu i dodatkowego wstrzyku. Smukły i krótki kolec ułatwiający przebijanie butelek. Łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Ciasny zatrzask z identyfikacją kolorystyczną. Złącz typu Luer-lock, bez lateksu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów

Typ ZIELONY: łatwe pobieranie i uzupełniające wstrzyknięcie, niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym dzięki zintegrowanemu filtrowi bakteryjnemu 0,45 µm.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 146

Zadanie nr 19 poz. 62

Prosimy o dopuszczenie zaciskaczy:

- długość zaciskacza 5,5 cm
- w kolorze białym
- wykonany z PE Polietylen
- ząbki zaciskacza lekko zaokrąglone na końcach
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe
- zatrzask uniemożliwiający otwarcie zaciskacza
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 147

Zadanie nr 19 poz. 63

- Prosimy o dopuszczenie worka do lewatywy:
- Jednorazowego użytku
- Worek do lewatywy o poj. 1500ml
- Skalowany co 100 ml między 100ml a 1500ml
- Długość drenu 145 cm
- Osłonka na końcówkę
- Zacisk przesuwny
- Nie zawiera lateksu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 148

Zadanie nr 22 poz. 3

Proszę o dopuszczenie cewnika w rozmiarach Ch 6 -Ch 26

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 149

Zadanie nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny oddzielnie na rozmiary Ch6-Ch10 i Ch12-Ch26 tworząc pozycje 3a i 3b. Czy Zamawiający może podać ilość cewników w rozmiarach Ch6-Ch10 jaką będzie chciał zakontraktować ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 150

Zadanie nr 22 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Przewód do ssaka z łącznikiem rozmiar 8,0x5,0mm, długość 2100mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 151





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 22 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dreny z trokarem w rozmiarach Ch 16, Ch 20, Ch 24, Ch 28, Ch 32 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 152

Zadanie nr 25 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z kolcem ścięty dwupłaszczyznowo, pozostałe parametry zgodnie z opisem w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 153

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu na fiolki o średnicy 13mm czy 20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przyrządu na fiolki o średnicy 20mm.

Pytanie nr 154

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch warstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ± 5 g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt.

Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 155

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 156

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp bez kołnierza na łączniku luer lock

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 157

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp bez wcięcia na tłoku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 158

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp bez dodatkowej skali tłoczonoj na tłoku?

Odpowiedź:



8



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 159

Zadanie 5, pozycja 2, 3, 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 160

Zadanie 5, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z cylindrem w mlecznym kolorze wyraźnie kontrastującym z tłem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 161

Zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 162

Zadanie 5, pozycja 5-7, 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 163

Zadanie 5, pozycja 11-19 (nr poz formularza)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 164

Zadanie 5, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 165

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od powyższego.

Pytanie nr 166

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 167

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę o średnicy 54mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 168

Zadanie 9, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 169

Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę w rozmiarze 56x42mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 170

Zadanie 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę o średnicy 48mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 171

Zadanie 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane w aluminiową saszetkę po 50 sztuk luzem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 172

Zadanie 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x70x315?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 173

Zadanie 9, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 90x90x200?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 174

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści rurki w opakowaniu bez punktowych zgrzewów i oznaczenia rozmiaru na łączniku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 175

Zadanie 12



Handwritten signature



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane w rozmiarach od CH 3.0 do CH 9.0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 176

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankieta niesilikonowane w rozmiarach od CH 3.0 do CH 9.0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 177

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone proste z prowadnicą odporną na kwasy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 178

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 179

Zadanie 12, prowadnice pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjne w rozmiarach: 2.0 mm, 3.3mm, 4.7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 180

Zadanie 12, prowadnice pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 3,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 181

Zadanie 12, prowadnice pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 3,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 182

Zadanie 12, prowadnice pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 4,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 183

Zadanie 12, prowadnice pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 4,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 184



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 185

Zadanie 15, pozycja 6-11

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe nieposiadające mankietu zabezpieczający przed wywijaniem, o przedziałach wagowych kolejno:

- 5-10kg
- 10-20kg
- 20-30kg
- 30-50kg
- 50-70kg
- 70-100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 186

Zadanie 15, pozycja maski twarzowe 11-17

Czy Zamawiający dopuści maski posiadające wyłącznie kodowane kolorystycznie pierścienie mocujące, doskonale widoczne przez przezroczyste opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 187

Zadanie 15, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowego użytku wykonany z silikonu o pojemności 1600 ± 200 ml, z rezerwuarem tlenu wykonanym z EVA i PP o pojemności 2000ml. Objętość wyrzutowa ≥ 600 ml. Zawór ograniczający ciśnienie 60 cm H₂O. Dren tlenowy 2,10m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 188

Zadanie 15, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie następujące parametry resuscytatora jednorazowego:
W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuár tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie, wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maski anestetyczne z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



- Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

Masa ciała	>33 kg
Rozmiar maski *	5
Objętość wyrzutowa	≥600 ml
Objętość resuscytatora	1600 ± 200 ml
Wymiary (dł. x śr.)	320 x 132 mm
Waga resuscytatora	600 g
Zawór ograniczający ciśnienie	60 cm H₂O (zgodnie z ISO 10651-4 40-60 cm H ₂ O)

?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 189

Zadanie 19, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 190

Zadanie 19, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków wyłącznie w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 191

Zadanie 19, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 192

Zadanie 19, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie nr 193

Zadanie 19, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 194

Zadanie 19, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kranik z pomarańczowymi portami bezigłowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 195

Zadanie 19, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy z pojedynczym portem o uniwersalnym połączeniu 22M/15F od strony pacjenta oraz 22F od strony maszyny i objętości wypełnienia 42ml $\pm$ 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 196

Zadanie 19, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści nerkę o długości 245 +/- 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 197

Zadanie 19, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 198

Zadanie 19, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zielony nakłuwacz bezpieczny przeznaczony dla kobiet i dzieci, sterylizowany radiacyjnie, z igłą 23G i o głębokości nakłucia 1,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 199

Zadanie 19, pozycja 21, 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 200

Zadanie 19, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 201

Zadanie 19, pozycja 25



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 202

Zadanie 19, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,2l o wysokości 130mm średnicy górnej/dolnej – Owal 85-27 / 75-25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 203

Zadanie 19, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o średnicy górnej/dolnej – 100mm/95mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 204

Zadanie 19, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 205

Zadanie 19, pozycja 35-39

Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez miejsca do opisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 206

Zadanie 19, pozycja 35-39

Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez piktogramu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 207

Zadanie 19, pozycja 35-39

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z dodatkową etykietą do opisu, zamiast wyznaczonego pola?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 208

Zadanie 19, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 150ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 209

Zadanie 19, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści sterylną wodą do inhalacji z adapterem a'340ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 210



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie 19, pozycja 48,49

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 211

Zadanie 19, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 212

Zadanie 19, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 213

Zadanie 19, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści worki o wymiarze 66x84cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 214

Zadanie 19, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 215

Zadanie 19, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 216

Zadanie 19, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści worki z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml), spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 217

Zadanie 19, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 218

Zadanie 19, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści worki czarne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 219



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie 19, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 220

Zadanie 19, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 221

Zadanie 19, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze o długości całkowitej $53 \pm 2\text{mm}$ i szerokości $10\text{mm} \pm 2\text{mm}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 222

Zadanie 19, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 223

Zadanie 19, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści niesterylny, produkowany w odpowiednich warunkach, będący wyrobem medycznym worek do lewatywy z drenem o długości 115cm, pakowany wyłącznie w karton po 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 224

Zadanie 19, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatywy z drenem o długości 150cm, indywidualnie pakowany w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 225

Zadanie 20, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty wchłaniają wszystkie płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny,

- warstwy wchłaniające gwarantują wysoką odporność na plamy po Betadine,
- umożliwiają pozbycie się nadmiaru płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów,
- firma DeRoyal oferuje trzy rozmiary mat absorpcyjnych, na sale operacyjne, laboratoria, pomieszczenia do sterylizacji, itd.
- przylegają do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia,
- laminowana, nieprzemakająca warstwa spodnia, eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą, nie pozostawia plam,



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



- maty eliminują koszty prania zabrudzonych ręczników oraz prześcieradeł,
- bezlateksowe, rozmiar 117x102- chłonność 2,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 226

Zadanie 20, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maty wchłaniają wszystkie płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny,

- warstwy wchłaniające gwarantują wysoką odporność na plamy po Betadine,
- umożliwiają pozbycie się nadmiaru płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów,
- firma DeRoyal oferuje trzy rozmiary mat absorpcyjnych, na sale operacyjne, laboratoria, pomieszczenia do sterylizacji, itd.
- przylegają do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia,
- laminowana, nieprzemakająca warstwa spodnia, eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą, nie pozostawia plam,
- maty eliminują koszty prania zabrudzonych ręczników oraz prześcieradeł,
- bezlateksowe, rozmiar 117x183- chłonność 4,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 227

Zadanie 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 8 do 24?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 228

Zadanie 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników pakowanych: 1 sztuka / wew. folia, zew. papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 229

Zadanie 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 6 do 26?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 230

Zadanie 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników o długości 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 231

Zadanie 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników o długości 300cm?

Odpowiedź:



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 232

Zadanie 22, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 2100mm zakończony lejek-lejek?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje drenu zakończonego z jednej strony łącznikiem żeńskim typu lejek, a z drugiej strony męskim – kaplon.

Pytanie nr 233

Zadanie 22, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 2100mm zakończony lejek-lejek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 234

Zadanie 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi naprzemianległymi dostępnymi w rozmiarach 6 do 22?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 235

Zadanie 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH6-CH10 o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 236

Zadanie 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH12-CH22 o długości 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 237

Zadanie 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH12-CH22 o długości 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 238

Zadanie 25, pozycja 1,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 239

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu bezpiecznego automatycznie zatrzymującego przepływ po opróżnieniu komory?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 240



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów posiadający właściwości:

- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości całkowitej 6 cm, zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę bioreczną oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 241

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu definicji NIOSH i tym samym od oświadczenia producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego.

Pytanie nr 242

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta w dwóch miejscach?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego.

Pytanie nr 243

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z bezpiecznym zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę bioreczną chroniącą przed zakłuciem, zamiast łącznika z osłoną na palce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 244

Zadanie 29, pozycja 1



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 90x45x39mm o jednakowej długości włoskach na całej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 245

Zadanie 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 246

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 247

Zadanie 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 248

Zadanie 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Jednorazową myjkę do mycia ciała noworodków nasączoną środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonaną w całości z poliestru o gramaturze 400g/m², rozmiar 12cm x 10cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'6 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 249

Zadanie 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 250

Zadanie 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 251

Zadanie 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści golarki posiadające ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem o wymiarze 0,8 x 3,6 x 0,01 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 252

Zadanie nr 10 - Pozycja 2

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg: rozmiaru CH18 w ramach Zamkniętych systemów do odsysania z rurki intubacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje powyższe.

Pytanie nr 253

Zadanie nr 10 - Pozycja 1

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg: możliwość stosowania przez 72 godz. potwierdzona dokumentem producenta (załączyć do oferty) w ramach drenu do zamkniętych systemów do odsysania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje powyższe.

Pytanie nr 254

Zadanie nr 10 - Pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga, aby adapter posiadał obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 255

Zadanie nr 10 - Pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga, aby adapter posiadał port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz silikonowy kapturek zamykający port z zawieszką?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 256



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Zadanie nr 10 - Pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga, aby adapter posiadał złącza 15M-15F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 257

Zadanie nr 10 - Pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga, aby adapter możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzone dokumentem od producenta? Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 258

Zadanie nr 15, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Dren do nebulizatora z szeroką końcówką 1,8”

Produktu o poniższych parametrach:

„Dren do nebulizatora z szeroką końcówką min 1,8 m.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 259

Zadanie nr 15, pozycja nr 6-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Maski krtaniowe, jednorazowa, wykonana z silikonu lub medycznego PCV, posiadająca mankiety

zabezpieczający przed wywijaniem się podczas zakładania

Maska krtaniowa od 5 - 10 kg

Maska krtaniowa od 7 - 17 kg

Maska krtaniowa od 30 - 50 kg

Maska krtaniowa od 50- 80 kg

Maska krtaniowa od 80 - 100kg

Maska krtaniowa od 100kg”

Produktu o poniższych parametrach:

„Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiety silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankiem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankieta. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie.

Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (wg wagi pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylizowany, pakowany w opakowanie folia-papier.”


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 260

Zadanie nr 15, pozycja nr 18

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, wykonany z SEBS

(kopolimer trybłokowy styren/etylen-butylen/styren).

- Przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg
- Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H₂O (możliwość wyłączenia zaworu)
- Objętość worka: 1475 ml
- Maksymalna objętość oddechowa: 1100 ml
- Objętość rezerwuaru tlenu: 2600 ml
- Maski twarzowe dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 2,13 m”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H₂O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, objętość 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 261

Zadanie nr 23, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy do respiratorów i aparatów do znieczulania, prosty dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, wykonany z polietylenu. Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych, o długości 150cm, w komplecie dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st. wyposażony w port CO₂ z kapturkiem zabezpieczającym. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni – potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym, terminem ważności.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 262

Zadanie nr 23, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy do respiratorów i aparatów do znieczulania, prosty dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, wykonany z polietylenu. Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm,



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



złącza 22mmF, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych o długości 180 cm, w komplecie dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st. wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym.. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni – potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 263

Zadanie nr 23, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania, rozciągliwy z gałęzią i workiem dla dorosłych, wykonany z polietylenu. Rury rozciągliwe do dł. 180 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 90cm, rury z pamięcią kształtu, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bez lateksowy poj. 2 litrów. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 50-180cm z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 264

Pakiet nr 30 - Pozycja 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru:

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”

Produktu o poniższych parametrach:




g



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



„Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka ręczki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwnej wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 265

Pakiet nr 30 - Pozycja 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru:

„Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez splukiwania, dwuwarstwowa struktura czepek z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g(+/- 10g) nie wymagającego splukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny”

Produktu o poniższych parametrach:

„Czepek do mycia włosów typu ECO nie wymagający dodatkowego namaczania. Zapewnia ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia.

Cechy:




4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



- wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, perfum
- - zawiera wodę
- - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej
- - zawiera szampon i odżywkę w jednym
- - materiał: włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową
- pakowany pojedynczo



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 266

Pakiet nr 30 - Pozycja 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru:


„Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g(+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny”

Produktu o poniższych parametrach:

„Antybakteryjny czepek do mycia włosów nie wymagający dodatkowego namaczania głowy typu ECO. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów oraz dezynfekcję. Czepek ma działanie antybakteryjne wobec bakterii Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) i Candida albicans.

Cechy:

- wolny od alkoholu, lateksu i lanoliny
- - zawiera wodę, zawierają witaminę E, pro witaminę B5, wyciągi ziołowe



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



- - zawiera środek antybakteryjny: chlorek didecyldimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny
- - spełniają wymagania norm DIN EN13624 i DIN EN 13727
- - rękawica zgodna z normą dotyczącą wyrobów kosmetycznych (76/768/EG)
- - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej
- - materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe
- - w opakowaniu 1 sztuka"



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 267

Pakiet 7. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze 26 G; 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 267a

Pakiet 7. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 268

16



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pakiet 10 Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego spełniające parametry: Zestaw drenów do ssaka przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej zawierający 2 szt drenów do ssaka o średnicy 7MM, długości 3m, sterylnych, Łącznik Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie oraz zastawkę ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 269

Pakiet 10 Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z odłączalnym adapterem do dróg oddechowych z poz 4.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 270

Pakiet 10. Poz. 2 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 271

Pakiet 14 poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z osobno dołączonym wieszakiem do worka na mocz pasujący do okrągłych kwadratowych ram łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 272

Pakiet 20 poz. 1

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej o rozmiarze 71,1x142,2 cm. Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 272a



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pakiet 20 poz. 2

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej o rozmiarze 71,1x182,8 cm. Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 273

Pakiet 23. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 274

Pakiet 23. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na linie, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 275

Pakiet 25. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza z ABS ścięta dwupłaszczyznowo, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999941-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%.) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór /pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylne, karton zbiorczy 200 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 276

Pakiet 25. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja fabrycznie



[Handwritten signature]



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona ; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika ; wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 277

Pakiet 25. Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła dwupłaszczyznowo ścięta , z ABS, wolny ftalanów od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna, opakowanie 180 szt,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 278

Pakiet 30

Poz1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania zestawów bez zawartości chlorheksydyny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 30 poz.1 zaoferowanie zestawów bez zawartości chlorheksydyny.

Pytanie nr 279

Formularz cenowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na etapie przygotowania oferty wykonawca wypełnia formularz cenowy od kolumny „cena jednostkowa netto”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 280

Pełnomocnictwo

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby pełnomocnictwo wskazywało postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy.

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Wykonawca przystępując do wielu postępowań przetargowych dysponuje ogólnym pełnomocnictwem, które upoważnia ogólnie do reprezentowania w postępowaniach przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu, aby pełnomocnictwo wskazywało postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, ale musi dotyczyć pełnomocnictwa w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Pytanie nr 281

§ 5 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od poniższego zapisu.

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia jednej faktury za sprzęt dostarczony w danym dniu, niezależnie od ilości dostaw sprzętu w tym dniu. Powyższy zapis może w konsekwencji utrudnić ruch magazynowy i czas oczekiwania na zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 282

Zadanie 8 pozycja 1:

Pytanie doprecyzujące, czy w związku z opisem SIWZ, Zamawiający oczekuje: w pakiecie 8 poz. 1 Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 283

Czy zamawiający w związku, z tym iż rozmiar G 24 jest w pakiecie nr 7 Zamawiający zezwoli w pakiecie 8 poz. 1 na wycene kaniul w rozmiarach od 22G do 14 G?

Odpowiedź:

W pakiecie 8 poz. 1 zamawiający wymaga wyceny kaniul od rozmiaru 14G do 22G.

Pytanie nr 284

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 8 pozycja 1 kaniuli w rozmiarze 24G Kaniula bezpieczna, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, rozmiar 24G x 19mm, przepływ 20ml/min, opakowanie 50 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 285





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pakiet 25

Zadanie 25 poz. 1. Proszę o dopuszczenie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa PVC bez DEHP, 20 kropli/min. z filtrem 15 μ m, Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej z wysoce przezrystego materiału, w kształcie stożka. Komora kroplowa o wielkości minimum 6 cm (min. 5,5 cm w części przezroczystej) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską lub zieloną zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe lub pierścień na komorze kroplowej ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę bioreczną oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku lub komorze kroplowej umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu papier-folia; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 3-5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 286

Zadanie 25 poz. 2. Proszę o dopuszczenie.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, wyposażony w dodatkowe miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w minimum jednym miejscu, kolec ścięty dwupłaszczyznowo, elastyczna komora kroplowa o długości min. 65mm w części przezroczystej. Przyrząd wyposażony w skrzydełka dociskowe lub pierścień na komorze kroplowej ułatwiający aplikację przyrządu, długość drenu 180 cm, dren wyposażony w dodatkowy łącznik. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%. stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie typu blister papier/folia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 287

Zadanie 25 poz.3. Proszę o dopuszczenie.

Przyrządy do przetaczania krwi w systemie zamkniętym. Niewentylowany kolec do nakłucia z tępych czubkiem, aby zapobiec przebiciu worka, pierścień lub skrzydełka lub inny element ułatwiający wbicie przyrządu do pojemnika z płynem. Bez filtra powietrza aparat zapewnia system zamknięty bez wymiany jakiegokolwiek powietrza z otoczeniem. Komora kroplowa o długości min. 90 mm w części przezroczystej, 20 kropli = 1ml $\pm$ 0,1ml. powierzchnia filtracyjna min. 10Cm². Wielkość oczek filtra do krwi 200 μ m, długość drenu min. 150cm, rolkowy regulator przepływu, z dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorecznej po użyciu oraz zaczepem na dren, łącznik luer lock, opakowanie jednostkowe typu folia-papier, całość wolna od plastyfikatorów ftalanowych nazwa producenta wytłoczona na przyrządzie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217
KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie nr 288

Zadanie 25 poz.2. Czy nie zaszła pomyłka i zamiast dren wyposażony w dodatkowy łącznik z osłoną na palce chroniącą przed zakłuciem Zamawiający wymaga bezigłowego łącznika płaską łatwą do dezynfekcji membraną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 289

Zadanie 25 poz.2. Czy dla potwierdzenia skuteczności filtra aparaty mają mieć dokument potwierdzający, że skuteczność filtra odpowietrzania z została przeprowadzona z godnie procedura badawcza BFE zgodna ze specyfikacją 36594C, ASTM F2101 oraz ASTM 2100. Laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ISO EC 17025.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 290

Zadanie 25 poz.3. Czy aparat do krwi dla ochrony pracowników przed ryzykiem kontaktu z krwią aparat do krwi ma posiadać Koreczek, który zatrzymuje wyciek krwi podczas napełniania zestawu i w ten sposób obniża ryzyko ekspozycji na krew (skażenia mikrobiologicznego). Hydrofobowa membrana bakteryjna, koreczek ochronny zatrzymuje płyn, ale pozwala na przepływ powietrza. Zapobiega to kontaktowi jakiegokolwiek roztworu lub zanieczyszczenia z otaczającym środowiskiem. Tworzy system zamknięty spełniający definicje NIOSH 2004

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 291

Zadanie nr 8. Czy kaniule dożylnie dla skuteczniejszej kaniulacji mają być wyposażone w dodatkowy otwór na ostrzu igły lub specjalnie wyprofilowana kaniulę umożliwiającą wzrokowe potwierdzenie wejścia kaniuli do naczynia podczas kaniulacji bez wysunięcia igły ponad poziom skóry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 292

Zadanie nr 8. Czy Zamawiający może określić rozmiary kaniul wraz z długością.

Odpowiedź:

14G – 2,2x50
16G – 1,7x50
17G – 1,5x45
18G – 1,3x45
18G – 1,3x33
20G – 1,1x33
20G – 1,1x25
22G – 0,9x25

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

