



Grudziądz, dnia 07.05.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Kardiologii na okres 36 miesięcy (znak sprawy: Z/19/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Kardiologii na okres 36 miesięcy (znak sprawy: Z/19/PN/25)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie 1:

*Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9** dopuści cewnik Thorax wykonany z gładkiego i odpornego na załamania PCW; o twardości stosownej do medycznego użycia przy drenażu klatki piersiowej, posiadający otwór końcowy i 6 naprzemiennie położonych otworów bocznych (każdy kolejny otwór jest położony niżej od poprzedniego); w zestawie jest dodatkowo łącznik do podłączenia do układu ssącego; cewnik spełniający pozostałe wymagania SWZ.*

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 9 jak poniżej i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

Zapytanie 2:

*Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9** mógłby potwierdzić, czy oczekuje, aby oferta była złożona na cewnik o prostym kształcie oraz na cewnik wygięty (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówień).*

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie potwierdza, że oczekuje, aby oferta była złożona na cewnik o prostym kształcie oraz na cewnik wygięty (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówień).





MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Kardiologii na okres 36 miesięcy (znak sprawy: Z/19/PN/25), w następującym zakresie:***

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 9 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 9 po modyfikacji jak w załączeniu

