



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.DZP.24.5.(DAM/19).2025.E.HR.

Poznań, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej „1”, nr rejestru:
DZP/DAM/19/2025.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024. poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Część 5

poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o długości 2,5 m.

Pytanie nr 2

Część 6

poz. 7 prosimy o potwierdzenie, że chodzi o złącze 11 pin - jak na rysunku poniżej



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w części 6 poz. 7 chodzi o złącze 11-pin. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ w zakresie części nr 6. Poz. 7. W załączeniu **zmieniony** załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy z OPZ_ZMIANA_cz. 6.

Pytanie nr 3

Część 7

poz. 6 prosimy o dopuszczenie odprowadzeń zakończonych klamrą

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zakończonego klamrą.

Pytanie nr 4

Część 9

poz. 1 prosimy o potwierdzenie czy chodzi o przewody pacjenta wpinane do modułu Mortara AM12/WAM (który jest stosowany w aparatach ELI280)?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: E. Hendzelewska-Redo
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa