



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego*”

Pytanie 1 – dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2), 4):

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
- 2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki,
- 4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy § 4, ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §4 ust.2, projektu umowy na następujące:

2. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany, wymiana może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 3 – dotyczy projektu umowy § 4, ust. 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §4 ust.2, wzoru umowy na następujące:

2. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany, wymiana może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy § 6, ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Jednak różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie 5 – dotyczy projektu umowy § 6, ust. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę górną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczonym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety boczne o wymiarze 90x75cm z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczonym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dolną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczonym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramatura 57 g/m2 (+/-0,5g/m2)? Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10 – dotyczy pakietu 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw – obłożenie sterylne do zabiegów angiograficznych o parametrach:

Obłożenie sterylne do zabiegów angiograficznych

1) serweta na stół instrumentarium wym. 150cm x 200cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

2) ręcznik wysoko chłonny - 4 szt.

3) fartuch chirurgiczny rozmiar XL; wzmocniony, wykonany z hydrofobowej włókniyny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z laminatu dwuwarstwowego na rękawach i przedniej części fartucha (gramatura wstawek 37 g/m2); szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, mankiety o dł. 9 cm (+/- 1cm). Odporność na przenikanie cieczy >155cm H2O (strefa krytyczna). Fartuch wiązany w troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzep - dł. min. 14cm. Rozmiar nadrukowany na fartuchu pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, długość fartucha 148 cm - 2 szt.



- 4) kompres gazowy o wymiarach 10cm x 10cm, 17 nitkowy, 16 warstwowy - 10 szt.
- 5) plastikowe kleszczyki do mycia, dł. 24cm. - 1szt.
- 6) strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.
- 7) strzykawka 20 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.
- 8) samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach 75cm x 90cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70g/m2 (polipropylen + polietylen + polipropylen), dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej wstawką chłonną wykonaną z wiskozy/PET, o gramaturze 51g/m2, odporność na przenikanie cieczy >220 cm H2O - 1 szt.
- 9) miska okrągła o poj. 500ml, niebieska z podziałką - 1 szt.
- 10) miska o poj. 500ml, przezroczysta - 1 szt.
- 11) osłona na aparaturę rozm. 90cm x 80cm, prostokątna, zakończona elastyczną gumką - 1 szt.
- 12) osłona na aparaturę w kształcie beretu o wym. po naciągnięciu średnica 140cm x 150cm ; wykonana z folii PE - 1 szt.
- 13) miska na przewodnik 2500ml, niebieska, pozwalająca na zabezpieczenie przewodnika przed wysunięciem - 1 szt.
- 14) Obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wym. 230cm x 350cm (+/- 1cm) wyposażone w 2 samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o śr. 7,5cm otoczone folia chirurgiczną (pow. samoprzylepna od strony pacjenta o wym. 16cm x 16cm (+/- 1cm); oraz dwa samoprzylepne otwory umożliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wym. 7cm x 5cm (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wym 12cm x 14cm (+/- 1 cm). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery "T" o wym. 230cm/120 x 180cm (+/- 1cm); wykonaną z wiskozy/PET; dwa zintegrowane panele o szer. 55cm (+/- 1cm) służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z folii PE. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta o wysokiej odporności na przenikanie cieczy: strefa krytyczna > 370cm H2O; strefa mniej krytyczna > 260 cmH2O; wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - odporność na wypychanie na sucho/mokro > 327 kPa; spełniające wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni.
- 15) opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek (wykonanego z jednej strony z folii transparentnej, a z drugiej z białej folii) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz 4 samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw – Zestaw do implantacji stentgraftu o parametrach:

Zestaw do implantacji stentgraftu

1. Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) – 1 sztuka
2. Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm, złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 360 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta charakteryzuje się wysoką absorpcją o wartości 773,75% - 1 sztuka
3. kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG – 10 sztuk
4. plastikowe kleszczyki do mycia , długość 24 cm – 1 sztuka
5. strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock – 3 sztuki
6. strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock – 4 sztuki
7. miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką – 1 sztuka



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

8. miska 500 ml , przezroczysta – 1 sztuka
9. osłona na aparaturę 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii PE – 1 sztuka
10. osłona na aparaturę w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 cm(średnica), wykonana z folii PE ściągnięta elastyczną gumką – 1 sztuka
11. miska na przewodnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie przewodnika przed wysunięciem – 1 sztuka
12. Obłożenie chirurgiczne do implantacji stentgraftu o wymiarach 230 x 400cm, wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16 cm. Serweta posiada dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/100 x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu wiskoza/PET o gramaturze 51 g/m2 , dwa zintegrowane panele o szerokości 65 cm, służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z folii PE. Materiałem bazowym serwety jest laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2(jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H₂O (strefa krytyczna, > 250 cm H₂O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
– odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorpcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). Serweta powinna spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795. – 1 sztuka
13. Opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek (wykonanego z jednej strony z folii transparentnej, a z drugiej z białej folii) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz 4 samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

