



Słupsk, 16 kwietnia 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów zespalających i stabilizacji neurochirurgicznych – postępowanie nr 28/PN/2025

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty także na membrany w kształcie koła o wymiarach:

- Ø12 h -2 mm
- Ø15 h -2mm
- Ø12mm h-4mm
- Ø15 mm h-4mm
- Ø18mm h- 4mm
- Ø12mm h-6mm
- Ø15mm h- 6mm
- Ø18mm h-6mm

Zaoferowanie ww. membran wraz z prostokątnymi pozwoli operatorowi na precyzyjniejszy dobór membrany do konkretnego pacjenta. Instrumentarium dostarczane na zgłoszenie.

Jeśli Zamawiający wyrazi taką zgodę, prosimy o określenie ilości poszczególnych rozmiarów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i określa zapotrzebowanie Ø18mm h-6mm – 6 szt., pozostałe rozmiary – po 1 sztuce.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak