

Sprawa ZP/02/2025

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych - powtórzenie oraz artykułów gospodarczych*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00091031/01 z dnia 05.02.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 5 poz. 7 i 8 i czy dopuści: Chusteczki suche, do zastosowania po uprzednim zalaniu preparatem do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, niskopyłące, o wymiarze 30x34cm, 100szt.w rolce, gramatura 70g/m2. Oraz kompatybilny z nimi dozownik (wiaderko) umożliwiające nasączenie zaoferowanych chust i dozowanie, o pojemności 100 sztuk.

lub

Chusteczki suche, do zastosowania po uprzednim zalaniu preparatem do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, niskopyłące, o wymiarze 18x25cm, 300szt.w rolce, gramatura 70g/m2. Oraz kompatybilny z nimi dozownik (wiaderko) umożliwiające nasączenie zaoferowanych chust i dozowanie, o pojemności 300 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietów.

2. Pytanie dotyczy pakietu nr 5 - ŚRODKI DO DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI

Prosimy o wyodrębnienie z pakietu nr 5 pozycji 7 i 8 i utworzenie nowego pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych cen od bezpośrednich producentów Ściereczek do dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietów.

3. Pakiet 13 poz 1

W związku z opisaniem produktu Vitasept P prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie 85g alkoholu etylowego. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do wymagania, aby preparat posiadał 80g alkoholu etylowego. Takie opis ogranicza konkurencję i naraża szpital na poniesienie nieuzasadnionych kosztów zakupu preparatu w tej pozycji. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż Zamawiający posiada dozowniki dostosowane do proponowanego systemu Dispenseo, co również może znacząco ograniczyć koszty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat spełniający zapisy SWZ na bazie 85g alkoholu etylowego.

4. Pakiet 13 poz 3

W związku z opisaniem produktu Vitasept P Gel prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie 80g alkoholu. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do wymagania, aby preparat posiadał 80g alkoholu etylowego oraz czwartorzędowe związki amoniowe, a wręcz używanie preparatu z takim dodatkiem substancji czynnych jest szkodliwe dla skóry.

Czwartorzędowe związki kumulują się w skórze i mogą doprowadzać do powstawania odczynów alergicznych i mikrourazów. Nie bez znaczenia jest fakt, iż taki opis ogranicza konkurencję i naraża szpital na poniesienie nieuzasadnionych kosztów zakupu preparatu w tej pozycji. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż Zamawiający posiada dozowniki dostosowane do proponowanego systemu Dispenseo, co również może znacząco ograniczyć koszty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat spełniający zapisy SWZ na bazie 80g alkoholu.

5. Pakiet 5 poz 2

Zamawiający w powyższej pozycji specyfikuje dane rozwiązanie o nazwie One Surface, dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Zakres opisanych substancji czynnych oraz mikroójczy w sposób bezpośredni wskazuje na ten produkt. Należy zwrócić uwagę, iż są dostępne badania potwierdzające, iż produkt One Surface nie posiada deklarowanego zakresu mikrobójczego w opisanym czasie co w sposób bezpośredni naraża pacjentów na zakażenia szpitalne. Zamawiający winien wymagać badań przeprowadzonych w laboratoriach z terenu UE w celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania preparatu. W związku z powyższym wnioskujemy o dopuszczenie do oceny produktu na bazie QAV i amin wykazującego działanie wobec B(w tym MRSA i VRE), F(candida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Aviu i Terrae) w czasie 5

minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut, posiadającego status wyrobu medycznego i produktu biobójczego.


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumiec



Dariusz Tumiec