

COZL/DZP/AS/3411/PN-9/25

Lublin, dnia 19.02.2025 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :
„Dostawa fartuchów chirurgicznych do cytostatyków oraz kombinezonów ochronnych na potrzeby COZL” (znak postępowania: COZL/DZP/AS/3411/PN-9/25).

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kombinezonu, z certyfikatem sterylności dołączonym do każdej partii, przeznaczony do pomieszczeń o klasie czystości A i B wg GMP?

Certyfikacja jako przeciwchemiczna odzież ochronna, zgodna z regulacją (EU) 2016/425, spełnia wymogi SOI kategorii III, badanie przenikania chemicznego cytostatyków przez materiał kombinezonu zgodne z normą europejską EN ISO 6529. Zgodność z normą EN 13034:2005 + A1:2009 (ochrona przed mgłą substancji chemicznej i przypadkowym ochlapaniem niewielką ilością substancji chemicznej), znak graficzny/piktogram na opakowaniu zewnętrznym kombinezonu.

Rękawy kombinezonu zakończone ściągaczem (gumka w tunelu) i pętelką na kciuk, nogawki zakończone ściągaczem, bez kaptura, patka zakrywająca zamek, szwy szyte i lamowane, pakowany podwójnie, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie, rozmiary SM- 3XL.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.