



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 24.02.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr 2025.02.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”

Pytanie 1

Dotyczy ssaka akumulatorowego przenośnego – 5 szt.

Dotyczy parametru:

Temperatura pracy min. od -15 do 50 °C

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści ssak o zakresie temperatur pracy od -5 do 50 °C

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Dotyczy parametru:

Ciężar z pełnym wyposażeniem max 3 kg

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści ssak o ciężarze do 6 kg

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Dotyczy parametru:

Wydajność ssania min 32l/min

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wydajności ssania 26 l/min +/-4 l?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4

Dotyczy krzeselka transportowego – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do oferty płozowe krzeselko kardiologiczne z wysuwanymi rączkami przednimi o poniższych parametrach:

Cechy unikatowe

Transport pacjenta bez żadnych ograniczeń

- Rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach
- Lekka wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Profile o przekroju okrągłym – najwyższa odporność na uszkodzenia w każdym kierunku

- Obciążenie dopuszczalne krzesła 180 kg
- Tylne koła o średnicy 17,5 cm ułatwiające prowadzenie krzesła na wszystkich rodzajach podłoża
- Przednie koła skrętne z hamulcami zabezpieczającymi przed toczeniem
- Górny uchwyt regulowany w 3 pozycjach

Bezpieczeństwo i ergonomia

- Dobra widoczność krzesła zagwarantowana dzięki pomarańczowej farbie proszkowej pokrywającej ramę
- Ergonomiczne mechanizmy kontrolne krzesła obsługiwane jedną ręką – brak możliwości zranienia operatora
- Pasy zabezpieczające pacjenta
- Przednie uchwyty - opcja
- Zintegrowane z ramą tylne uchwyty – eliminacja elementów narażonych na potencjalne uszkodzenie

Komfort i wygoda

- Siedzisko i oparcie z możliwością demontażu wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję
- Rama krzesła pełniąca rolę podparcia nóg pacjenta

Specyfikacja techniczna

- Wykonane z aluminium, odporne na korozję i na działanie płynów dezynfekujących
- Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach
- Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach
- Wyposażone w demontowalne siedzisko
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję
- Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie przenoszenia pacjenta
- Wyposażone w 4 koła transportowe z czego 2 przednie obrotowe o 360°
- Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesła z pacjentem po nierównym podłożu,
- Średnica kół przednich 75 mm
- Hamulce na przednich kółkach
- Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
- Wymiary krzesła złożonego: 114 cm wysokość, 55 cm szerokość, głębokość po złożeniu 23 cm
- Waga ok 14,5 kg
- Dopuszczalne obciążenie 180 kg
- Wysuwane rączki przednie do przenoszenia pacjenta

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5

Dotyczy pulsoksymetru – 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pulsoksymetru o parametrach poniżej:

Pulsoksymetr VM2160 umożliwia precyzyjne pomiary wartości pulsu i saturacji przy niskiej perfuzji czy ruchu pacjenta. Został wyposażony w: wizualne i dźwiękowe alarmy wartości granicznych pulsu i saturacji, opcje wyciszania alarmów, trendy, wskaźnik jakości siły i pulsu, wskaźnik baterii. Czytelny kolorowy wyświetlacz TFT. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że urządzenie jest wygodne i łatwe w obsłudze. Zestaw zawiera silikonowy czujnik dla dorosłych,

oprogramowanie komputerowe, kabel USB, baterie oraz silikonowe etui zabezpieczające przed uszkodzeniami.

Najważniejsze cechy produktu:

- Ciągły monitoring SpO2 lub pomiary typu spot check
- Technologia SMARTsat SpO2
- Jasny i kolorowy wyświetlacz TFT
- 560 godzin przechowywania trendów
- Wizualne i akustyczne alarmy
- Antybakteryjne przyciski

Zakres pomiarowy:

- Saturacja (SpO2): 0 - 100 [%]
- Puls (PR): 20-300 [bpm]
- Indeks perfuzji (PI): 0,1 - 20 [%]

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6

Dotyczy deski ortopedycznej z pasami – 5 szt.

1.Dotyczy parametru:

Min. 16 uchwytów

Czy Zamawiający dopuści deskę posiadającą 14 uchwytów?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7

2.Dotyczy parametru:

Ciężar kompletnych noszy poniżej 10 kg

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści deskę, która wraz ze wszystkimi akcesoriami nie przekracza wagi 13 kg?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 8

Dotyczy szyn Kramera – 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyn o poniższych parametrach :

Szyny Kramera o różnych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów i wydalin i wydaliny.

Rozmiary:

- p. 1 1500x120 x2szt
- p. 2 1200x120
- p. 3 1000x100
- p. 4 900x120 x2szt
- p. 5 800x120
- p. 6 800x100
- p. 7 700x70 x 2 szt.

p. 8 600x70 x 2 szt.

p. 9 250x50 x2szt

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnianie pozostałych wymagań SWZ

Pytanie 9

Dotyczy noszy płachtowych – 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy płachtowych o poniższych parametrach:
Nosze płachtowe PAX do transportu pacjentów zgodne z normą PN EN 1865.

Udźwig do 250kg

- wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materiału Pax-Plan w kolorze czerwonym, bez worka na stopy

- wzmocnione pasami poprzecznymi i podłużnymi

- 14 uchwytów do przenoszenia

- w zestawie torba do przenoszenia

Wymiary: 200cm x 120cm, waga 3,90kg

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnianie pozostałych wymagań SWZ

Pytanie 10

Dotyczy ogólnych warunków SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 80 dni?

Odpowiedź

NIE

DEFIBRYLATOR z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych – 5 szt.

Pytanie 11 dotyczy pozycji 10 „Pamięć wewnętrzna min. 300 zdarzeń i 30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, które do zapisywania wymaganych przez Zamawiającego informacji wykorzystuje kartę pamięci CF (Compact Flash) o pojemności 2 Gb.

Proponowane przez nas rozwiązanie nie wpływa negatywnie na jakość ani bezpieczeństwo przechowywanych tam danych, główna różnica polega jedynie na innym miejscu zapisywania danych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 12 dotyczy pozycji 15 „Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min, prąd stymulacji w zakresie min. 10-140 mA”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 dokonującego nieinwazyjnej stymulacji w tryba fix oraz demand w zakresie od 30 do 150 imp/ min oraz w trybie overdrive od 30 do 300 imp/ min. Pragniemy zwrócić uwagę, że stymulacja pacjenta z bradykardią do wartości 150 ud/ min jest już wartością bardzo dużą i według naszej wiedzy nie ma uzasadnionego medycznego powodu by przekraczać tą wartość.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 5 szt.

Pytanie 13 dotyczy pozycji 1 „Prowadzenie uciśnień klatki piersiowej przy pomocy taśmy piersiowej w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym.”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia, które wykonuje uciśnięcia za pomocą mechanicznego tłoka - odwzorowującego kompresję klatki piersiowej prowadzonej przez człowieka. Takie rozwiązania są szeroko stosowane na świecie i posiadają udowodnioną skuteczność.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 14 dotyczy pozycji 2 „Głębokość uciśnień: 20% +/- 2 cm głębokości klatki piersiowej w osi strzałkowej”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia wykonującego uciśnięcia klatki piersiowej w zakresie od 2 do 6 cm głębokość, z możliwością ustawienia co 0,1 cm w czasie rzeczywistym, bez konieczności przerywania terapii celem zmiany ustawień głębokości kompresji klatki piersiowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności urządzenie o ww. funkcjonalności

Pytanie 15 dotyczy pozycji 10 "Wposażenie:

- torba transportowa na urządzenie i akcesoria

- uprząż / szelki do zapięcia pacjenta

- baterie min. 2 szt.

- pasy jednorazowe: min. 3 szt.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia powyższego parametru na następujący

„ Wposażenie:

- torba transportowa na urządzenie i akcesoria

- uprząż / szelki do zapięcia pacjenta

- Baterie min. 2 szt.

- pasy jednorazowe lub elementy bezpośredniego ucisku klatki piersiowej: min. 3 szt.”

lub

Zwracamy się z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia wykorzystującego wielorazowe nakładki na tłok mechaniczny, mające bezpośredni kontakt z klatką piersiową poszkodowanego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności ww. urządzenie