

Drezdenko, dnia 28 kwietnia 2025 roku

**Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii w zakresie układu pokarmowego, oddechowego i wydalniczego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/7/2025, 2025/BZP 00196867/01 z dnia 2025-04-17

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zamknięty sterylny system do odsysania górnych z:

- podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie ok. 45 stopni, wygodniejszym w manipulacji?
- przesuwna zastawka uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 180 stopni,
- zestaw z możliwością wykonania bronchofiberoskopii - łącznik obrotowy?

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 2

Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści - dostęp do minimum 4 rozmiarów: CH 10, 12, 14, 16 bez rozmiaru CH18, który znajduje się z Pakiecie nr 15?

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 3

Pakiet 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń, 15mm czyli pediatryczny z workiem pediatrycznym 1 L?

Odp. do pytania 3

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 4

Pakiet nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Rzępy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka” produktu o poniższych parametrach: „Z plastikowym paskiem do zamocowania systemu do ramy łóżka”. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.



Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem mocującym i centralną rurką obrotową

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

Pakiet nr 10, poz. 1

W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał pierścień uszczelniający z dwoma kieszonkami dla palca wskazującego, służącymi łatwiejszej aplikacji?



Odp. do pytania 5

Nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 6

Pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Port do irygacji z klamrą uszczelniającą” produktu o poniższych parametrach: „Port do irygacji w kolorze niebieskim”



Port niebieski: złącze do przepłukiwania



Port do przepłukiwania (niebieski)

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7

pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml” produktu o poniższych parametrach: „3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1500 ml”

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 8

pakiet nr 11, poz. 1

W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał balonik retencyjny z kieszonką dla palca wskazującego, służącą łatwiejszej aplikacji?



Odp. do pytania 8

Nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 9

pakiet nr 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Worki do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, kompatybilne z systemem w pozycji 1” produktu o poniższych parametrach: „Worki do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, kompatybilne z systemem w pozycji 1”

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 10

Pakiet nr 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „zastawka automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 stopni” produktu o poniższych parametrach: „zastawka automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca

szczelność zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 180 stopni”

Odp. do pytania 10

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 11

Pakiet nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu adaptera do bronchoskopii kompatybilnego z zaproponowanym systemem do odsysania górnych dróg oddechowych?

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany. Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 14, poz. 1

W ramach doprecyzowania czy Zamawiający dopuści system do odsysania górnych dróg oddechowych z możliwością wykonania bronchoskopii poprzez dołączenie do systemu adaptera, który nie jest zawarty w zestawie, a funkcjonuje jako osobny produkt?

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany. Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Pakiet nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dostęp do rozmiarów systemów do rurki intubacyjnej CH 12, 14, 16, 18 i do rurki tracheostomijnej CH 12, 14, 16?

Odp. do pytania 13

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 14 poz. 1 na dostęp do następujących rozmiarów: system do rurki intubacyjnej - CH 12, 14, 16, 18 i system do rurki tracheostomijnej - CH 12, 14, 16, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 14

Pakiet nr 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „standardowy cewnik do odsysania z jamy ustnej” produktu o poniższych parametrach: „standardowy cewnik z końcówką umożliwiającą podłączenia akcesoriów do odsysania z jamy ustnej”. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. do pytania 14

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Pakiet nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu adaptera do bronchoskopii kompatybilnego z zaproponowanym systemem do odsysania górnych dróg oddechowych?

Odp. do pytania 15

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 16

Pakiet nr 15, poz. 1

W ramach doprecyzowania czy Zamawiający dopuści system do odsysania górnych dróg oddechowych z możliwością wykonania bronchoskopii poprzez dołączenie do systemu adaptera, który nie jest zawarty w zestawie, a funkcjonuje jako osobny produkt?

Odp. do pytania 16

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 17

Pakiet nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści systemy do rurki tracheostomijnej o rozmiarach CH 12, 14, 16, bez rozmiar CH18?

Odp. do pytania 17

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 18

Pakiet nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologiczne czyste? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. do pytania 18

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 19

Pakiet nr 38, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowy resuscytator dla dorosłych posiadał w zestawie dwa rozmiary masek (rozmiar 4 i 5). Całość pakowana w oryginalnym opakowaniu producenta.

Odp. do pytania 19

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 38 poz. 1 na resuscytator wyposażony w dwie maski: rozmiar 4 i 5, przy pozostałych parametrach bez zmian.

2. Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3 Ustawy wprowadza zmianę terminu składania i otwarcia ofert określonego w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert: do dnia 30.04.2025 godz.: 10:00. Otwarcie ofert 30.04.2025 godz.: 10:05.**
3. Zmiana terminu składania ofert wymaga także zmiany terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 27 SWZ – nowy termin związania - do końca dnia 29.05.2025 r.
4. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust.7 i art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, zmiany i ogłoszenie o zmianie zmieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 28.04.2025 r.