

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20.02.2025 r.

Sprawa ZP/01/2025

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów*” ogłoszonego w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* pod nr **2025/S 16-49284** z dnia **23.01.2025 r.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

pakiet 3 – odczynniki do barwienia dla bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu barwienia, który spełnia wszystkie wskazane parametry oraz został wyprodukowany nie wcześniej niż w grudniu 2015 roku?

Uzasadnienie: Oferowane urządzenie jest w pełni sprawne, gotowe do pracy oraz po serwisie. Zostały wymienione wszystkie niezbędne części. Na czas dzierżawy zapewniona będzie pełna opieka serwisowa, co gwarantuje ciągłość działania i wsparcie w razie potrzeby.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z. CA DYREKTORA OS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
mgr JOANNA GAŁĘZIA