

Warszawa, dn. 12.03.2025 r.

Zamawiający:**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa**Nr postępowania: **WZ.145.2025**Nr rejestru: **DO/Z.26.3.4.2025**

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa wyposażenia układu hydraulicznego wraz z montażem
do stanowiska do quasi-statycznych badań wytrzymałościowych
oraz do badań trwałości zmęczeniowej w zakresie od 15kN
do 1000kN”****Wyjaśnienia treści oraz zmiana
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji informuje, że wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Proszę o doprecyzowanie zapisów w OPZ stanowiącego Załącznik do SWZ postępowania WZ.145.2025

Dot. 3.1.3 Kontener w technologii płyt warstwowych:

Jakie są wymagania odnośnie poziomu niepalności (czy atest?), rodzaju wypełnienia (wełna, poliuretan, inne?), jakie minimalne IP?, czy są wymagania co do dźwiękoszczelności?, zabezpieczenia powłoki (C4, C5?), koloru wykończenia, preferowana jest klimatyzacja czy wentylacja?, jakie wymagania co do poszycia i wykończenia podłogi kontenera (guma, inne?)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, tj.: w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po ppkt. 3.1.3 dodaje odpowiednio ppkt. 3.1.3.1 oraz ppkt.3.1.3.2 w brzmieniu:

„3.1.3.1 Ponadto kontener powinien spełniać następujące wymagania:

- a) klasa niepalności B lub wyższa,
- b) klasa emisji dymu s2 lub wyższa,

Nr postępowania: WZ.145.2025 „Dostawa wyposażenia układu hydraulicznego wraz z montażem do stanowiska do quasi-statycznych badań wytrzymałościowych oraz do badań trwałości zmęczeniowej w zakresie od 15kN do 1000kN”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.01.18-IW.03-0014/23 z dn. 28.08.2024 r.

- c) zastosowane materiały nie gorsze niż d1,
- d) stopień ochrony IP66,
- e) wypełnienie wełna lub inny materiał spełniający wymagania w zakresie niepalności,
- f) zabezpieczenie konstrukcji c4 lub wyższe,
- g) wykończenie podłogi zgodnie z minimalnymi wymaganiami dot. BHP na stanowisku pracy dla powierzchni odpornych na substancje ropopochodne, klasa antypoślizgowości nie gorsza niż R12.

„3.1.3.2 Zamawiający nie stawia wymagań dla kontenera w zakresie zapewnienia poziomu dźwiękoszczelności. Zamawiający wymaga, aby kontener wyposażony był w system klimatyzacji lub wentylacji o mocy nie mniejszej niż 3 kW. Sposób zapewnienia wspomnianej mocy Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.”

Pytanie nr 2.

Proszę o doprecyzowanie zapisów w OPZ stanowiącego Załącznik do SWZ postępowania WZ.145.2025

Dot. 4.1.14 (po rozszerzeniu)

Prosimy o pełną specyfikację (typ, rodzaj, wymiary) wszystkich połączeń elastycznych wchodzących w skład stanowiska i linii hydraulicznej zasilacza Nr 2 oraz urządzenia z nim współpracującego, podlegającym wymianie w ramach pkt 4.1.14

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada dokumentacji połączeń elastycznych a odpowiedni ich dobór leży po stronie Wykonawcy. Tym samym wszelkie ryzyka związane z odpowiednim wykonaniem przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumenty zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 131 ust 2 ustawy Pzp ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Pytanie nr 3.

Proszę o doprecyzowanie zapisów w OPZ stanowiącego Załącznik do SWZ postępowania WZ.145.2025

Dot. 3.1.25

Czy w celu wykonania zadania 3.1.25 Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni niezbędne kody umożliwiające dostęp i ingerencję w oprogramowanie zasilacza? Jeżeli nie, prosimy o informacje dotyczące aktualnego systemu sterowania (typ i model sterownika, funkcjonalny schemat elektryczny szafy sterowniczej itp.) niezbędne do wprowadzenia nowego oprogramowania z funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie posiada kodów dostępu do przedmiotowego oprogramowania. Sterownik jaki jest zamontowany w szafie sterowniczej to „SIEMENS SIMATIC HMI” wraz z oprogramowaniem wytworzonym przez wykonawcę zasilacza nr 1.

Zamawiający udostępni DTR zasilacza, którą posiada dopiero po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 4.

Czy i na jakim etapie postępowania można wystąpić o modyfikację niektórych postanowień w Projekcie umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zasady wnioskowania o zmianę treści SWZ oraz dokonywania przez Zamawiającego zmiany treści SWZ określa ustawa Pzp, w szczególności art. 284 i 286.

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż **wydluża termin składania ofert do dnia 18.03.2024r. godz. 10:00.**

**DYREKTOR
dr inż. Karol Zielonka**