



Grudziądz, dnia 06.05.2025 r.

ZP-871/25

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy obłożeń chirurgicznych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/22/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy obłożeń chirurgicznych na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/22/PN/25**), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Pytanie 1 dotyczy Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- *1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,*
- *2 x ręcznik celulozowy 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką*
- *1 x osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo*
- *1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,*
- *1 x przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej do zakrycia okolic odbytu 50x50 cm*
- *1 x serweta główna o wym. 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x117cm*

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m². Wokół pola operacyjnego wzmocnienie - chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego iłaty chłonnej min.132 g/m². Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Oznaczony kierunek otwierania opakowania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowalnym (umożliwiającym sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki) o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 5 jak poniżej.

Zapytanie nr 2

Pytanie 2 dotyczy Pakiet 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta przylepna 150x240cm cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm*
- 2 x serwety przylepne 75x90cm z taśmą przylepną 5x90cm na całej długości dłuższego boku (z zachowaniem marginesów ułatwiających odklejanie), wzmocnione na powierzchni 45x60cm*
- 1 x serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm*
- 1 x osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo*
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,*
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, stanowiąca jednocześnie owinięcie zestawu, wzmocniona na powierzchni 80x190cm,*
- 4 x ręczniki celulozowe wzmocniane nitką 30x40cm*

Obłożenia pacjenta spełniające wymagania wysokie normy EN 13795 -1: 2019, wszystkie parametry normy potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m². Wokół pola operacyjnego wzmocnienie - chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego iłaty chłonnej min.132 g/m²

Wydajność chłonna zgodnie z EN ISO 9073-6 186.00 ml/m², odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym min. 240 cm H₂O (zgodnie z EN ISO 811), I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie zaopatrzone w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiające identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności.





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 3

Pytanie 3 dotyczy Pakiet 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta min. 200/260x185 cm , zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór w okolicy krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum o średnicy 3,5cm, z otworem nadłonowym o średnicy 7cm, torbę foliową na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem.*
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm (owinięcie zestawu)*
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocnione syntetyczną nitką 30x40cm*
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm*

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 62 g/m2.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 4

Pytanie 4 dotyczy Pakiet 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta główna o wymiarach 220x320cm posiadająca elastometryczne, samouszczelniające okno ø 3cm na kończyne, wykonana z włókniny o gramaturze min. 62 g/2, wyposażona we wzmocnienie*





chłonne o gramaturze 70 g/m² na powierzchni min. 150x150cm

- 1 x osłona na stolik Mayo 80x145cm wykonana z folii PE 0,065mm (min. 60 g/m²) + wzmocnienie 60x145cm: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m² (łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 100 g/m²), składana teleskopowo*
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 140x190cm, wykonana z folii PE piaskowanej o gramaturze 50g/m² + wzmocnienie 80x190cm: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m² . Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 80g/m²*
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocniane nitką 30x40cm*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 20 jak poniżej.

Zapytanie nr 5

Pytanie 5 dotyczy Pakiet 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta 2 - warstwowa, o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę ø7, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów*
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,*
- 1 x osłona na kończynę 35x80cm,*
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm*
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo*
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,*
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocniane nitką 30x40cm*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.





Zapytanie nr 6

Pytanie 6 dotyczy Pakiet 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta brzuszno-kroczoowa o wymiarach 250/260x230 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 6 uchwytów na dren oraz 2 okna : jama brzuszna - przylepne prostokątne okno o wym. 32x40 cm wypełnione folią operacyjną o wymiarach 19x29 cm oraz otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm. Serweta wykonana z wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m², wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70g/m² ;
- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm wykonana z folii PE 0,065mm (min. 60 g/m²) + wzmocnienie 60x145cm: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m² (łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 100 g/m²), składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 140x190cm, wykonana z folii PE piaskowanej o gramaturze 50g/m² + wzmocnienie 80x190cm: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m² . Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 80g/m²
- 2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 7

Pytanie 7 dotyczy Pakiet 26, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o parametrach jak poniżej:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m². Wyższy – 8 stopień repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy podwójnie zabezpieczone w celu zwiększenia barierowości - szwy dodatkowo zaklejone taśmą wzmacniającą łączenie materiału (rozwiązanie stosowane również w przypadku kombinezonów do ochrony biologicznej), zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocniony





dwuwarstwowym laminatem - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 108 g/m². Wzmocnienia przyklejone do fartucha dookoła po obwodzie. Wzmocnienie przednie w kształcie powiększonego prostokąta. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm (2 x 10 cm) Oznaczenie rozmiaru w postaci wewnętrznej wszywki widocznej przed rozłożeniem oraz, dodatkowo fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), długość fartucha wskazana w dokumentacji technicznej. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 160 cm H₂O, w obszarze mniej krytycznym min. 24 cm H₂O. Fartuchy spełniające wymogi HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Kodowanie kolorystyczne na fartuchu w postaci koloru taśm na rękawie wskazujące barierowość. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,0 IB, w obszarze mniej krytycznym min. 2,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach M-120cm, L-130cm, XL-135cm, XXL-145cm, XXXL-155cm oraz XXXXL-170cm Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny spunbond z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30x40 cm, na opakowaniu zewnętrznym 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 26 jak poniżej.

Zapytanie nr 8

Pytanie 8 dotyczy Pakiet 26, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o parametrach jak poniżej:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m². Wyższy – 8 stopień repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy podwójnie zabezpieczone w celu zwiększenia barierowości - szwy dodatkowo zaklejone taśmą wzmacniającą łączenie materiału (rozwiązanie stosowane również w przypadku kombinezonów do ochrony biologicznej), zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm (2 x 10 cm) Oznaczenie rozmiaru w postaci wewnętrznej wszywki widocznej przed rozłożeniem oraz dodatkowo fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm (w





zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), długość fartucha wskazana w dokumentacji technicznej. Odporność na przenikanie płynów min. 24 cm H₂O, w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Fartuchy spełniające wymogi standardowe (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Kodowanie kolorystyczne na fartuchu w postaci koloru taśm na rękawie wskazujące barierowość. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 2,8 IB,. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach M-120cm, L-130cm, XL-135cm, XXL-145cm, XXXL-155cm oraz XXXXL-170cm Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny spunbond z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30x40 cm, na opakowaniu zewnętrznym 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 26 jak poniżej.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy obłożenia chirurgicznych na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/22/PN/25), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5, 20 i 26 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5, 20 i 26 po modyfikacji jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

