

Sprawa nr 24/ZAP/2025

Olsztyn, dnia 5 maja 2025 r.

Dotyczy: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnika postępowania.

Pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odp. Urządzenia będą umieszczone/montowane na poziomie parteru.

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odp. W budynku w holu głównym zlokalizowana jest winda osobowo-łóżkowa 4-przystankowa jednak jej użycie nie będzie konieczne w celu montażu urządzeń.

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

Odp. Do pomieszczeń, w których montowane będą urządzenia możliwe jest dojście z dwóch stron t.j.:

- od strony północnej wejściem głównym poprzez rampę/podjazd dla osób niepełnosprawnych
- od strony wschodniej przez wejście bez barier architektonicznych, które obecnie jest w fazie prac remontowo-budowlanych

W celu rozwiania wątpliwości proponujemy odbycie wizji lokalnej.

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odp. Do pomieszczeń, w których montowane będą urządzenia najmniejsze światło przejścia w świetle będzie wynosiło 90x200cm. Otwory drzwiowe obecnie są w fazie realizacji robót remontowo-budowlanych.

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odp. Wg naszej wiedzy na drodze transportu nie ma barier architektonicznych jednak w celu rozwiania wątpliwości proponujemy odbycie wizji lokalnej.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Pyt. 2

Prosimy o zgodę na wymiary (SzxGxW) 650*673*1992mm. Szerokość chłodziarki jaką chcemy zaproponować jest o 20 mm (2 cm) większa od wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający w p-kcie 14 formularza wymagań technicznych – warunków granicznych podał wymiary lodówki dopuszczając zmniejszenie/zwiększenie jej gabarytów w granicach 5% wymiarów zewnętrznych.

Pyt. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg pojemności chłodziarki w L -to pojemność **netto/ użytkowa i pojemność brutto.**

Pojemność brutto oznacza całkowitą objętość wnętrza lodówki, zaś **pojemność netto** oznacza ilość miejsca możliwą do wykorzystania po uwzględnieniu zainstalowania półek i szuflad. Prosimy o doprecyzowanie **wymogu pojemności użytkowej**, która ma kluczowego znaczenie do doboru produktu.

Brak określenia tego parametru będzie skutkować złożeniem ofert przez potencjalnych Wykonawców na produkty o różnych parametrach a dla Zamawiającego brakiem możliwości porównania.

Odp. Zamawiający nie wymaga podania pojemności użytkowej netto/brutto.

Pyt. 4

Prosimy o zgodę na zakres temperatur od +2 do + 8C.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu temperatur i wymaga złożenia oferty zgodnie z formularzem wymagań technicznych – warunków granicznych w zakresie zgodnym z p-tem 9 tabeli t.j. w zakresie +1 - +10 °C

Pyt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu walidacji urządzenia przy pierwszym uruchomieniu, dostawie. Urządzenie posiadają certyfikat kalibracji czujników w temperaturze 5 C- kalibracja przeprowadzona przez producenta. Dostarczymy taki certyfikat wraz z dostawą.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Walidacja musi zostać wykonana podczas uruchomienia bowiem Zamawiający nie ma pewności czy lodówka nie uległa uszkodzeniu np. podczas transportu na miejsce wbudowania z fabryki/magazynu potencjalnego Dostawcy.

Pyt. 6

Prosimy o zgodę na zewnętrzny rejestrator temperatury rejestrujący stany alarmowe: alarm zaniku zasilania- utraty łączności z czujnikiem oraz rejestracja danych temperaturowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenie na obudowie treścią (grawerowanie lub oznaczenie laserowe): USK Olsztyn i dodatkowej punktacji za takie oznaczenie.

Przecież po dostawie Zamawiający wprowadza produkt do ewidencji i sam nadaje/ nakleja nalepkę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od dodatkowej punktacji za wykonanie trwałego oznakowania lodówki. Zamawiający nie zmusza potencjalnych dostawców do wykonania trwałego oznakowania a przyznaje dodatkową punktację dla dostawców, którzy takie oznakowanie wykonają. Dodatkowe oznakowanie jest spójne z wewnętrznymi zasadami wprowadzonymi w jednostce Zamawiającego w zakresie ewidencji środków trwałych.

Prosimy o przyznanie dodatkowych punktów za chłodziarkę, która mierzy wilgotność wewnątrz komory chłodziarki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings