

Gdańsk, dnia 8 stycznia 2025 r.

nr sprawy: D10.251.123.B.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „Dostawę narzędzi chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o.”

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 dot. cz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się aby w części 1 pozycji 2 :

„Zestaw instrumentarium do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej z dojścia tylnego typu PLIF, składające się z retraktorów (8-13mm), specjalnie wyprofilowanego stolika i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw pozwala na wprowadzenie implantu w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700µm. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6)

dopuszczyć :

Instrumentarium pomocnicze do wprowadzania klatek międzytrzonowych typu PLIF / TLIF. Mechanizm pozwalający na dystrakcję oraz kompresję trzonów kręgowych. Zaprojektowany kształt pozwala na umieszczenie ramion retraktora bezpośrednio w kielichu śruby. Ramiona regulowane pozwalające na odchylenie retraktora z pola wizyjnego podczas użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wraz z odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia i udostępnia zmienione załączniki do SWZ:

- Zał. nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy_zmiana_1

Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym zmienia się zapisy SWZ w następujący sposób:

- zapisy w § XIV. pkt 2 SWZ- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymują brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2025 r. o godz. 10.00.



- zapisy w § XIII. pkt 1 SWZ -TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA otrzymują brzmienie:

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 18 kwietnia 2025 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wynosi: **20 stycznia 2025 r.** Termin związania ofertą: **18 kwietnia 2025 r.**

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski

Sporządził: Błażej Schulz – Sekretarz Komisji Przetargowej