

Dreźnie, dnia 1 kwietnia 2025 roku

Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/9/2025

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 100 szt.?

Odp. do pytania 1

Nie stawia się wymagań dotyczących wielkości zbiorczego opakowania handlowego.

Wymaga się, aby każda sterylna wymazówka była pakowana indywidualnie.

Zgodnie z pkt. 3.7 i 3.8 zapytania ofertowego:

„jeżeli w dodatku nr 2 jednostką miary jest „szt.” zaleca się podanie ceny jednostkowej netto za „szt.”. Zamawiający dopuszcza podanie jej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienia będą dokonywane z uwzględnieniem wielkości pojedynczego opakowania handlowego, jeżeli zostało podane przez Wykonawcę w ofercie.”

„Nie dopuszcza się składania oferty z zaokrągleniem podanej „j.m.” (w górę lub w dół).”

Należy podać cenę za wskazaną jednostkę miary dla celów wyliczenia oferty.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.