



Braniewo, dnia 22.01.2025

Znak sprawy: PCM/ZO_01/2025

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 tys zł na dostawę myjko -rękawic typu Manopla do jednorazowego użytku do mycia ciał pacjentów

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapisów zapytania ofertowego

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach:

- Produkt nasączony mydłem umożliwia wygodny sposób mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach medycznych oraz w środowisku chorego. Zawarte w myjce mydło znacząco upraszcza procedurę mycia i nie wymaga stosowania dodatkowych środków myjących.
- Zaokrąglona rękawica do mycia ciała ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana z poliestru
- Rozmiar 17 cm x 24,5 cm
- Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu



Odpowiedź Zamawiającego: Tak, dopuszczamy, przy spełnieniu pozostałych wymogów zapytania ofertowego

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE II

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się (tak jak myjka Manopla).

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pytanie 2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m². Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m² (czyli łącznie 200 g/m²), tak jak to jest w przypadku myjki Manopla?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem? Jest to gwarancją najwyższej jakości produktu i spełnienia wszystkich wymogów dermatologicznych. Myjka Manopla ma właśnie taką właściwość.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 4

Na rynku są oferowane myjki nie wiadomego pochodzenia, mogące zagrażać zdrowiu pacjentów poprzez zawarte w nich patogeny chorobotwórcze. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla Zamawiającego jest sprawdzenie, czy myjki posiadają dokumenty wynikające z prawidłowego, transparentnego procesu rejestracji wyrobu kosmetycznego, czego skutkiem jest rejestracja i nadany indywidualny numer w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów kosmetycznych CPNP. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP, co jest możliwe dopiero po przedstawieniu wymaganych badań bezpieczeństwa (dermatologicznych, czystości bakteriologicznej itp.)? W sytuacji, gdy podstawowym kryterium wyboru jest cena, brak weryfikacji rejestracji, stwarza możliwość oferowania asortymentu słabej jakości i ryzykownego pod względem bezpieczeństwa. Dokument CPNP dla produktów kosmetycznych jest tym samym, co deklaracja zgodności dla produktów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP

ZAPYTANIE III

Zadanie 1

Czy Zamawiający opakowanie a'10 z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 23.01.2025 r. godz. 12:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1049602> w dniu 22.01.2025 r.