

Sosnowiec, dnia 17.04.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na:

„Dostawa wyrobów medycznych - Blok operacyjny.”

Nr postępowania: (PZ/9/2025)

Platforma zakupowa: ID 1085683

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie do treści SWZ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i wysyłanie ich na wskazany adres e-mail Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 Pakiet 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy serwet uniwersalnych z serwetą główną z 2 samoprzylepnymi taśmami dołączonymi osobno do serwety, odporność na przenikanie cieczy 196cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dolną o wym. 180x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany wymiar serwety.

Pytanie nr 4 Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych z serwetą na stolik Mayo o warstwie chłonnej 60 x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Pakiet 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami przewiązаныmi papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6 Pakiet 7 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet 7 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą nie zawierającą piktogramu o braku zwartości lateksu? (Odpowiedni piktogram umieszczany jest na etykiecie wówczas gdy występuje lateks w zestawie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak piktogramu o którym mowa powyżej, jednocześnie podtrzymuje wymóg dla wyrobu bez zawartości lateksu.

Pytanie nr 8 Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dolną w rozmiarze 180cm x 180cm z przylepcem o szerokości 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9 Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami bocznymi wzmocnionymi w rozmiarze 75cm x 75cm z przylepcem o szerokości 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do artroskopii 230 x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu, odporność na penetrację płynów 197cm H₂O, 2 samoprzylepne taśmy dołączone osobno do serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi (pozycja c) zestawu) z materiału typu SMS, odporność na przenikanie w strefie krytycznej 102cm H₂O, odporność na rozrywanie 107,74 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończyne 30 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 13 Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo o warstwie chłonnej 60 x 145 cm?


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 Pakiet 7 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji barku o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 30 x 80 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 Pakiet 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z otworem przylepnym o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Pakiet 7 poz. 6 - 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 109 Kpa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 Pakiet 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę o wymiarach 75 x 50 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 Pakiet 7 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę o wymiarach 90 x 120 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 Pakiet 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę o wymiarach 150 x 180 cm z taśmą przylepną 80 cm na dłuższym boku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 Pakiet 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę składaną teleskopowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 22 Pakiet 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14 x 250 cm lub 16 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę o wym. 16x250 cm., nie wymaga.

Pytanie nr 23 Pakiet 7 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę na stolik Mayo z warstwą chłonną 60 x 145 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 Pakiet 7 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm, ściągniętą elastyczną gumką

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm, ściągniętą elastyczną gumką
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm? Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 Pakiet 7 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 10 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 26 Pakiet 7 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami przewiązаныmi papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 27 Pakiet 7 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcem na stół Mayo z warstwą chłonną 60cm x 145?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 Pakiet 7 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 etykietami TAG w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 Pakiet 7 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą (pozycja b) zestawu) z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², w rozmiarze 60cm x 50cm z otworem przylepnym wokół otworu w rozmiarze 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 Pakiet 7 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą chirurgiczną w rozmiarze 14 cm? (pozycja c)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 Pakiet 7 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kleszczykami Rochester Pean proste metalowe 14 cm? (pozycja d)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 Pakiet 7 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kleszczykami typu imadło Mayo Hegar z tolerancją rozmiaru +/- 1cm? (pozycja e)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 33 Pakiet 7 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z dwuwarstwowego laminatu o wym. 50x75cm z centralnym otworem przylepnym o wym. 6x8cm, o gramaturze 60g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 Pakiet 7 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 35 Pakiet 7 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami w ilości 6 szt (pozycja d)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 36 Pakiet 7 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw z lubrykantem z lidokainą lubrykant z lidokainą chlorheksydyną w strzykawce 6 ml bez IFU?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37 Pakiet 7 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem plastikowym o pojemności 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 38 Pakiet 7 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) EN 13795

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) z otworem 5 cm oraz przecięciem EN 13795

6 x tupfery gazowe kula 20 cm x 20 cm

8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml

1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm

1 x peseta plastikowa zielona 12,5cm

2 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M

twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety

+ Do zestawu, w worku foliowym dopakowane:

1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml


1 x Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39 Pakiet 7 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na osłonę tarczycy w rozmiarze S lub L o wymiarach jak w poniższym zestawieniu:

	Rozmiar	A	B	C	D
Wymiar	S	66	16	13	10
Wymiar	L	66	20	15	10
Jednostka		cm	cm	cm	cm



Ostona wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², wyposażona w rzep do regulacji. Ostona pakowana a'10 szt (wycena z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 Pakiet 7 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarze 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 41 Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie 80,6 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42 Pakiet 8 poz. 2-4

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN 1773?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą PN-EN 1773.

Pytanie nr 43 Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z gładkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44 Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m². Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką antypotną na całym obwodzie czepka. Wstawka o szerokości 4cm i długości 66cm. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46 Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką antypotną w części czołowej (szer. 6cm, długość 30cm). Wykonany z włókniny Spunlace 45g/m² (bok), włóknina polipropylenowa 25g/m² (góra-denka), włóknina Spunlace Mesh 38g/m² (wstawka antypotna). Dostępny w kolorze niebieskim. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47 Pakiet 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłacej włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48 Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłacej włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR – poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49 Pakiet 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetki chłonne o rozmiarze 40 x 40 cm, wykonane z włókniny spunlace 56g/m², pakowane a'1 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50 Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetki chłonne o rozmiarze 40 x 40 cm, wykonane z włókniny spunlace 56g/m², pakowane a'1 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51 Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu, w którym Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego PP+PE,PP (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa), nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 55 g/m² Odporność na penetrację płynów > 300 cm H₂O

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 52 Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu, w którym Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego PP+PE,PP (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa), nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 55 g/m² Odporność na penetrację płynów > 300 cm H₂O ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 53 Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu, w którym Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego PP+PE,PP (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa), nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 55 g/m² Odporność na penetrację płynów > 300 cm H₂O oraz podkład podgipsowy syntetyczny ma rozmiar 10 cm x 3m ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 54 Pakiet nr 7 poz. 4

Czy można zaoferować zestaw z dodatkową taśmą przylepną tj: f) 2 x taśma przylepna włókninowa 9 x 50cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 55 Pakiet nr 7 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw z serwetą: b) serweta foliowana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 38g/m² 60 x 50 cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56 Pakiet nr 7 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym znajdują się serwety:

- b) serweta foliowa z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43/m² 60 x 50 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt.;
- c) serweta foliowo-włókninowa 60÷70 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu 1 szt.; ?

Pozostałe elementy zestawu zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56 Pakiet nr 7 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z narzędziem do usuwania zszywek o długości 10 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58 Pakiet nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrze: odporność na penetrację płynów 37,0 cm H₂O ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
dr n. med. Andrzej Świec