




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 01/25

Poznań, dnia 20.02 2025 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę jałowego sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji -26 pakietów.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 roku wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 1 „ Wykaz Przedmiotu zamówienia ” Pakiet nr 12 zmiana polega na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia . Obowiązujący pakiet nr 12 w załączeniu do niniejszego pisma.

.....
Przewodniczą Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

W załączeniu:
-obowiązujący Pakiet nr 12

.....
Dyrektor Szpitala

opracowała: Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.



PACIENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Pakiet nr 12
Wadium : 1.700,00 zł

Ip.	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość Szt.	Cena netto szt./op.	Cena brutto szt./op.	VAT w %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	Producent; nazwa produktu numer katalogowy (jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu	klasa wyrobu medycznego
1.	Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 7 lub 10 Fr. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
2.	Nakładka na kanał roboczy endoskopu używana w celu unieruchomienia jednego lub dwóch przewodników w trakcie ECPW. Posiada wbudowane uszczelki minimalizujące opór i przeciekanie. Ergonomiczna konstrukcja powoduje, że przewodnik skierowany jest ku dołowi oraz pozwala na kontrolę przewodnika podczas kaniulacji i wymiany narzędzi. Sterylna, jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera 10 szt.	20 szt.							
3.	Sfinkterotom trójkanałowy stosowany do kaniulacji dróg żółciowych i wykonywania sfinkterotomii z zagiętą, cieniodajną i zaokrągloną końcówką. Posiada oddzielny kanał do podawania kontrastu i rozdzielalny kanał dla przewodnika, uszczelniający się się po rozerwaniu. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Rozmiary: średnica cewnika 7.5 Fr o długości 175 cm, długość cięciwy tnącej 25 mm (monofilament). Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.	40 szt.							
4.	Przewodnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji przewodów żółciowych i	15 szt.							

	trzustkowych, hydrofilnie powleczony koniec na długości 5.8 cm, wzmocniony nitinolowym rdzeniem oraz ze znacznikami co 1 cm zapewniającymi endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Atraumatyczna, elastyczna, platynowa końcówka o długości 4 cm, widoczna we fluoroskopii, prosta lub zagięta. Zagięta końcówka posiada zdolność przenoszenia obrotu 1:1, co ułatwia wprowadzenie prowadnika do dróg żółciowych. Rozmiary: średnica 0.025" lub 0.035" o długości 205 (tylko dla średnicy 0.035"), 260 lub 450 cm.								
5.	Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, ze spiralnie ułożonymi kolorami, pozwalającymi na obserwowanie ruchu prowadnika, cieniódajny i hydrofilnie powleczony koniec na długości 5 cm. Rozmiary: średnica 0.021", 0.025" i 0.035" o długości 260 lub 480 cm. Końcówka prosta lub zagięta (tylko dla prowadnika o średnicy 0.035" i długości 480 cm).	5 szt.							
6.	Prowadnik jednorazowego użytku do trudnych zabiegów ECPW, używany do pomocy w kaniulacji i przechodzenia przez trudne zwężenia dróg żółciowych i przewodu trzustkowego, cieniódajny platynowy koniec ze sprężynową owijką na długości 3 cm, doskonale widoczny w skopii. Rozmiary: średnica 0.018" o długości 480 cm. Końcówka zagięta lub prosta.	2 szt.							
7.	Czterostopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniujące opaski w dystalnej i proksymalnej krawędzi balonu, wzmacniające wizualizację fluoroskopową oraz widoczne endoskopowo opaski na 5, 10 i 15 cm cewnika, co pozwala określić głębokość kaniulacji. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 6.6 Fr, średnice napęnlanego balonu: 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku.	15 szt.							

8.	Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych z multifilamentu, wyposażony w markery pomiaru odległości, z możliwością współpracy z litotryptorem. Posiada port do wprowadzenia przewodnika na dystalnym końcu umożliwiający współpracę z krótkim lub długim przewodnikiem. Rozmiary: długość koszulki 208 cm, średnica koszulki 10 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
9.	Wewnątrzkanałowy kabel litotryptora, używany do mechanicznego kruszenia złogów w drogach żółciowych, kompatybilny z litotryptorem Soehendra, w teflonowej osłonce. Rozmiary: długość kabla 170 cm, średnica kabla 8.5 lub 10 Fr. Niesterylne, jednorazowego użytku.	2 szt.							
10.	Uchwyt litotryptora Soehendra do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych, gdy zawiodły inne metody. Aluminiowa rękojeść, wyposażona w korbę z mechanizmem zapadkowym.	2 szt.							
11.	Wysokociśnieniowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, napełniane jednocześnie od strony dystalnej i proksymalnej balonu, co zapobiega migracji. Wyposażone w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu oraz cieniодajne opaski umieszczone na obu końcach balonu, zapewniające dobrą widoczność we fluoroskopii. Rozmiary: średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm o długości 4 cm, długość cewnika 190 cm. Akceptuje przewodnik 0.035". Możliwość współpracy z ultrakrótkim przewodnikiem dzięki bocznemu portowi. Sterylne, jednorazowego użytku.	5 szt.							
12.	Urządzenie do napełniania, opróżniania i monitorowania ciśnienia w poszerzadłach balonowych. Wyposażony w manometr świecący w ciemności dla prostej identyfikacji do 30 ATM oraz ergonomiczny uchwyt zapewniający precyzyjne monitorowanie ciśnienia. Objętość 20 ml. Sterylne, jednorazowego użytku.	2 szt.							

13.	Szczoteczka cytologiczna przeznaczona do pobierania komórek z dróg żółciowych. Posiada oddzielne kanały dla przewodnika i podawania kontrastu pozwalające na wymianę narzędzia bez usuwania przewodnika poprzez otwór na dystalnym końcu cewnika. Posiada znaczniki odległości na 5, 10 i 15 cm. Rozmiary: średnica cewnika 8 Fr, długość szczoteczki 2.5 cm, średnica szczoteczki 3 mm, średnica nitkowanej końcówki 1.5 mm. Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylna, jednorazowego użytku.	2 szt.							
14.	Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący przewodnik o średnicy 0.035" i współpracujący z ultrakrótkim przewodnikiem 205 cm. Możliwość zakładania kilku protez bez konieczności rekaniulacji, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5 lub 9/5.5 Fr o długości cewnika popychającego/prowadzącego 170/195 cm.	6 szt.							
15.	Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” do zablokowanych dróg żółciowych. Produkt zawiera protezę wykonaną z polietylenu oraz osłonkę prostującą, ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary: średnica 5, 7, 8 lub 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku.	5 szt.							
16.	Proteza plastikowa stosowana do drenażu dróg zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt zawiera: cieniodajną protezę wykonaną z EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) oraz osłonkę ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 lub 11.5 Fr, długość 5, 7, 9, 12 lub 15 cm. Współpracuje z zestawami wprowadzającymi. Produkt jałowy, jednorazowego użytku	15 szt							
17.	Proteza plastikowa do drenażu niedrożnych kanałów trzustkowych ze spiralnie ułożonymi otworami ułatwiającymi drenaż oraz 4 jęczyzkami	5 szt							

	minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 3, 5, 7 lub 10 Fr, długość od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku.								
18.	Proteza plastikowa typu Zimmon do drenażu kanałów trzustkowych z pojedynczym pigtaillem, otworami drenującymi ułożonymi spiralnie na całej długości, języczkiem minimalizującym przemieszczanie oraz cieniodajną opaską. Rozmiary: średnica 5 lub 7 Fr, długość od 2 do 12 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku.	5 szt.							
19.	Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych lub zapewniający utrzymanie dostępu przewodnika, zakończony metalową kulką, metalową kaniulą lub zaokrągloną, radiocieniującą metalową końcówką. Posiada trzy cieniodajne znaczniki na dystalnej końcówce. Rozmiary: Długość cewnika 195 cm, długość mandrynu 100 cm, średnica cewnika 5.4 Fr. Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku	1 op.							
20.	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8.5 Fr, z przezroczystą koszulką na całej długości wprowadzanej protezy, współpracujący z przewodnikiem 0.035". Posiada kołnierz na obu końcach stentu, co zapobiega migracji. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza: 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6, 8 lub 10 cm dla stentów niepokrywanych; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm lub 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) cm dla stentów pokrywanych częściowo; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm lub 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) dla stentów pokrywanych w całości. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.	1 szt.							

	Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku.								
21.	Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent pokryty silikonem na trzonie, zaś niepokrywane proksymalne i dystalne kołnierze redukują ryzyko migracji. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Stent zawiera 4 znaczniki radiologiczne na każdym końcu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 20/25 mm, długości 8, 10, 12,5 lub 15 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
22.	Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zbrojonym zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent całkowicie pokrywany z dwóch stron. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Podwójne pętelki znajdujące się na proksymalnym i dystalnym końcu ułatwiają chwytanie i składanie proksymalnej i dystalnej końcówki stentu przy repozycjonowaniu lub usuwaniu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 18/23 mm lub 20/25 mm o długości 8, 10 lub 12 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
23.	Trójstopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złożeń. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej	2 szt.							

	balonu. Posiada cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiar: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 7-5 Fr, średnice napelnianego balonu do 8.5, 12 i 15 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje przewadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku.								
24.	Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego. Posiada osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu. Rozmiar: średnica temperowanego cewnika 7.5-6 Fr o długości 177 cm, długość regulowanej cięciwy tnącej 4 mm . Sterylny, jednorazowego użytku.	2 szt.							
25.	Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego, posiadający temperowany koniec dystalny 7.5-6 Fr. Wysunięcie igły 4 +/- 2 mm, osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu, długość cewnika 177 cm. Sterylny, jednorazowego użytku.	2 szt.							
26.	Ciśnieniowy trójstopniowy balon do poszerzania zwężeń przełyku, rozprężający się płynnie w trzech średnicach: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 lub 18-19-20 mm. Posiada dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, ułatwiające umiejscowienie. Elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia. Cewnik wykonany z nitinolu. Rozmiary: średnica cewnika 7 Fr o długości 180 cm, długość balonu 8 cm. Wyposażony w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu. Sterylny, jednorazowego użytku.	3 szt.							
27.	Ciśnieniowy trójstopniowy balon do poszerzania zwężeń w układzie pokarmowym, rozprężający się płynnie w trzech średnicach: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 lub 18-19-20 mm, wyposażony w przewadnik 0.035" o długości 300 cm. Posiada dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, ułatwiające umiejscowienie. Elastyczna i atraumatyczna końcówka	2 szt.							

	pozwała na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia. Cewnik wykonany z nitinolu. Rozmiary: średnica cewnika 8 Fr o długości 240 cm, długość balonu 5,5 cm. Wyposażony w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu. Sterylny, jednorazowego użytku.								
28.	Klips hemostatyczny stosowany do znakowania endoskopowego, hemostazy, kotwiczenia cewników do jejunostomii oraz stentów samorozprężalnych i jako metoda uzupełniająca zamykanie perforacji mniejszych niż 20 mm. Kompatybilny z duodenoskopami. Funkcja rotacji 360*, rozwarcie ramion do 16 mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, kotwiczące zęby klipsa zabezpieczające chwytanie tkanki, powlekane nitiulem. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera 10 szt.	1 op. x 10 szt.							
29.	Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, ośmiodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z monofilamentu pamięcią kształtu, skrętny, możliwość podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 192 cm, średnica koszulki 5.5 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
30.	Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, czterodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z twardego monofilamentu z pamięcią kształtu, skrętny z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 194 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
31.	Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, czterodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z miękkiego plecionego drutu z pamięcią kształtu z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 210 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							

32.	Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, sześciodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z miękkiego plecionego drutu z pamięcią kształtu z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 210 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku.	1 szt.							
33.	Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązki żyłaków przełyku oraz do podwiązki wewnętrznych guzków krwawniczych. Zestaw zawiera magazynek z plecionym sznurem zapadkowym, gumki do obliteracji, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Przedostatnia gumka przezroczysta. Ilość gumek: 4, 6 lub 10. Średnica zewnętrzna endoskopu: 8.6-9.2, 9.5-11.5, 9.5-13 lub 11-14 mm. Niesterylne, jednorazowego użytku.	2 szt.							
34.	Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035". Posiada 4 cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5, 10/6 lub 11/6 Fr o długości cewnika prowadzącego 205 cm.	4 szt.							
35.	Cewnik popychający stosowany do wprowadzania protez w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Rozmiary: długość cewnika popychającego 170 cm, średnica cewnika popychającego 3, 5, 6, 7, 8.5, 10 lub 11 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035" lub 0.018" (średnica cewnika 3 Fr). Sterylne, jednorazowego użytku.	5 szt.							
36.	Poszerzadło do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężonych dróg żółciowych i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 lub 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylne, jednorazowego użytku.	5 szt.							

37.	Niskociśnieniowy balon do achalazji, stosowany do poszerzania dolnego zwieracza przełyku, posiadający trzy kontrastujące znaczniki wewnętrzne. Rozmiary: średnica cewnika 14,4 Fr o długości 75 cm, średnica balonu 30 lub 35 mm o długości 8 cm. Akceptuje przewód 0.035". Niesterylny, jednorazowego użytku.	2 szt							
38.	Cewnik ułatwia wstępne oczyszczanie okrężnicy u pacjentów, wskazany u pacjentów z problemem nietrzymania stolca. niskoprofilowe złącze z klapą zostało zaprojektowane tak, aby przylegało płasko do skóry średnicę 10,2 Fr, trzy porty boczne, dostępny w trzech długościach - 20, 24 i 28 cm	6 szt.							
39	Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc - długość cewnika 15 cm lub 25 cm (dla średnic 5 Fr, 7 Fr, 14 Fr dł. 25 cm), średnica 5 Fr 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr lub 14 Fr; - końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, - zestaw posiada igłę trokar 18 G / 26 cm dwa obturatory (dla średnic 5 Fr, 6,3 Fr, 7 Fr jeden obturator) - plaster do umocowania na skórze. - Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg.	5 szt.							
	SUMA	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXXX			XXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto)

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)

Słownie zł:

Osoba odpowiedzialna **za realizację zamówienia** ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko:

nr tel.:

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia:

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.