



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 24.04.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr 2025.07.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy akcesoriów zużywalnych i jednorazowych do defibrylatorów Lifepak 15, Zoll Xseries oraz do tlenoterapii.**”

Pytanie 1

Część 4 poz. 1,2

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje 300 i 50 kompletów elektrod do defibrylacji? Elektrody są pakowane w komplety po 2 sztuki.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje 300 i 50 kpl. pakowanych po 2szt.

Pytanie 2

Część 4 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do defibrylatora Lifepak 15?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostawy papieru kompatybilnego z posiadanym urządzeniem

Pytanie 3

Część 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie papieru do drukarki defibrylatora pakowanego po 1 sztuce z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 400sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści oferowany produkt pod warunkiem spełnienia warunku kompatybilności z urządzeniem.

Pytanie 4

Część 4 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru o wymiarach 107mm x 23m?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostawy papieru o wymiarach 100mm x 22m

Pytanie 5

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje 300 pojedynczych sztuk czy też 300 kompletów pakowanych po 2 sztuki?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje 300 kpl. pakowanych po 2szt.

Pytanie 6

Część nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje 50 pojedynczych sztuk czy też 50 kompletów pakowanych po 2 sztuki?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje 50 kpl. pakowanych po 2szt.

Pytanie 7**Część nr 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający oczekuje papieru do defibrylatora Lifepak?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostawy papieru kompatybilnego z posiadanym urządzeniem Lifepak 15.

Pytanie 8**Część nr 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru pakowanego po 5 sztuk wraz z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści oferowany produkt pod warunkiem spełnienia warunku kompatybilności z urządzeniem, pod następującymi warunkami:

1. Obowiązkiem wykonawcy, który oferuje produkt o innej niż wskazana jako referencyjna ilości jest odpowiednie przeliczenie liczby jednostek, tak, by osiągnąć łączną liczbę sztuk (400 szt.).
2. Zaoferowanie produktu pakowanego po 5 szt. powoduje, że liczba opakowań wynosi 80. W takim przypadku wykonawca wskazuje w ofercie 80 opakowań papieru pakowanego po 5 sztuk.
3. Wykonawca wskazuje oferowaną ilość sztuk produktu w opakowaniu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający przychyli się do wniosku o obniżenie kar umownych z powodu nieterminowego wykonania umowy, ponieważ nadal występujące na s wiecie problemy z dostępnością komponento w wykorzystywanych do produkcji akcesoriów mogą przyczynić się do nieterminowych dostaw.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane akcesoria w części 3 i 4 muszą posiadać dopuszczenie do zastosowania medycznego u ludzi przez producenta defibrylatora LifePak 15 tj. m.in. do diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, leczenia lub łagodzenia choroby.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby wyrób medyczny posiadał dokumenty i oznakowanie zgodne z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Pytanie 11

Zad. 1, pkt 2

W związku z zaprzestaniem przed producenta produkcji akumulatorów do defibrylatorów Zoll M Series i E Series zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania zamiennego akumulatora, kompatybilnego z powyżej wymienionymi defibrylatorami, o charakterystyce: kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy, ładowalny, 10 Volt, 2,5 Ah

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Oferty należy składać do 7.05.2025 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.05.2025 r. o godzinie 11:00. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 4.08.2025 r.

**p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie
Dorota Łabinowicz**