



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 67/02/2025

Chrzanów, 14.02.2025 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców do postępowania przetargowego pn. „Dostawa urządzenia VAB do biopsji mamentomicznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 17/2025.

1. **Dotyczy załącznika AIT (Arkusze informacji technicznej) :** W związku z tym, że przewidziany termin dostaw to 14 dni od daty zawarcia umowy, prosimy o wykreślenie punktu nr 10, zgodnie z którym termin dostawy to 7 dni. Zamawiający określi 14 dniowy termin dostawy w SWZ i wzorze umowy, w załączniku „AIT” zostały podane dwa terminy 14 dni oraz pomyłkowo 7 dni.

Odp.: Omyłka pisarska – termin dostawy to 14 dni. Zamawiający poprawi zapis w AIT i umieści poprawiony wraz z odpowiedziami.

2. **Dotyczy załącznika AIT (Arkusze informacji technicznej) oraz kryteriów oceny ofert** W związku z tym, że okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, prosimy o modyfikację punktu nr 12, Zamawiający z góry określił 12 miesięczny okres gwarancji.

Odp.: Omyłka pisarska – Zamawiający wykreśla zapis pkt. 12 w AIT. Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.

3. Prosimy o potwierdzenie, że termin dostaw liczony jest w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Odp.: Termin dostawy to - do 14 dni od daty zawarcia umowy. Terminy liczymy zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego.

4. **Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 5** - Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

5. **Dotyczy załącznika AIT (Arkusze informacji technicznej) :** Czy Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 3 doszło do omyłki, asortyment wyspecyfikowany w pozycjach 16-22 nie jest związany z przedmiotem zamówienia (są to akcesoria dotyczące innego urządzenia). W związku z powyższym prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 16-22.

Odp.: Tak, omyłka Zamawiającego. Zamawiający koryguje zapisy AIT usuwając punkty 16-22. Poprawiony AIT Zamawiający umieszcza wraz z odpowiedziami.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

UWAGA:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **21.02.2025**

(składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00)

Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Termin związania ofertą do: 21.03.2025 r.

Z poważaniem

