




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 01/25

Poznań, dnia 27.02.2025 r.

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę jałowego sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji -26 pakietów.

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 roku wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej :

1. SWZ załącznik nr 7 „ Projekt umowy” § 7 ust. 3 zmiana polega na zmianie słów o brzmieniu „ do 2 dni roboczych” na słowa o brzmieniu „do 3 dni roboczych” zmiana zaznaczona czcionką pogrubioną

Jest :

§ 7

Termin gwarancji i ważności

- 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar , którego termin obowiązywania będzie zgodny z datą ważności na opakowaniu.
- 2.Termin ważności sprzedawanego towaru (wyrobów medycznych) nie może upływać wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wydania, a dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
3. przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń w dostarczonym towarze, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego do 3 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje w terminie do 2 dni roboczych, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.

Po zmianach:

§ 7

Termin gwarancji i ważności

- 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar , którego termin obowiązywania będzie zgodny z datą ważności na opakowaniu.
- 2.Termin ważności sprzedawanego towaru (wyrobów medycznych) nie może upływać wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wydania, a dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
- 3.W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń w dostarczonym towarze, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy. Reklamacje mogą być składane

przez Zamawiającego do 3 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje w terminie do **3 dni roboczych**, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.

2. SWZ załącznik nr 7 „Projekt umowy” § 2 ust. 8 zmiana polega na wykreśleniu słów o brzmieniu „ Dla jednego zamówienia dopuszcza się maksymalnie 2 numery serii danego towaru” zmiana dotyczy tylko pakietu nr 5 . Dla pozostałych pakietów § 2 ust. 8 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Jest :

§2

Realizacja Przedmiotu umowy – warunki i terminy dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najwyższej jakości.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia Zamawiającego, który określi każdorazowo asortyment i wielkość dostawy. **Zamówienia będą składane pisemnie lub elektronicznie (na wskazany adres poczty elektronicznej) lub faksem.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar transportem na własne ryzyko. Koszt transportu zawarty jest w cenie umowy.
4. Towar powinien być wniesiony i rozładowany w Aptece przez Wykonawcę (wysokość wjazdu 3 m). Miejsce dostaw: magazyn Apteki szpitalnej ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
5. Towar należy dostarczyć do Apteki Zamawiającego do godz. 13.00.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Apteki w **terminie dodni roboczych** od momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego, a w trybie „na ratunek życia” **w ciągu 24 godzin nie dotyczy pakietów nr 13 i 26.** Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (niedziele i święta), dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
7. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Zamawiającego.
8. Dla jednego zamówienia dopuszcza się maksymalnie 2 numery serii danego towaru.
9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie warunków i sposobu transportu wyrobów medycznych objętych przedmiotem umowy, w tym transport we właściwych warunkach temperaturowych, wskazanych przez producenta dla danego asortymentu.
11. Zamawiający zastrzega prawo żądania od dostawcy przedstawienia odpowiednich informacji o warunkach i sposobu transportu wyrobów medycznych.

Po zmianach:

§2

Realizacja Przedmiotu umowy – warunki i terminy dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najwyższej jakości.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia Zamawiającego, który określi każdorazowo asortyment i wielkość dostawy. **Zamówienia będą składane pisemnie lub elektronicznie (na wskazany adres poczty elektronicznej) lub faksem.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar transportem na własne ryzyko. Koszt transportu zawarty jest w cenie umowy.
4. Towar powinien być wniesiony i rozładowany w Aptece przez Wykonawcę (wysokość wjazdu 3 m). Miejsce dostaw: magazyn Apteki szpitalnej ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
5. Towar należy dostarczyć do Apteki Zamawiającego do godz. 13.00.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Apteki w **terminie dodni roboczych** od momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego, a w trybie „na ratunek życia” w **ciągu 24 godzin nie dotyczy pakietów nr 13 i 26**. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (niedziele i święta), dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
7. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Zamawiającego.
- ~~8. Dla jednego zamówienia dopuszcza się maksymalnie 2 numery serii danego towaru.~~
9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie warunków i sposobu transportu wyrobów medycznych objętych przedmiotem umowy, w tym transport we właściwych warunkach temperaturowych, wskazanych przez producenta dla danego asortymentu.
11. Zamawiający zastrzega prawo żądania od dostawcy przedstawienia odpowiednich informacji o warunkach i sposobu transportu wyrobów medycznych.

II. Ponadto informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 10 poz.16

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycja 16 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy z poliuretanu Tecoflex o średnicy 8 Fr i długości 15 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg (wymiary: 0,45/400 mm i 0,80/500 mm)
- igła wprowadzająca 20G dla średnicy 6,5 Fr, 18 G dla średnicy 8 Fr
- rozszerzadło 6Fr i 7Fr dla średnicy 6,5 Fr oraz 8 Fr dla średnicy 8 Fr
- nasadki iniecyjne Luer Lock
- wyprodukowano w Niemczech

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 10 poz.16

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 10 poz.16

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 10 pozycje 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 10 poz.17 i 18

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

dla poz. 17 – średnica 13 FR długość 20 cm

dla poz. 18 – średnica 13 FR długość 25 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 10 poz.17 i 18

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 10 poz.17 i 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 10 poz. 17 i 18 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 6 oryginalnych materiałów eksploatacyjnych z trójkami typu „T” do wstrzykiwacza Spectris Solaris EP. Opisany asortyment z trójkami typu Y jest wytwarzany i dystrybuowany przez nieautoryzowane przez wytwórcę wstrzykiwacza do tego celu podmioty. Co za tym idzie nigdy nie był walidowany przez producenta urządzenia Medrad Spectris Solaris EP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 6 wkładów tego samego wytwórcy, który jest producentem wstrzykiwacza Spectris Solaris EP? Są to jedyne dostępne na rynku wkłady, które były testowane wraz ze wstrzykiwaczem przez wytwórcę urządzenia. Parametry osiągane przez wstrzykiwacz opisane w instrukcji obsługi wstrzykiwacza i pozostałych dokumentach odnoszą się do wkładów oryginalnych a nie do ich zamienników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 1 sterylne go wymiennika ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, z centralnie umieszczonym portem tlenowym oraz portem do odsysania z zamykaną klapką, z celulozowym wkładem umieszczonym po obu stronach, przestrzeń martwa 19ml, waga 9g, z minimalną objętością oddechową >60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 4 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej osłony na kamerę o nieznacznie różniących się wymiarach tj. 13mx240 cm, z tekturową podkładką do aplikacji i rozciągliwą taśmą lepłą, złożoną teleskopowo, z perforowaną końcówką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 4 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej osłony na kamerę o nieznacznie różniących się wymiarach tj. 18 cm x 244 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 4 poz.4

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do umowy zapis: „W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w umowie, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 14 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin reklamacji i wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1

Pytanie nr 15 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Dla jednego zamówienia dopuszcza się maksymalnie 2 numery serii danego towaru.”? Na etapie realizacji nie mamy wpływu na numery seryjne partii dostarczonych towarów. Nie ma to jednak wpływu na jakość wyrobów. Wszystkie dostarczone wyroby będą posiadały termin ważności co najmniej 12 miesięcy (zgodnie z wymogami SWZ).

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 rozwiązania równoważnego i umożliwienie ofertowania w pakiecie zestawu wolnego od ftalanów do systemu Medrad Stellant CT, w skład którego wchodzi: 2 wkłady jednorazowe o pojemności 200 ml, 1 szybko złącze typu J, 1 ostrze typu spike oraz łącznik typu T 150 cm 1 zastawką.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 rozwiązania równoważnego i umożliwienie ofertowania w pakiecie zestawu wolnego od ftalanów do systemu Medrad Stellant CT, w skład którego wchodzi: 2 wkłady jednorazowe o pojemności 200 ml, 2 szybko złącza typu J, 2 ostrza typu spike oraz łącznik typu Y 150 cm z 2 zastawkami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

.....
Przewodnicząca Komisji przetargowej

.....
Dyrektor Szpitala

Opracowała: Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem