

Lublin, dnia 14.04.2025 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawę aparatów do kriolezji i termolezji.**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Dotyczy części 2:

Z jakim wyposażeniem oraz akcesoriami jednorazowymi Zamawiający oczekuje złożenia oferty w Części 2 – Aparat do termolezji – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem do termolezji niezbędnego wyposażenia tj:

- wózka do aparatu mieszczącego urządzenie i potrzebne materiały w tym skróconą instrukcję obsługi,
- niezbędnego okablowania aparatu do wykonywania procedur,
- sond/elektrod/kaniuloelektrod jednorazowych dł 10, 12, 15 cm
- sond/elektrod/kaniuloelektrod wielorazowych dł 10, 12, 15 cm nadających się do sterylizacji parowej,
- kabla do podłączania elektrod,
- elektrody neutralnej jedno lub wielorazowej (w zależności od wyposażenia) z kablem,
- kaset do sterylizacji elektrod wielorazowych w razie wymagania specjalnej kasety do ich sterylizacji.

Aparat do termolezji z możliwością dyskryminacji poprzez wywołanie potencjałów czuciowych i ruchowych.