

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b><br/><b>UNIwersytetu Jagiellońskiego</b><br/>ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków<br/>tel. +4812-663-39-03<br/>e-mail: <a href="mailto:bzp@uj.edu.pl">bzp@uj.edu.pl</a><br/><a href="https://www.uj.edu.pl">https://www.uj.edu.pl</a> ; <a href="https://przetargi.uj.edu.pl">https://przetargi.uj.edu.pl</a></p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Kraków, dnia 29.04.2025 r.

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników do analiz genetycznych dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii, nr 80.272.64.2025*

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ**

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1:**

**Pytanie 1 – dotyczy: SWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5 ppkt 4c, Umowa - wzór §1 ust. 8c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura za dostarczone odczynniki przesłana była na wskazany adres (lub adres e-mail), jednak w osobnej przesyłce?

Pragniemy podkreślić, że zamawiane odczynniki wysyłane są bezpośrednio z magazynu producenta i nie ma możliwości dołączenia do paczki faktury.

#### **Odpowiedź nr 1:**

*Zamawiający przychylił się do wniosku i modyfikuje brzmienie § 1 ust. 8 lit. c) Umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:.*

*„c) Zamówienia będą pakowane i fakturowane osobno. Zamawiający wymaga, aby na każdej dostarczanej paczce Wykonawca zamieszczał nr zamówienia, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, wyraźną informację, jeśli paczka zawiera fakturę/faktury, informację o temperaturze transportu i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego”*

*Zgodnie z powyższym zapisem, zmianie ulega również zapis Rozdziału III, ust. 5 pkt 4 lit. c).*

#### **Pytanie nr 2:**

**Pytanie 2 – dotyczy: Umowa - wzór §1 ust. 4**

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy odczynników o charakterze naukowo-badawczym. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach wymaganych „atestów i świadectw dopuszczających do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również deklaracji zgodności WE lub CE” Zamawiający miał na myśli karty charakterystyki?

#### **Odpowiedź nr 2:**

*W przypadku gdy karty charakterystyki zawierają informacje, iż produkt został dopuszczony do obrotu*

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również deklarację zgodności WE lub CE, są wystarczające.

**Pytanie nr 3:**

**Pytanie 3 – dotyczy: SWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5 ppkt 3), Rozdział V Termin wykonywania zamówienia, pkt. 1, Umowa - wzór §2 ust. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umowa była realizowana w okresie 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia o maksymalnie 12 miesięcy w razie niewyczerpania limitu finansowego, o którym mowa w § 2 ust 1 Umowy?

Nasze zapytanie podyktowane jest faktem, iż 24-miesięczny okres realizacji zamówienia jest bardzo długim okresem, wymagającym utrzymania na stałym poziomie cen na zaoferowany przedmiot zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie, w tak długim okresie, przewidzieć zmienności kursów walut oraz utrzymać cen. Jednocześnie deklarujemy możliwość renegotjowania umowy po 12 miesięcznym czasie jej obowiązywania - w przypadku niepełnego wykorzystania.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z §9 ust. 2 Umowy, dopuszczono możliwość zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (klausule waloryzacyjne). Ponadto, zawarcie aneksu przedłużającego trwanie umowy nie jest obligatoryjne i wymaga zgody obu stron. W związku z tym, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4:**

**Pytanie 4 – dotyczy: Umowa - wzór §2 ust. 3**

Czy w przypadku zastrzeżeń co do poprawności realizacji Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy zgodnie ze zgłoszonymi zastrzeżeniami przez Zamawiającego do 10 dni roboczych?

W przypadku oferowanych przez nas produktów czas obsługi reklamacji podyktowany jest procedurami obowiązującymi u Producenta oraz uwarunkowaniami logistycznymi.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający przychylił się do wniosku i modyfikuje brzmienie § 2 ust. 3 Umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„3. Zamawiający zastrzega, iż w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia dostawy produktów objętych zamówieniem przez Wykonawcę do Małopolskiego Centrum Biotechnologii, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7A, Portiernia - może zgłosić zastrzeżenia co do poprawności realizacji zamówienia. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych winien zrealizować dostawę zgodnie ze zgłoszonymi zastrzeżeniami przez Zamawiającego, lub dokonać uzgodnienia innego terminu na realizację zamówienia w przypadku wskazania obiektywnych przyczyn braku możliwości dochowania tego terminu. Zamawiający zastrzega, iż może nie wyrazić zgody na termin zaproponowany przez Wykonawcę.”

**Pytanie nr 5:**

**Pytanie 5 – dotyczy: SWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 i 4, Formularz ofertowy pkt.1a, Umowa – wzór §1 ust. 7 pkt. 2) i 3)**

Czy w ramach wymaganego katalogu odczynników Illumina, Zamawiający zaakceptuje katalog z cenami w PLN autoryzowanego przedstawiciela producenta, który zostanie przekazany w formie pliku PDF przez Wykonawcę?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do załączenia Załącznika nr

4, stanowiącego indywidualną kalkulację produktów wskazanych w Załączniku A do SWZ. Informacja o katalogu zamieszczonym na stronie producenta <https://www.illumina.com/products/all-products.html> stanowi jedynie zastrzeżenie możliwości przez Zamawiającego wymiany odczynników nieuwjętych w Załączniku A do SWZ w przypadkach określonych w Rozdziale III pkt 3 SWZ. Zamawiający nie wymaga dołączenia katalogu producenta do oferty.

**Pytanie nr 6:**

**Pytanie 6** – dotyczy: **Umowa – wzór §1 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że informacja o aktualnych akcjach promocyjnych dotyczących oferowanych produktów będzie przesyłana drogą mailową, w odpowiedzi na złożone zamówienie?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż jego intencją w przywołanym ustępie była konieczność poinformowania o każdorazowych akcjach promocyjnych drogą elektroniczną (czyli mailową), do maksymalnie 24 godzin od ich ogłoszenia. Zamawiający informuje, że zapis dotyczy promocji ogólnych oferowanych przez Wykonawcę, nie o jednorazowych rabatach dla indywidualnego klienta, będących wynikiem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a użytkownikiem końcowym (indywidualną osobą składającą zamówienie).

**Pytanie nr 7:**

**Pytanie 7** – dotyczy: **formularz cenowy poz. 4**

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw 96 niepowtarzalnych barkodów typu unique dual na płycie, kompatybilnych z technologią Illumina oraz zestawem do przygotowywania bibliotek mRNA. Liczba indeksów w zestawie: 96. (nr katalogowy 20091655).

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wskazany w zapytaniu produkt.

**Pytanie nr 8:**

**Pytanie 8** – dotyczy: **formularz cenowy poz. 5**

Czy Zamawiający ma na myśli do 100 mln pojedynczych odczytów o długości 2x50 pz na komórkę przepływową do sekwencjonowania bibliotek na platformie NextSeq 2000. (nr katalogowy 20100983)

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wskazany w zapytaniu produkt.

**Pytanie nr 9:**

**Pytanie 9** – dotyczy: **formularz cenowy poz. 6**

Czy Zamawiający ma na myśli do 100 mln pojedynczych odczytów o długości 2x300 pz na komórkę przepływową do sekwencjonowania bibliotek na platformie NextSeq 2000. (nr katalogowy 20100981)

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wskazany w zapytaniu produkt.

**Pytanie nr 10:**

**Pytanie 10** – dotyczy: **formularz cenowy poz. 7**

Czy Zamawiający ma na myśli do 400 mln pojedynczych odczytów o długości 2x50 pz na komórkę przepływową do sekwencjonowania bibliotek na platformie NextSeq 2000. (nr katalogowy 20100987)

**Odpowiedź nr 10:**

*Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wskazany w zapytaniu produkt.*

**Pytanie nr 11:**

**Pytanie 11 – dotyczy: formularz cenowy poz. 8**

Czy Zamawiający ma na myśli do 400 mln pojedynczych odczytów o długości 2x300 pz na komórkę przepływową do sekwencjonowania bibliotek na platformie NextSeq 2000. (nr katalogowy 20100984)

**Odpowiedź nr 11:**

*Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wskazany w zapytaniu produkt.*

**Pytanie nr 12:**

**Pytanie 12 – dotyczy: formularz cenowy poz. 9**

Czy Zamawiający ma na myśli do 1.2 mld pojedynczych odczytów o długości 2x150 pz na komórkę przepływową do sekwencjonowania bibliotek na platformie NextSeq 2000. (nr katalogowy 20100988)

**Odpowiedź nr 12:**

*Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wskazany w zapytaniu produkt.*

**Pytanie nr 13:**

**Pytanie 13 – dotyczy: Umowa – wzór §6 ust. 2 pkt. b,c,d,e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zgodnie z poniższą treścią:

- b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego odpowiednio za niewykonaną lub nienależyte wykonaną dostawę poszczególnego Zamówienia, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SWZ i użytkowych przedmiotu umowy,
- c) zwłoki w wykonaniu poszczególnych zamówień lub elementów składających się na pojedyncze Zamówienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego odpowiednio dla danego Zamówienia lub jego elementów za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji danego Zamówienia lub jego elementów, określonego odpowiednio w § 1 ust. 10 lit. e umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy,
- d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego odpowiednio za dostawę Zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy,
- e) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego odpowiednio za dostawę danego Zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 6 umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy.

**Odpowiedź nr 13:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

***Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.***

**Nowy termin składania ofert: 08.05.2025 r. godz. 10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert: 08.05.2025 r. godz. 10:30**

**Termin związania ofertą do dnia 05.08.2025 r. włącznie.**

*Z poważaniem,*

Karolina Gorczyca