

Certyfikat analizy i dopuszczenia

SpermMar Test IgA

Numer partii: FP__A__
 Data produkcji (DD/MM/RRRR) __/__/____
 Data ważności (DD/MM/RRRR) __/__/____
 Całkowita liczba zestawów 230

Parametr	Specyfikacja	Wyniki
pH	7.6-9.0	8.5
Osmolalność	310-370 mOsm/kg	343 mOsm/kg
Stężenie kulek lateksowych	Powiodło się	Powiodł o się
Test funkcjonalności Test SpermMar IgA przeprowadzony na ujemnej i pozytywnej próbce nasienia	Powiodło się	Powiodł o się

Produkt wydany przez Alexine Messiaen dnia 05/01/2024 (DD/MM/RRRR)

Niniejszy dokument został sporządzony elektronicznie i jest ważny bez podpisu.

MANUFACTURER

FertiPro nv
 Industriepark Noord 32
 B-8730 Beernem / Belgium

+32 (0)50 79 18 05
 +32 (0)50 79 17 99
 VAT BE 0448 767 035

coa@fertipro.com
 info@fertipro.com
 www.fertipro.com