

Poznań, dnia 14.02.2025 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich  
- Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Wojska Polskiego 71B  
60-630 Poznań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zestawu urządzeń do badań parametrów włókien białkowych wraz z analizą statystyczną i rozrzutem wartości oraz wskaźnikiem komfortu włókien białkowych. Znak (numer referencyjny) postępowania: **3/ZP/2025**

**Wyjaśnienia i modyfikacja  
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)**

**Sekcja I. Zapytania do SWZ**

W toku prowadzonego postępowania wypłynęły do Zamawiającego (w sposób przewidziany w SWZ) zapytania, których treść oraz udzielone odpowiedzi Zamawiającego przedstawiają się następująco:

**Zapytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza / chce (zgadza się), aby zestaw urządzeń służył do pomiaru włókien wełny owczej i innych podobnych włókien białkowych o przekroju poprzecznym?

**Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zestaw urządzeń stanowiący przedmiot niniejszego postępowania ma mu służyć (będzie wykorzystywany) do pomiaru głównie włókien wełny owczej oraz innych podobnych włókien białkowych.

**Zapytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza laptop z procesorem Intel/AMD x86 z systemem Windows 8 lub nowszym, który będzie działał z oprogramowaniem urządzenia dostarczonego do pomiaru włókien wełny owczej i innych podobnych włókien białkowych o przekroju poprzecznym?

**Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wskazanego w zapytaniu laptopa z systemem operacyjnym, spełniającego wymagania minimum wskazane w pkt 2 w załączniku nr 2 SWZ, przy czym spełnione powinny być wszystkie wymagania tam wskazane, w tym wymaganie co do przekątnej ekranu laptopa 15 cali

**Zapytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza (zgadza się), aby Minicore służyć do cięcia fragmentów włókien o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm, tak jak określa to norma IWTO-12-2012?

**Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 3:**

Zważywszy na to, że rozwiązanie (funkcjonalność) wskazana w zapytaniu nie pozostaje w sprzeczności z wymaganiami określonymi SWZ, w szczególności załącznika nr 2 SWZ – Zamawiający nie stawia przeszkód, aby zaoferowane urządzenie Minicore umożliwiała cięcie fragmentów włókien o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm, tak jak określa to norma IWTO-12-2012 (nazwa normy IWTO-12-2012 jest tu bowiem innym określeniem dla podanej w załączniku nr 2 SWZ normy IWTO-12), jeżeli spełnione będą również pozostałe wymagania dla urządzenia Minicore podane w załączniku nr 2 SWZ.

**Zapytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza (zgadza się), aby generowany raport ze współczynnikiem komfortu, był zgodny z odniesieniem zawartym w normie IWTO-12-2012.

**Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 4:**

Zważywszy na to, że rozwiązanie (funkcjonalność) wskazana w zapytaniu nie pozostaje w sprzeczności z wymaganiami określonymi SWZ, w szczególności załącznika nr 2 SWZ - Zamawiający dopuszcza (zgadza się), aby generowany raport ze współczynnikiem komfortu, był zgodny z odniesieniem zawartym w normie IWTO-12-2012

**Zapytanie nr 5:**

Czy Zamawiający potwierdza, że urządzenia zasilane energią elektryczną powinny pracować przy napięciu prądu zmiennego 240V 50Hz?

**Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 5:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że urządzenia zasilane energią elektryczną wchodzące w zakres zestawu stanowiącego przedmiot zamówienia z niniejszego postępowania powinny pracować przy napięciu 240 V i częstotliwości 50 Hz.

**Sekcja II. Modyfikacje SWZ**

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany (przesunięcia) terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu (przetargu) w stosunku do terminów obecnie wyznaczonych w tym zakresie w SWZ w ten sposób, że:

- 1) Nowy termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje ustalony **na dzień 19.02.2025 r. do godz. 12.00. (zatem ofertę należy złożyć nie później niż w dniu 19.02.2025 r. do godz. 12.00)**
- 2) Nowy termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zostaje ustalony na dzień 19.02.2025 r. o godz. 12.15.

**Sekcja III. Sposób prezentacji dokonanych modyfikacji**

Wskazane w sekcji III) powyżej zmiany (modyfikacje) SWZ **dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu**, podlegają zaprezentowaniu na stronie internetowej

postępowania (strona, o której mowa w dziale IV SWZ) wyłącznie w niniejszym dokumencie bez nanoszenia zmian (modyfikacji) w samym dokumencie źródłowym (dokumencie SWZ).

#### **Sekcja IV. Dodatkowe informacje**

1. Ilekroć odtąd w dokumencie SWZ lub innych dokumentach niniejszego postępowania mowa będzie o:
  - 1) **Terminie składania ofert** – należy przez to rozumieć termin nowy termin składania ofert podany w sekcji II pkt 1) powyżej w niniejszym dokumencie, tj. termin do dnia 19.02.2025 r. do godz. 12.00
  - 2) **Terminie otwarcia ofert** - należy przez to rozumieć termin nowy termin otwarcia ofert podany w sekcji II pkt 2) powyżej w niniejszym dokumencie
  - 3) **Specyfikacji warunków zamówienia** lub **SWZ** - należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia/SWZ o treści uwzględniającej zmianę (modyfikację) dokonaną w niniejszym dokumencie (postanowienia sekcji II powyżej).
2. W pozostałym zakresie, tj. zakresie nie ujętym zmianami, o których mowa powyżej w niniejszym dokumencie - treść SWZ, jak i jej załączników pozostaje bez zmian.
3. Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ, o których mowa w niniejszym dokumencie zostały dokonane na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Stosownie do postanowień § 14 ust. 1 Wzoru Umowy (a w konsekwencji również Umowy o zamówienie) dokonane powyżej w niniejszym dokumencie modyfikacje i wyjaśnienia SWZ - stanowić będą jedną z wytycznych interpretacyjnych Umowy o zamówienie w niniejszym postępowaniu.