



Grudziądz, dnia 28.04.2025 r.

ZP-835/25

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu jednorazowego dla Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/23/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy sprzętu jednorazowego dla Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/23/PN/25), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Dotyczy zadania 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywne rozwiązanie i zaoferowanie giętkiego ureterorenoskopu jednokrotnego użytku, zgodnie z parametrami jak poniżej bez zachowania pozostałych parametrów w opz: Cyfrowy system endoskopowy w celu dostępu, wizualizacji i zabiegów w drogach moczowych i nerkach. Aparat umożliwia wprowadzenie i użycie akcesoriów, takich jak kleszczyki do biopsji, włókna laserowe, chwytaki i koszyki do pobierania w miejscu zabiegu. Elastyczny cyfrowy ureterorenoskop jednorazowego użytku. Średnica kanału roboczego-irygacyjnego 3.6 Fr., Moduł kamery i dwie diody LED wbudowane w stożkową końcówkę 7,4 Fr. Diody LED na końcówce URS zapewniają lepsze oświetlenie i ogólną jakość obrazu. Moduł kamery wytwarzający obraz o rozdzielczości 400 x 400 pikseli. Głębina ostrości 2 - 50mm, średnica zewnętrzna przewodu 8.6 Fr. Maksymalne odgięcie w górę/ w dół 275° w dwóch kierunkach. Długość robocza trzonu 670mm, Długość przewodu - 2800 mm. Osobny port irygacyjny dla zwiększenia przepływu, prosty kanał roboczy do wprowadzenia włókna lasera z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu i zoptymalizowane rozmieszczenie portów dostępowych oraz przewodu zasilającego ułatwia pracę. Dwa programowalne przyciski do sterowania kluczowymi funkcjami (np. jasność, zoom) i możliwość zapisania do 3 unikalnych profili użytkownika.

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 2

Dotyczy zadania 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywne rozwiązanie i zaoferowanie giętkiego ureterorenoskopu jednokrotnego użytku, zgodnie z parametrami jak poniżej bez zachowania pozostałych parametrów w opz:

Cyfrowy system endoskopowy w celu dostępu, wizualizacji i zabiegów w drogach moczowych i nerkach. Aparat umożliwia wprowadzenie i użycie akcesoriów, takich jak kleszczyki do biopsji, włókna laserowe, chwytaki i koszyki do pobierania w miejscu zabiegu. Elastyczny cyfrowy ureterorenoskop jednorazowego użytku. Średnica kanału roboczego-irygacyjnego 3.6 Fr., Moduł kamery i dwie diody LED wbudowane w stożkową końcówkę 7,4 Fr. Diody LED na końcówce URS zapewniają lepsze oświetlenie i ogólną jakość obrazu. Moduł kamery wytwarzający obraz o rozdzielczości 400 x 400 pikseli. Głębina ostrości 2 - 50mm, średnica zewnętrzna przewodu 8.6 Fr. Maksymalne odgięcie w górę/ w dół 275° w dwóch kierunkach. Długość robocza trzonu 670mm, Długość przewodu - 2800 mm. Osobny port irygacyjny dla zwiększenia przepływu, prosty kanał roboczy do wprowadzenia włókna lasera z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu i zoptymalizowane rozmieszczenie portów dostępowych oraz przewodu zasilającego ułatwia pracę. Dwa programowalne przyciski do sterowania kluczowymi funkcjami (np. jasność, zoom) i możliwość zapisania do 3 unikalnych profili użytkownika

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

