



Grudziądz, dnia 17.04.2025 r.

ZP-767/25

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/21/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/21/PN/25), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie:

1- dotyczy zadania 5, poz 7 - Czy Zamawiający dopuści nakładki poszerzające w rozmiarach: 7/8mm i 9/10 mm dla endoskopów w rozmiarach 5,4-5,9mm oraz nakładki poszerzające w rozmiarach: 11/12mm, 13/14mm, 15/16mm i 17/18 mm dla endoskopów w rozmiarach 9,4-9,9mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ jak poniżej.

Zapytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie - dotyczy zadania 5: wnosimy o rezygnację z komisji w zadaniu 5 w pozycjach: 2,3,4,10,12,13,15,16,20,21. Ze względu na niską ilość zamawianych protez i zestawów (zamówienie na 2 lata 1 szt dla każdej pozycji) i wymaganiu 1 szt w komisji przez 2 lata - takie zapisy stanowią duże ryzyko starty dla wykonawcy nawet przy założeniu, że Zamawiający zrealizuje 70% wartości pakietu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5, Załącznika nr 4 do SWZ oraz treści SWZ jak poniżej.





MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/21/PN/25), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 po modyfikacji jak w załączeniu,
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 4 do SWZ (zmiana w § 1 ust. 2, § 3, § 4, § 6 ust. 5, ust. 6 i ust. 13) po modyfikacji jak w załączeniu,
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału IV ust. 2 zastępując następującą treścią Rozdziału IV ust. 2:

*„Na czas realizacji umowy Wykonawca zapewni w siedzibie Zamawiającego bezpłatny depozyt towarów, o których mowa w ust. 1, zwany w dalszej części „komisem”. Na warunkach określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary do Zamawiającego w formie uzupełnienia komisum, o którym mowa powyżej oraz przenieść na Zamawiającego własność towarów z chwilą ich pobrania przez Zamawiającego z komisum, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać towar i zapłacić umówioną cenę za towar pobrany z komisum – **dotyczy zadania nr 1 poz. 14,15,16,19, zadania nr 2 poz.4,5,13,19,20,21,22,23,24,29,30, zadania nr 3 poz.3,4,5,19, zadania nr 4 poz.8,10,15,16,18,19,20,21,22,23,37,38, zadania nr 5 poz. 1,9,11, zadania nr 6.”***

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału IV ust. 10 zastępując następującą treścią Rozdziału IV ust. 10:

„Miejsce realizacji zamówienia:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, w tym:

- **utworzenie komisum** przez Zamawiającego w Pracowni Endoskopowej (w siedzibie Zamawiającego Budynek „E”, piętro 2) - dotyczy zadania nr 1 poz. 14,15,16,19, zadania nr 2 poz.4,5,13,19,20,21,22,23,24,29,30, zadania nr 3 poz.3,4,5,19, zadania nr 4 poz.8,10,15,16,18,19,20,21,22,23,37,38, zadania nr 5 poz.1,9,11, zadania nr 6
- **sukcesywne dostawy towaru** - Magazyn Medyczny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O”, poziom – 1.”





- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału XII ust. 1 zastępując następującą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do dnia 28.07.2025 r.

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału XIV ust. 1 zastępując następującą:

Ofertę należy złożyć **drogą elektroniczną**, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* – <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> nie później niż do 30.04.2025 r. godz. 12.00.

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału XV ust. 2 zastępując następującą:

Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2025 r. o godz. 12.30.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.