



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 5 marca 2025 r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania  
platforma zakupowa***

***Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do badania tętnicy szyjnej wraz z depozytem oraz dzierzawą bezolejowej pompy próżniowej do zabiegów naprawczych na tętnicach dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 2/PN/2025).***

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie:

**Pytanie 1:**

1. Z dokumentacji przetargowej w zakresie Zadania 4 wynika, że zamawiający oczekuje stworzenia depozytu dla wszystkich pozycji. Ponieważ aktualnie depozyt dla podobnego pakietu obejmuje tylko kilka wyrobów, zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z konieczności stworzenia depozytu przewodników, które i tak są pakowane po 5 sztuk, co ułatwia zabezpieczenie stanu oddziału.
2. Czy w Zad. 4 poz. 3 (Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji) Zamawiający dopuszcza balony o średnicach 4 - 7mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający rezygnuje z konieczności stworzenia depozytu przewodników wyszczególnionych w Zadaniu 4
2. Tak, w Zadaniu 4 poz. 3 (Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji) Zamawiający dopuszcza balony o średnicach 4 - 7mm.

**Pytanie 2:**

Dotyczy Zadania 1 poz. 3- Czy zamawiający dopuści dodatkowo cewniki o następujących parametrach - średnica dystalna wewnętrzna .078” o długości 132 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści dodatkowo cewniki o następujących parametrach - średnica dystalna wewnętrzna .078" o długości 132 cm w Zadaniu 1 poz. 3

**Pytanie 3:**

Dotyczy zadania 1: "Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48h w dni robocze? Wykonawca posiada magazyn poza granicami Polski, co wydłuża procesy logistyczne. Zgodnie z SWZ Wykonawca utworzy lokalny depozyt w siedzibie Zamawiającego, co zapewni stałą dostępność produktów ratujących życie."?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48h w dni robocze dla Zadania 1.

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 8 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

**Pytanie 5:**

Dot. zadania nr 2

tabela 2 - pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodników hydrofilnych o długości 260 cm z taperem short=1 cm i regular=3 cm oraz bez wersji półsztywnej? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

tabela 2 - pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek zbrojonych 45 i 65 cm z pokryciem hydrofilnym 5 lub 35 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

tabela 2 - pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek zbrojonych 90 cm z pokryciem hydrofilnym 15 lub 60 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dotyczy Zadania nr 2

tabela 2 - pozycja nr 2

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodników hydrofilnych o długości 260 cm z taperem short=1 cm i regular=3 cm oraz bez wersji półsztywnej, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

tabela 2 - pozycja nr 3

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek zbrojonych 45 i 65 cm z pokryciem hydrofilnym 5 lub 35 cm, pozostałe parametry bez zmian.

tabela 2 - pozycja nr 4

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek zbrojonych 90 cm z pokryciem hydrofilnym 15 lub 60 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 6:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt a, b:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 3 ust. 8 niniejszej umowy - w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **0,5 %** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 7 ust. 1 pkt c); Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

- b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości **0,5 %** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie wysokości procentowej kar umownych w poniższy sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 8 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona zostaje do 20% wartości brutto danego zamówienia. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części i zastosować kary wynikającej z zapisu § 7 ust. 1 lit.c). Przed odstąpieniem od umowy lub jej niezrealizowanej części, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy
  - b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona zostaje do 20% wartości brutto reklamowanego towaru;

**Pytanie 7:**

1. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 9 poz. 1 kompatybilnej ze wstrzykiwaczem Angiomat Illumina pojedynczej strzykawki do angiografii- strzykawka 150 ml ze złączem szybkiego napełniania typu J - 1200 PSI. Informujemy, iż akcesoria do napełniania- kolec oraz złącze typu J pełnią tę samą funkcję, dlatego w pracowniach są stosowane zamiennie.
2. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie do opisu przedmiotu zamówienia zadania 9 poz. 2 poprzez dodanie informacji jaki adapter jest wymagany w przewodzie wysokociśnieniowym.
3. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 9 poz.2 przewodu elastycznego wysokociśnieniowego zakończonego standardowymi złączami Luer po obu stronach.
4. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 9 poz.2 przewodu elastycznego wysokociśnieniowego o długości 150cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 poz. 1 kompatybilnej ze wstrzykiwaczem Angiomat Ilumena pojedynczej strzykawki do angiografii- strzykawka 150 ml ze złączem szybkiego napełniania typu J - 1200 PSI.
2. Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia zadania 9 w poz. 2 poprzez dodanie informacji jaki adapter jest wymagany w przewodzie wysokociśnieniowym tj Luer lock ciśnienie min. 1200PSI.
3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 poz.2 przewodu elastycznego wysokociśnieniowego zakończonego standardowymi złączami Luer po obu stronach.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 poz.2 przewodu elastycznego wysokociśnieniowego o długości 150cm.

**Pytanie 8:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy pominięcie w/w przetargu w pakiecie nr 3 pozycji nr 2 i numeracji ostatniej pozycji oraz w pakiecie nr 8 pozycji nr 2 w załącznikach nr 2.3 i 2.8 do SWZ „Formularze cenowe” było działaniem zamierzonym, czy też wynika z omyłki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający poprawił numeracje we wszystkich pozycjach Formularza cenowego 2.1- 2.8, których błędna numeracja wynika z omyłki Zamawiającego.