

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr 2025.03.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy zużywalnych części i akcesoriów medycznych na okres 12 miesięcy**”

Pytanie 1

proszę o wyjaśnienia w związku z odpowiedziami, które ukazały się wczoraj.

Udzielili Państwo odpowiedzi na pytanie o aktualnie używane czujniki (pytanie 1).

Czujniki te mają wtyczkę DB9 (9 pinów) jak poniżej:

LNOP Adtx	U503-49	F503-49	N543-49	Adult(>40kg)
LNOP Pdtx	U523-49	F523-49	N533-49	Pediatric(15-40kg)
LNOP Inf	U533-49	F533-49	N533-49	Infant(3-15kg)
LNOP Neo	U543-49	F543-49	N543-49	Neonate(<3kg)



B1	Standard cables
B1	
B1	
B1	See Spo2 reusable section

natomiast adapter



W części 1 w opisie wskazują Państwo na czujniki i adapter 20 pinowy. Żaden z tych, których Państwo używają nie jest 20 pinowy.

Czy w związku z powyższym zgadzają się Państwo na zaoferowanie czujników takich, jak te aktualnie przez Państwo używane?

Odpowiedź

Obecnie używane czujniki mają 9 pinów, do połączenia do defibrylatora służy przedłużka która w bezpośrednim wtyku do defibrylatora ma pinów 20. Zamawiający wymaga aby podłączenie czujnika do urządzenia odbywało się przez adapter. Zamawiający dopuści oferowane czujniki.

Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Oferty należy składać do 11.03.2025 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2025 r. o godzinie 11:00. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 8.06.2025 r.