



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. .07.05.2025 roku

FZP.IV-241/26/25

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, odczynników dodatkowych wraz z dzierżawą aparatu”**.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy parametru wymaganego nr 12 znajdującego się w załączniku nr 2 do SWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie dla jakich badań wymaga dostarczenia zewnętrznej kontroli jakości oraz od jakiego dostawcy ma pochodzić dana kontrola?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wszystkich badań zawartych w postępowaniu(o ile są dostępne na rynku).

Pytanie nr 2.

Dotyczy parametru wymaganego nr 9 znajdującego się w załączniku nr 2 do SWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru wymaganego nr 9 z:

„Termin ważności odczynników przynajmniej 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego” na

„Termin ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.