



Poznań, dnia 30.04.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-32/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę gazu medycznego wraz z dzierżawą butli i aparatów do podaży gazu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Projekt umowy dzierżawy § 4 ust. 2 i 3

Wnosimy do Zamawiającego o modyfikację Projektu umowy dzierżawy w § 4 ust. 2 i 3 poprzez dokonanie stosownych zapisów dotyczących czynności związanych ze zgłaszaniem awarii oraz reakcji serwisowej, tj. :

2. Wydierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) za pośrednictwem stosownemu ku tej czynności adresowi poczty elektronicznej:@.....

3. Czas reakcji serwisu, tj: przystąpienia i podjęcia prac serwisowych, od momentu zgłoszenia awarii określa opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do umowy, lub do 48 godzin, w soboty, niedziele i święta lub do 24 godzin od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy do wskazanego powyżej.

