

Opis przedmiotu zamówienia:

Test panelowy do wykrywania narkotyków w organizmie na podstawie badania próbki śliny - do przeprowadzenia badania próbki śliny osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków:

- amfetamina i substancje pochodne (AMP) /min. methaamfetamina (MET)/,
- kokaina (COC),
- marihuana (THC),
- opiaty (OPI),
- benzodiazepiny (BZO).

Wymagane parametry techniczne:

- test immunochemiczny (immunologiczny);
- czułości progowe:
 - a. AMP i pochodne – 50 ng/ml;
 - b. COC – 20 ng/ml;
 - c. OPI – 40 ng/ml;
 - d. THC – 40 ng/ml;
 - e. BZO – brak.
- testy do ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny pobranej od osoby poddanej badaniu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu;
- każdy test pakowany musi być osobno;
- jednoznaczny wynik musi pojawić się po czasie nie dłuższym niż max.10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na test;
- instrukcja użycia testu w języku polskim;
- możliwość użycia testu w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do + 350C.