

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZADANIE NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA– Osobista pompa insulinowa

Wymagane parametry i funkcje	
L.p.	Wymagany parametr / warunek
I.	
1.	Pompa bezdrenowa
2.	Automatyczny zapis w module PDA
3.	Wyświetlanie danych w postaci wykresów
4.	Wyświetlanie listy widoków tygodniowych
5.	Wbudowany kalkulator Bolusa
6.	Możliwość precyzyjnego oszacowania dawki bolusa
7.	Możliwość podawania bazy najmniejszym pacjentom (dawka bazowa minimalna około 0,025j/h)
8.	Dawka bazowa maksymalna do około 0,1-35 j/h
9.	Możliwość ustawienia około 7 profili bazy z około 48 przedziałami czasowymi
10.	Przyrost bolusa od około 0,025/0,05/0,1/0.5/1 j
11.	Możliwość zdefiniowania trzech niezależnych od siebie nastaw bolusa z określonymi wartościami bolusa
12.	Możliwość podawanie bolusa z pompy i z pilota sterującego
13.	Wybór szybkości infuzji na minutę 1,5 j/min lub 3 j/min
14.	Baza danych żywności, ponad 2000 produktów spożywczych
15.	Ekran podzielony na trzy główne części; pasek stanu okno informacyjnego okno przycisków funkcyjnych
16.	Wymiary około 60x40x11 mm

	Ekran blokady:
17.	załączanie przyciskiem samoczynne wyłączenie
18.	Podział ekranu: okno godziny i daty okno wyświetlania informacji okno odblokowania

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZADANIE NR 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Osobista pompa insulinowa

Wymagane parametry i funkcje	
L.p.	Wymagany parametr / warunek
1.	Waga pompy około 113 g (napętniona)
2.	Profile dawek podstawowych: około 8 profili
3.	Przyrosty bolusa [U]: Bolus krokowy: 0,1 0,2 0,3 0,4 ... do 2,0 Przewiń bolus: 0,025 0,05 0,1 do maks. 75 j.m
4.	Rodzaje bolusów: łatwy bolus, normalny bolus, przedłużony bolus, kombinacja normalnego i przedłużonego bolusa
5.	Wodoodporność min. IPX7
6.	Transmisja: Bluetooth
7.	Gwarancja: 4 lata
8.	Komunikaty o błędach/ostrzeżenia: Lampka ostrzegawcza i objaśnienie na wyświetlaczu
9.	Rodzaj zasilania 1 bateria litowa AA (FR6) lub 1 bateria alkaliczna AA (LR6) lub w pełni naładowany akumulator nikielowo-wodorkowy AA NiMH (HR6)
10.	Wielkość zbiornika na insulinę minimum 1,8 ml max 3.0 ml
11.	Nadajnik bez nadruku
12.	Nadajnik bez wymogu wykonywania kalibracji
13.	Przyciski poruszania się po Menu
14.	Dioda powiadomień
15.	Blokada przed przypadkowym wciśnięciem przycisków
16.	Przycisk wysyłania pomiaru do pompy
17.	Minimalny oraz maksymalny zakres działania 50-400 mg/dl