

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 27.03.2025 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: "TP/6/2025 Sukcesywna 24 miesięczna dostawa materiałów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie" Nr sprawy: TP/6/2025;

Cz.II wyjaśnień

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320), w związku ze skierowanymi zapytaniem, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet 10

a) Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Rozmiar staplera: 21 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

b) Poz. 2



Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Rozmiar staplera: 24 mm

Lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Rozmiar staplera: 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

c) Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Rozmiar staplera: 26 mm?

Lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Rozmiar staplera: 29 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

d) Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Rozmiar staplera: 29 mm?

Lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Rozmiar staplera: 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

e) Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Rozmiar staplera: 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

f) Poz. 6, 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy (komplet: stapler z 1 ładunkiem) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię zszywek wykonanych ze stopu tytanu,

ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki, opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

g) Poz. 11, 12, 13, 14

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, długość szwu 65,1 mm (rozmiar 60 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

h) Poz. 15, 16, 17, 18

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, długość szwu 85,1 mm (rozmiar 60 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

i) Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, elektryczny, endoskopowy stapler z aktrykulacją w ładunku, sterylny, przeznaczony do użytku metodą laparoskopową oraz w laparotomii. Stapler zasilany z silnika umieszczonego w rękojeści. Trzon może się swobodnie obracać w obu kierunkach, a ręczny mechanizm przegubowy umożliwia obracanie się dystalnej części trzonu, 45 stopni artykulacji non-stop. Artykulacja odbywa się za pomocą ręcznej dźwigni, umieszczonej na górze staplera. Stapler jest dostarczany z baterią w zestawie. Należy ją zainstalować i uruchomić stapler przed użyciem produktu. Bateria umożliwia wykonanie 15 strzałów. Bateria wystarcza na 12 godzin pracy ciągłej staplera. Stapler oraz jego ładunki są kompatybilne z trokarem o przekroju 12 mm. W przypadku czarnego ładunku z trokarem 15 mm. Długość linii szafu 160 mm lub 260 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera. Stapler, na podstawie informacji z chipa załączonego do ładunku, dostosowuje wysokość zszywki do grubości tkanki i przy pomocy koloru diody informuje czy dobrany ładunek jest odpowiedni. Stapler posiada zautomatyzowane otwieranie szczęk ładunku. Produkt wyposażony jest w funkcję blokady, która ma na celu zapobieganie ponownemu użyciu zużytego lub nieprawidłowo zainstalowanego ładunku lub uruchomieniu narzędzia bez ponownego załadowania. Stapler pakowany jest bez ładunków w pudełku?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

j) Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do endostaplera elektrycznego, pakowane po 6 sztuk w pudełku. W ładunku umieszczonych jest sześć rzędów zszywek różnej wysokości, po trzy z

każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek ma wbudowany nóż, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Każdy ładunek zapakowany jest sterylnie oraz posiada zaślepkę, która chroni ostrze oraz zszywki w nim zawarte podczas transportu. Po wystrzeleniu zszywki tworzą kształt litery B. Zszywki są zgodne z MRI. Do wyboru ładunek prosty, oraz ładunek z zakrzywioną końcówką (oznaczane innym nr katalogowym, różniącym się ostatnią literą). Długość linii szwu od 30 do 60 mm. Wysokość zszywek w pozycji otwartej od 2.0/2.5/3.0 do 4.0/4.5/5.0 mm. Wysokość zszywki w pozycji zamkniętej od 0.75/1.0/1.25 do 1.75/2.0/2.25 mm. Ładunki pakowane są po 6 sztuk w opakowaniu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.